Techninė specifikacija (VPP-6174)

1. Magistralės hemodializei (orientacinis kiekis 1 797 kompl.)

1. Vienkartinės.
2. Sterilios.
3. Apirogeniškos.
4. Elastingos.
5. Į komplekto sudėtį turi įeiti arterinė ir veninė magistralės su atšakomis arterinio ir veninio spaudimo kontrolei.
6. Ant magistralių galų ir visų atšakų turi būti plastikiniai arba lygiaverčiai spaustukai, ant visų atšakų turi būti kamšteliai.
7. Arterinė magistralė su atšaka heparinui dozuoti, intarpų kraujo siurbliui galai fiksuoti standžia jungtimi.
8. Veninė magistralė su 22 mm konusine oro gaudykle ir drenažo maišu.
9. Magistralių komplektas turi tikti hemodializės aparatams Dialog iQ.

Papildomi reikalavimai:

1. Siūlomi produktai turi būti pažymėti CE ženklu (pateikti dokumentą).
2. Būtina nurodyti tikslius siūlomų produktų pavadinimus ir/arba katalogo kodus.
3. Būtina nurodyti siūlomų produktų gamintojus.
4. Pristatymo metu priemonės turi galioti ne mažiau kaip 12 mėn.
5. Pasiūlymų vertinimo metu, komisijai paprašius, turi būti pateikti siūlomų produktų pavyzdžiai.
6. Priemonės perkamos perkančiosios organizacijos nuosavybės teise įsigytai įrangai.
