

Monopoliarinio kabelio su elektrodo peiliu ir rankena komplekto ir priemonių prie elektrochirurginių prietaisų techninė specifikacija

Pirkimo dalies Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Monopoliarinio kabelio su elektrodo peiliu ir rankena komplektas		
1.1.	Monopoliarinis kabelis (orientacinis kiekis 20 vnt.)	1. Tinkantis elektrochirurginių elektrodų pajungimui prie LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamų gamintojo „Erbe“ elektrochirurginių aparatų „VIO“, „ICC“; 2. Jungtis standartinė (MO 9/5 mm); 3. Laido ilgis ≥ 400 cm; 4. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 5. Žymėjimas CE ženklu (<i>kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.</i>); 6. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių arba ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų laikantis instrukcijos. <i>(gamintojo „Erbe“ monopoliarinio kabelio kodo Nr. 20192-127 arba lygiavertis)</i>	
1.2.	Elektrodo rankena (orientacinis kiekis 20 vnt.)	1. Elektrodo rankena turi būti techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Erbe“ elektrochirurginiais aparatais „VIO“, „ICC“; 2. Tinkama 4 mm diametro elektrodų pajungimui; 3. Su ≥ 2 mygtukais; 4. Autoklavuojama; 5. Žymėjimas CE ženklu (<i>kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.</i>); 6. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių arba ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų laikantis instrukcijos. <i>(gamintojo „Erbe“ elektrodo rankenos kodo Nr. 20190-045 arba lygiavertis)</i>	
1.3.	Elektrodo peilis (orientacinis kiekis 10 vnt.)	1. Tinkamas naudoti su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Erbe“ elektrochirurginiais aparatais „VIO“, „ICC“; 2. Tiesus; 3. Peilio formos; 4. Ilgis 45 ± 5 mm; 5. Darbinės dalies išmatavimai: plotis $3,4 \pm 0,1$ mm; ilgis 24 ± 1 mm; 6. Kotelio diametras $4 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$; 7. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 8. Žymėjimas CE ženklu (<i>kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio</i>	

		<i>galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.);</i> 9. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių arba ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų laikantis instrukcijos. <i>(gamintojo „Erbe“ elektrodo peilio kodo Nr. 21191- 000 arba lygiavertis)</i>	
2.	Elektrochirurginių prietaisų priemonės:		
2.1.	Monopoliarinis kabelis (orientacinis kiekis 40 vnt.)	1. Tinkantis elektrochirurginių elektrodų pajungimui prie LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamų gamintojo „Erbe“ elektrochirurginių aparatų „VIO“, „ICC“; 2. Jungtis standartinė (MO 9/5 mm); 3. Laido ilgis ≥ 400 cm; 4. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 5. Žymėjimas CE ženklu (<i>kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.);</i> 6. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių arba ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų laikantis instrukcijos. <i>(gamintojo „Erbe“ monopoliarinio kabelio kodo Nr. 20192-127 arba lygiavertis)</i>	
2.2.	Monopolinis elektrodas (orientacinis kiekis 10 vnt.)	1. Tinkamas naudoti su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Erbe“ elektrochirurginiais aparatais „VIO“, „ICC“; 2. Tiesus; 3. Peilio formos; 4. Ilgis 45 ± 5 mm; 5. Darbinės dalies išmatavimai: plotis $3,4 \pm 0,1$ mm; ilgis 24 ± 1 mm; 6. Kotelio diametras $2,4 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$; 7. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 8. Žymėjimas CE ženklu (<i>kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.);</i> 9. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių arba ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų laikantis instrukcijos. <i>(gamintojo „Erbe“ elektrodo peilio kodo Nr. 21191- 100 arba lygiavertis)</i>	
2.3.	Monopoliarinis laidas (orientacinis kiekis 20 vnt.)	1. Tinkantis elektrochirurginių elektrodų pajungimui prie LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamų gamintojo „Erbe“ elektrochirurginių aparatų „VIO“, „ICC“; 2. Jungtis tarptautinė; 3. Su trijų kontaktų kištuku; 4. Laido ilgis ≥ 400 cm; 5. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 6. Žymėjimas CE ženklu (<i>kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio</i>	

		<i>galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.);</i> 7. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių arba ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų laikantis instrukcijos. <i>(gamintojo „Erbe“ monopoliarinio laido kodo Nr. 20192-110 arba lygiavertis)</i>	
2.4.	Elektrodo monopoliarinė rankena (orientacinis kiekis 20 vnt.)	1. Elektrodo rankena turi būti techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Erbe“ elektrochirurginiais aparatais „VIO“, „ICC“; 2. Tinkama 4 mm diametro elektrodų pajungimui; 3. Su ≥ 2 mygtukais; 4. Autoklavuojama; 5. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.); 6. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių arba ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų laikantis instrukcijos. <i>(gamintojo „Erbe“ elektrodo monopoliarinės rankenos kodo Nr. 20190-062 arba lygiavertis)</i>	
3.	Elektrochirurginių prietaisų priemonės:		
3.1.	Jungiamasis bipolinis laidas (orientacinis kiekis 20 vnt.)	1. Tinkantis bipolinių pincetų pajungimui prie LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamų elektrochirurginių aparatų „Valleylab“; 2. Jungtis Valleylab tipo (arba lygiavertė); 3. Su dviejų kontaktų kištuku, atstumas tarp kontaktų $28 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$; 4. Laido ilgis $\geq 400 \text{ cm}$; 5. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 6. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.); 7. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių arba ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų laikantis instrukcijos. <i>(gamintojo „Erbe“ jungiamojo bipolinio laido kodo Nr. 20196-055 arba lygiavertis)</i>	
3.2.	Bipolinis pincetas (orientacinis kiekis 10 vnt.)	1. Siūlomas bipolinis pincetas turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais gamintojo „ERBE“ elektrochirurginiais generatoriais; 2. Tiesus, ilgis $225 \pm 5 \text{ mm}$; 3. Darbinis galiukas bukas, plotis $2 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$, ilgis $10 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$; 4. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 5. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.);	

		6. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių arba ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų laikantis instrukcijos. <i>(gamintojo „ERBE“ bipolinio pinceto kodo Nr. 20195-030 arba lygiavertis)</i>	
3.3.	Bipolinis pincetas (orientacinis kiekis 10 vnt.)	1. Siūlomas bipolinis pincetas turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais gamintojo „ERBE“ elektrochirurginiais generatoriais; 2. Tiesus, ilgis 225 ± 5 mm; 3. Darbinis galiukas bukas, plotis $1 \text{ mm} \pm 0,1$ mm, ilgis $10 \text{ mm} \pm 0,1$ mm; 4. Skirtas daugkartiniam naudojimui; 5. Žymėjimas CE ženklų (<i>Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklų liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.</i>); 6. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių arba ne mažiau kaip 100 autoklavavimo ciklų laikantis instrukcijos. <i>(gamintojo „ERBE“ bipolinio pinceto kodo Nr. 20195-041 arba lygiavertis)</i>	

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Lentelėje pateiktas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminių charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo prekės arba joms lygiaverčiai, ne blogesnių techninių charakteristikų, kitų firmų gaminiai.
2. Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos.
3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.