KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PREKIŲ IR PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

2026-10-15 Nr. VPS-851

DĖL ATSAKYMO Į PAKLAUSIMĄ IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO (SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS „MOBILUS DEGUONIES GENERATORIUS IR DEGUONIES GENERAVIMO SISTEMOS ĮRENGIMAS“, PIRKIMO NR. 9912443)

Gautas tiekėjo paklausimas:
Clause 1.2 requires two oxygen generators, each with a capacity of at least 15 m³/h, and a combined flow of at least 30 m³/h.
Please confirm whether the complete installed system must be capable of actually producing and delivering at least 30 m³/h of oxygen simultaneously, or whether a one-duty / one-standby configuration, limited to 15 m³/h total oxygen production at any given time, is acceptable.

Klausimas: 1.2 punkte reikalaujama dviejų deguonies generatorių, kurių kiekvieno našumas yra ne mažesnis kaip 15 m³/h, o bendras srautas – ne mažesnis kaip 30 m³/h.

Prašome patikslinti, ar visa įdiegta sistema turi gebėti vienu metu pagaminti ir tiekti ne mažiau kaip 30 m³/h deguonies, ar pakanka konfigūracijos, kai vienas generatorius veikia, o kitas yra rezervinis (t. y. bet kuriuo metu bendras pagaminamo deguonies kiekis yra ne didesnis kaip 15 m³/h).

Atsakymas: Visa įrengta sistema turi būti pajėgi vienu metu pagaminti ir tiekti ne mažiau kaip 30 m3/h deguonies.

Vertimas į anglų kalbą
Question: Clause 1.2 requires two oxygen generators, each with a capacity of at least 15 m³/h, and a combined flow of at least 30 m³/h.
Please confirm whether the complete installed system must be capable of actually producing and delivering at least 30 m³/h of oxygen simultaneously, or whether a one-duty / one-standby configuration, limited to 15 m³/h total oxygen production at any given time, is acceptable.

Answer: Complete installed system must be capable of actually producing and delivering at least 30 m³/h of oxygen simultaneously.

Kadangi paklausimas gautas praleidus paklausimams nustatytą terminą ir perkančioji organizacija nusprendė į jį atsakyti, todėl Komisija, vadovaudamasi bendrųjų pirkimo sąlygų 5.4 punktu, nukelia pasiūlymų pateikimo terminą iš **2026 m. spalio 19 d. 9.00 val. į 2026 m. spalio 20 d. 9.00 val.** (2026-10-15 posėdžio protokolo Nr. VPN(C)-403)

Susipažinimas su pateiktais pasiūlymais anksčiausiai įvyks 2026 m. spalio 20 d.

Posėdžio pirmininkas Donatas Stelmokas

Rūta Baliulienė, tel. +370 347 67109, el. p. vpirkimai3@kedligonine.lt
Aldona Paškevičiūtė, tel. +370 347 44 211, el. p. aldona.paskeviciute@kedainiai.lt