

**Priemonės intervencinei širdies elektrofiziologijai
SPECIFIKACIJA (VPP-3342)**

Pirki- mo dalies Nr.	Pavadinimas	Reikalaujamos techninės charakteristikos	Orienta- cinis kiekis, vnt.
1	Introduiseris tarpšilvelinės pertvaros stimuliacijos elektrodui įvesti su elektrodu, kurio aktyvios fiksacijos spirale yra dengta		
1.1.	Introduiseris tarpšilvelinės pertvaros stimuliacijos elektrodui įvesti	Introduiseris $\leq 7F$ vidinio diametro, valdomas stiletu. Darbinis ilgis 42-45 cm, su hemostatiniu vožtuvu. Distalinė dalis-3D kreivė, nukreipianti įvedamą elektrodą link tarpšilvelinės pertvaros, rentgeno kontrastinė. Galimybė rinktis iš kelių introduserio kreivių. Introduiseris skirtas 58-65cm ilgio elektrodams implantuoti. Suderinamas su 0,035" diametro nukreipiančiąja viela.	500 vnt.
1.2.	Elektrodas tarpšilvelinės pertvaros stimuliacijai	Elektrodas tarpšilvelinės pertvaros stimuliacijai sertifikuotas implantacijai į pertvarą, kurio ilgis 58-65 cm, diametras $\leq 6F$, išskiriantis gliukokortikoidus, aktyvios fiksacijos, su fiksavimo metu išsukama ir išlendančia aktyvios fiksacijos spirale, elektrodo distalinė dalis-rigidiška. Elektrodai sertifikuoti atlikti 1,5T ir 3T magnetinio rezonanso tyrimus.	500 vnt.
1.3.	Elektrodo spiralės fiksavimo užraktas	Elektrodo spiralės fiksavimo užraktas, skirtas sukti elektrodą, tvirtinant pertvaroje ir leidžiantis matuoti stimuliacijos parametrus nenuimant užrakto.	500 vnt.
1.4.	Peiliukas	Peiliukas skirtas introduseriui pjauti nuėmimo metu.	500 vnt.
2	Introduiseris tarpšilvelinės pertvaros stimuliacijos elektrodui įvesti su elektrodu, kurio aktyvios fiksacijos spirale yra atvira		
2.1.	Introduiseris tarpšilvelinės pertvaros stimuliacijos elektrodui įvesti	Introduiseris $\leq 6F$ vidinio diametro. Darbinis ilgis 30-45 cm, distalinė dalis 3D kreivės, turintinės 90^0 ir 120^0 kampus, nukreipiančios įvedamą elektrodą link tarpšilvelinės pertvaros; skirtas 59-74cm ilgio elektrodams implantuoti.	500 vnt.
2.2.	Elektrodas tarpšilvelinės pertvaros stimuliacijai	Elektrodas sertifikuotas implantacijai į pertvarą, ilgis 59-74 cm, diametras $\leq 5F$, išskiriantis gliukokortikoidus, aktyvios fiksacijos spirale yra pastoviai atvira, elektrodas be stileto, fiksuojamas sukančią visą elektrodą. Elektrodo išorė dengta poliuretano arba lygiaverte danga, fiksavimo spiralės (helikso) ilgis $\leq 1,8mm$. Elektrodai sertifikuoti atlikti 1,5T ir 3T magnetinio rezonanso tyrimus.	500 vnt.
2.3.	Elektrodo spiralės fiksavimo užraktas	Elektrodo spiralės fiksavimo užraktas, skirtas sukti elektrodą, tvirtinant pertvaroje ir leidžiantis matuoti stimuliacijos parametrus nenuimant užrakto.	500 vnt.
2.4.	Peiliukas	Peiliukas skirtas introduseriui pjauti nuėmimo metu.	500 vnt.

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita spausdinta informacija.
 2. Būtiną žymėjimą CE ženklu (kartu su pasiūlymu turi būti pateikta CE sertifikato kopija).
 3. Pasiūlymų vertinimo metu, komisijai paprašius, turi būti pateikti siūlomų produktų pavyzdžiai.
 4. Pristatymo metu priemonės turi galioti ne mažiau kaip 12 mėn.
-