TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
MEDICININĖS PASKIRTIES PRIEMONĖS

Pirkimo dalys	Prekės pavadinimas, specifikacijos reikalavimai	Mato vnt.	Numatomas kiekis 36 mėn.
1	2	3	4
1	**Smegenų oksimetrijos jutikliai**		
	Medicininės paskirties vienkartiniai neinvaziniai smegenų oksimetrijos jutikliai suaugusiems, pilnai suderinami su turimu prietaisu Medtronic INVOS 5100C bei tam skirtu paciento kabeliu (preamplifier), nenaudojant jokių papildomų tarpinių perėjimų ar modifikacijų, kurios galėtų iškreipti matavimo rezultatus. Neinvazinis regioninio hemoglobino prisotinimo deguonimi (rSO2) stebėjimas realiuoju laiku suaugusių pacientų smegenų audiniuose operacijų bei intensyviosios terapijos metu. Jutikliai privalo veikti artimosios infraraudonosios šviesos spektroskopijos (NIRS – Near-Infrared Spectroscopy) principu. Jutiklio emiteris turi skleisti dviejų specifinių bangų ilgių šviesą (730 nm ir 810 nm, su galima minimalia gamykline tolerancija), reikalingą oksihemoglobino ir deoksihemoglobino koncentracijos pokyčiams fiksuoti pagal INVOS sistemos kalibraciją. Pacientų grupė: Skirti suaugusiems pacientams. Minimalus paciento svorio cenzas – ne mažiau kaip 40 kg.	vnt	120
2	**Daugkartinė irigacinė linija**		
	Daugkartinė irigacinė linija, visiškai funkciškai ir mechaniškai suderinama su perkančiosios organizacijos turimu ir naudojamu irigacijos įrenginiu laparoskopu Symbioz Full HD (Comeg) . Jeigu siūlomas lygiavertis gaminys, tiekėjas privalo gamintojo technine dokumentacija arba kitais objektyviais įrodymais pagrįsti visišką jo funkcinį, mechaninį ir elektroninį suderinamumą su Perkančiosios organizacijos turimu irigacijos įrenginiu. Linija turi būti automatiškai atpažįstama turimo įrenginio. Turi būti integruota elektroninė identifikavimo technologija, užtikrinanti linijos tipo ir tinkamumo naudoti identifikavimą arba lygiavertė.		

	Sistema turi automatiškai kontroliuoti daugkartinės linijos naudojimo ciklus ir įrenginio ekrane pateikti informaciją apie likusius naudojimo ciklus. Linija turi būti gamintojo numatyta ir validuota naudoti iki 20 naudojimo ciklų. Pasiekus maksimalų leidžiamą ciklų skaičių, sistema turi neleisti pradėti naujo irigacijos ciklo. Linija turi turėti daugkartinio naudojimo slėgio kamerą su membrana, funkciškai ir mechaniškai suderinamą su turimo įrenginio slėgio kontrolės sistema. Linija turi turėti peristaltiniam (roller) siurbliui skirtą elastomerinį / silikoninį segmentą, užtikrinantį tinkamą įstatymą į turimą įrenginį ir stabilų irigacijos sistemos veikimą. Linijoje turi būti Y tipo išsišakojimas, ne mažiau kaip 2 jungtys irigacinio skysčio talpoms, srauto uždarymo spaustukai ir Luer Lock tipo arba lygiavertė jungtis instrumentui. Linijos ilgis ≥480cm Linija turi būti gamintojo validuota pakartotiniam apdorojimui. Turi būti galima ją valyti, dezinfekuoti ir sterilizuoti tarp naudojimų gamintojo IFU nustatytu būdu.	vnt.	30
3.	**Priemonės skirtos infuzijoms**		
3.1	**Prailginimo linija**. Vienkartinė, sterili, lanksti, permatoma, ilgis ne mažiau 120cm, sandarus prisitvirtinimas prie intraveninių kaniulių, kranelių, vienkartinių švirkštų, infuzinių sistemų, jungtys: vienas galas Male (M), kitas -Female (F). Ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas, su numatyta pakuotės atidarymo vieta. Įpakuota po vieną vienetą.	vnt.	4500
3.2	**Infuzijos srauto reguliatorius.** Vienkartinis, sterilus. Srauto diapazonas nuo 2 iki 400 ml/h. Tiksli ir pastovi srauto kontrolė. Y tipo injekcijos vieta be latekso. Visas ilgis ne mažiau 45 cm. Luer Lock jungtis.	vnt.	2000
3.3	**Adata "Drugelio" tipo.**Sterili, vienkartinė, hipoderminė, spalva koduotas antgalis, atitinkantis atskirus dydžius. Perkami dydžiai pagal poreikį: 19G, 21G, 23G, 25G, 27G. Silikonizuotas adatos galiukas. Jungiamasis vamzdelis 8-35 cm ilgio su standartizuota Luer Lock jungtimi. Ant pakuotės pažymėtas galiojimo laikas, su numatyta pakuotės atidarymo vieta.	vnt.	1500
4	**Išvaržų tinklelio fiksavimo instrumentas**		

	Vienkartinis laparoskopinis išvaržų tinklelio fiksavimo instrumentas, skirtas nuolatinei tinklelio fiksacijai minkštuosiuose audiniuose. Instrumento skersmuo - ne didesnis kaip 5 mm. Fiksavimo elementai - neabsorbuojami, spiralės formos, pagaminti iš titano ar titaninio lydinio. Instrumente - ne mažiau kaip 30 fiksavimo elementų. Fiksavimo elemento išorinis skersmuo - ne didesnis kaip 4,5 mm, ilgis - ne didesnis kaip 4,2 mm. Vielos skersmuo 0,6 ±0,1 mm. Instrumento darbinės dalies ilgis - ne mažesnis kaip 35 cm.	vnt	150
5	**Tinklelis išvaržos plastikai**		
5.1	Sterilus, nesirezorbuojantis, monofilamentinis chirurginis tinklelis, pagamintas iš polipropileno. Tinklelis lengvo tipo, makroporinis. Supakuota po vieną tinklelį sterilioje pakuotėje. Dydis: 6 x 11 cm (±1mm).	vnt.	30
5.2	Sterilus, nesirezorbuojantis, monofilamentinis chirurginis tinklelis, pagamintas iš polipropileno. Tinklelis lengvo tipo, makroporinis. Supakuota po vieną tinklelį sterilioje pakuotėje. Dydis: 10 x 15 cm (±1mm).	vnt	45

PASTABA:

1. Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2017/745 dėl medicinos priemonių.

2. Pirkimui taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai. Aplinkosauginiai kriterijai prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011m. Birželio 28 d. įsakymu D1-508 "Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo" 4 punkto 4.4.4. papunkčiu:

2.1. Tiekėjas privalo prekes atvežti pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 09:00 iki 11:00 val., ir nuo 13:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 9:00 iki 11:00 val., ir nuo 13:00 iki 15:00 val., ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už prekių priėmimą atsakingas pirkėjo atstovas, priimdamas prekes fiziškai įsitikina ar tiekėjas prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.

3. Su prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai: jei prekės supakuojamos į antrinę ir (ar) tretinę (transportavimo) pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas pateikdamas prekes pirkėjui, pateikia prekės antrinės ir (ar) tretinės (transportavimo) pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).

Vaistininkė, farmacinės veiklos vadovė Sigita Galdikienė

TVIRTINA:

Vyriausiasis gydytojas Romaldas Sakalauskas