Amber Grid

DĖL „(VPP-833) Specialios paskirties dujos“ PIRKIMO CVP IS NR. 9824857

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus vykdant pirkimą „(VPP-833) Specialios paskirties dujos“, pirkimo CVP IS Nr. 9824857 (toliau – Pirkimas):

Eil. Nr.	Tiekėjo klausimas	Atsakymas
1.	Prašome patikslinti ar teisingai suprantame, kad turi būti siūloma mėnesinis nuomos įkainis nuomojamiems balionams?	Taip, pasiūlyme turi būti nurodytas vieno nuomojamo baliono mėnesio nuomos įkainis.
2.	Prašome patikslinti ar Techninėje specifikacijoje 4.7.2 punkte neįsivėlė klaida? Jame nurodyta, kad 4.2-4.6 pozicijų mišinių sertifikatus turi pateikti pagal ISO 17034:2016 arba lygiaverčius reikalavimus akredituotas etaloninių medžiagų gamintojas. Nors pačiame 4.2 punkte šio reikalavimo nėra, nurodyta, kad kartu su mišiniu pateikiamas sertifikatas, kuriame bus nurodytas komponenčių koncentracijos ir neapibrėžtis.	Taip, Techninės specifikacijos 4.7.2 punkte įsivėlė techninė klaida. Reikalavimas, kad mišinių sertifikatus pateiktų pagal ISO 17034:2016 arba lygiaverčius reikalavimus akredituotas etaloninių medžiagų gamintojas, taikomas tik Techninės specifikacijos 4.3–4.6 punktuose nurodytiems mišiniams. Techninės specifikacijos 4.2 punkte nurodytam mišiniui taikomas 4.2.1 punkto reikalavimas – kartu su mišiniu turi būti pateikiamas sertifikatas, kuriame nurodytos komponenčių koncentracijos ir jų neapibrėžtis. Techninės specifikacijos 4.7.2 punktas bus atitinkamai patikslintas. Papildomai informuojame, kad patikslinamepirkimo dokumentų SPS 4 priedą (Techninė specifikacija) (dokumentas pridedamas). Rengdami pasiūlymus, prašome, vadovautis aktualiais pirkimo dokumentais.
3.	Techninėje specifikacijoje 4.5 punkte 5 lentelėje 2 pozicijoje aprašyto mišinio stabilumas nurodytas 48 mėn. Pasikonsultavus su skirtingais gamintojais buvome informuoti, kad dėl dujų baliono tipo ir dujų sudėties toks stabilumas negalimas. Atsižvelgiant į pateiktą informacija prašome patikslinti ar tiekėjai gali siūlyti mišinį su 24 mėn. stabilumu.	Taip, tiekėjai gali siūlyti mišinį su 24 mėnesių stabilumu. Papildomai informuojame, kad patikslinamepirkimo dokumentų SPS 4 priedą (Techninė specifikacija) (dokumentas pridedamas). Rengdami pasiūlymus, prašome, vadovautis aktualiais pirkimo dokumentais.