Nuorašas

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Konkurso dalyviams 2026-10- Nr. VS-

DĖL SKELBIAMOS APKLAUSOS SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Pateikiame atsakymus į tiekėjo pateiktus klausimus dėl mažos vertės skelbiamos apklausos „LOR darbo vietos įrangos pirkimas Biržų ligoninei“, pirkimo Nr. 10190323. Tiekėjo klausimai, įskaitant gramatines, stiliaus, rašybos ir kitokias klaidas, netaisyti.

1. Klausimas. Dėl 1.7.1 punkto „Stalčiai panaudotiems instrumentams ir medicininėms atliekoms“. Specifikacijoje nurodyta, kad kiekviename stalčiuje turi būti išimamas padėkliukas / konteineris su dangčiu. Prašome patikslinti: kokio tipo konteineris ar padėkliukas turimas omenyje (medžiaga, dydis, paskirtis); ar reikalavimą atitiks išimamas metalinis (pvz., nerūdijančio plieno) indas su dangčiu, įstatomas į stalčių.

Atsakymas. Taip, reikalavimą atitiks išimamas metalinis (pvz., nerūdijančio plieno) indas su dangčiu, įstatomas į stalčių.
Techninė specifikacija konkrečios konteinerio ar padėkliuko medžiagos ir dydžio nenustato. Reikalavimas nustatytas pagal paskirtį: viename stalčiuje laikomi panaudoti instrumentai, kitame – medicininės atliekos. Konteineris turi tikti stalčiaus dydžiui, būti uždaromas dangčiu ir išimamas, kad jį būtų galima išvalyti ir dezinfekuoti. Tinka valymui ir dezinfekcijai atspari medžiaga, pavyzdžiui, nerūdijantis plienas.

2. Klausimas. Dėl 1.1.2 punkto „Matmenys (plotis x gylis x aukštis) – ne daugiau kaip 90 x 55 x 95 cm“. Siūlome įrangą, kuri atitinka visus kitus techninės specifikacijos funkcinius reikalavimus, tačiau jos išoriniai matmenys yra 97 x 68 x 98 cm (plotis x gylis x aukštis). Nustatyta matmenų riba leidžia dalyvauti tik labai siauram gamintojų ratui, nors funkcionalumas, kurio reikalauja specifikacija (siurbimo, vandens, suspausto oro, apšvietimo ir endoskopų apruošimo sistemos, instrumentų laikymo vietos), reikalauja atitinkamos įrangos apimties. Prašome padidinti didžiausius leistinus matmenis iki ne daugiau kaip 100 x 70 x 100 cm. Toks pakeitimas nemažintų ir nekeistų perkamos įrangos funkcionalumo, o matmenų skirtumas yra nedidelis. Kartu jis užtikrintų veiksmingesnę konkurenciją ir galimybę dalyvauti platesniam tiekėjų ratui.

Atsakymas. Perkančioji organizacija techninės specifikacijos 1.1.2 punkto reikalavimo nekeičia. Sprendimą grindžia šiais argumentais.
2.1. Matmenys nustatyti pagal patalpą. Didžiausius leistinus matmenis lemia kabineto, kuriame bus įrengta otorinolaringologo darbo vieta, dydis. Šalia funkcinės spintelės turi tilpti paciento kėdė, gydytojo kėdė ir kita kabineto įranga. Taip pat turi likti pakankamai vietos saugiai dirbti, prieiti prie paciento, valyti ir dezinfekuoti patalpą. Didesnių matmenų įranga šių sąlygų neužtikrintų.
2.2. Prašomas padidinimas nėra nedidelis. Prašoma riba (100 x 70 x 100 cm) spintelės užimamą grindų plotą padidintų nuo 0,50 m² iki 0,70 m², t. y. apie 41 %, o didžiausią leistiną gylį – 15 cm, t.

y. apie 27 %. Tiekėjo siūlomos įrangos gylis (68 cm) leistiną ribą viršija 13 cm. Ribotame kabinete toks skirtumas lemia, ar įranga tilps ir ar kabinete liks pakankamai vietos darbui.
2.3. Reikalavimas neriboja konkurencijos. Nustatyta tik viršutinė matmenų riba („ne daugiau kaip“), todėl reikalavimą atitinka bet kokia mažesnių matmenų įranga.
Nustatyti matmenys pagrįsti objektyviais perkančiosios organizacijos poreikiais. Jie užtikrina, kad įranga tilps patalpoje, kurioje bus naudojama, ir kad joje bus galima saugiai dirbti.
Šis paaiškinimas yra neatskiriama pirkimo dokumentų dalis. Kitos pirkimo dokumentų sąlygos nesikeičia.

Raštas siunčiamas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis.

Viešojo pirkimo komisijos narė Rasa Simėnienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešojo pirkimo komisija, LT-00000
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL SKELBIAMOS APKLAUSOS SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-10-30 Nr. VS-447
Adresatas	Konkurso dalyviai, LT-00000
Dokumentą pasirašė	Vyriausioji specialistė Rasa Simėnienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-10-30 15:50:52
Registratorius	Vyriausioji specialistė Rasa Simėnienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2026-10-30 15:51:15
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2026-10-30 atspausdino Vyriausioji specialistė Rasa Simėnienė

Nuorašas tikras
Biržų rajono savivaldybės administracija
2026-10-30