HEMODIALIZĖS APARATO IR LABORATORINĖS ĮRANGOS PRIEŽIŪROS PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

1. Hemodializės aparato „Nikkiso DBB-05“ techninė priežiūra ir remontas:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Periodiškumas
1.1	**Techninės priežiūros periodiškumas:**	
1.1.1.	Vizuali mechaninių pažeidimų kontrolė: mechaninių dalių (korpusas, vamzdeliai, kamščiai, saugos etiketės), elektrinių dalių maitinimo laidas, jungiklis, saugiklis), žarnelių sujungimų ir jungčių.	1 kartas/per metus
1.1.2.	Išmatuoti: • Įžeminimo laido varžą • Realų elektros srovės nuotėkį • Pacianto elektros srovės nuotėkį	
1.1.3.	Oro detektorių patikrinimas	
1.1.4.	Kraujo pompų pajėgumo matavimas	
1.1.5.	Slėgių matavimas	
1.1.6.	Bikarbonato ir bendro laidumo patikrinimas	
1.1.7.	Temperatūros parodymų patikrinimas	
1.1.8.	UF pompos pajėgumo matavimas	
1.1.9.	Kraujo spaudimo matuoklio patikrinimas	
1.1.10.	DM ir BM testų atlikimas	
1.1.11.	Dezinfekcijos atlikimas	
1.2.*	**Valandinis remonto įkainis gedimo atveju**	**apie 30 val.**

***Nustačius gedimą, jo remontui reikalingas detales suteiks perkančioji organizacija.**

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

2. IDEXX kraujo analizatorių (Catalyst, ProCyte Dx, VetLab Station) techninė priežiūra ir remontas:

Eil. Nr.	Reikalavimas	Periodiškumas
2.1	**IDEXX kraujo analizatorių techninės priežiūros periodiškumas:**	
2.1.1	Prietaiso vidinių detalių išvalymas.	1 kartas/per metus
2.1.2	Atnaujinama programinė įranga.	
2.1.3	Atliekama kokybės kontrolė	
2.2*	**Valandinis remonto įkainis gedimo atveju**	**apie 60 val.**

***Nustačius gedimą, jo remontui reikalingas detales suteiks perkančioji organizacija.**

Žalieji reikalavimai taikomi 1 ir 2 pirkimo objekto dalyje:
Perkant remonto paslaugą, Perkančioji organizacija vadovaujasi aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 4.4.4.1 papunktyje – atliekant laboratorinės įrangos priežiūros ir remonto paslaugas, pratęsiamas turimos įrangos eksploatavimo laikotarpis ir mažinamas poreikis įsigyti naują įrangą. Taip skatinamas pakartotinis, racionalus ir tvarus turimų išteklių naudojimas, mažinamas naujų gaminių gamybai reikalingų žaliavų, energijos ir kitų gamtos išteklių sunaudojimas bei su gamyba susijęs poveikis aplinkai.