TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PĖDŲ PRIEŽIŪROS PROCEDŪRŲ KRĖSLAS

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymą Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“, įgyvendinama pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 veikla Nr. 11-002-02-11-01-06-03 „Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas“.

Pagal šią veiklą įgyvendinamas projektas **„Anykščių rajono savivaldybės sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“**, projekto Nr. 09-022-P-0047 (toliau – Projektas).

Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti sveikatos priežiūros paslaugų teikimui užtikrinti reikalingą medicininę ir kitą įrangą. Įgyvendinant šią veiklą siekiama užtikrinti Anykščių ligoninėje teikiamų sveikatos centro antrinio lygio ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros, ambulatorinės chirurgijos, dienos chirurgijos, dienos stacionaro bei skubiosios medicinos pagalbos paslaugų teikimą.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsigyti pėdų priežiūros procedūrų krėslą (toliau – Prekė (-ės)).
Prekei keliami techniniai ir funkciniai reikalavimai pateikti lentelėje (žr. žemiau).
Prekės turi būti pristatytos adresu Ramybės g. 15-6, 29126 Anykščiai

Pirkimo objektas: pėdų priežiūros procedūrų krėslas
Kiekis: 1 vnt.
Priskiriamas -BVPŽ 33192300-5 (Medicininiai baldai);

Eil. Nr.	**Reikalaujamos techninės charakteristikos**	**Parametrų reikšmė**	**Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą)**
1.	Paskirtis	Pėdų priežiūros procedūroms pacientams	
2.	Konstrukcija	1. Metalinis rėmas 2. Su porankiais, atlošas, sėdynė, kojų atramos aptrauktos dirbtine oda, po kuria yra minkštas polimerinis įklotas 3. Valdoma elektromechaniniais ir keltuvais.	
3.	Keliamoji galia	Ne mažiau 180 kg	

4.	Kėdės funkcijų valdymas elektromechaniniais keltuvais	Ne mažiau 2 vnt.	
5.	Atskirų kojų atramų valdymas: pailginimas, pasukimas į šonus, pakėlimas, nulcidimas	Būtina	
6.	Didžiausias darbinis aukštis	≥ 60-95 cm ± 5 cm	
7.	Atlenkiami porankiai	Būtina	
8.	Elektros srovė	220 – 240 V, 50/60 Hz	
9.	Sėdynės plotis / gylis	60/50 cm, ± 5 cm kiekvieno matmens	
10.	Sertifikatai	CE atitikties deklaracija	
11.	Garantinio aptarnavimo laikotarpis	≥ 24 mėnesiai	
12.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. 93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvos atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai)	Būtina	
13.	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (*prašome nurodyti konkrečią trukmę*) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (*būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas*). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.	Būtina	

Bendrojo, aptarnaujančio ir ūkio skyriaus vedėja Zita Ringelevičienė