VIEŠOJI ĮSTAIGA
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS

VIEŠOJO PIRKIMO
“DONORŲ KĖDĖS (GULTAI) (13364)“ SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAI NR. 2

Perkančioji organizacija, pagal Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis gautus tiekėjų klausimus dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo, teikia toliau nurodomus atsakymus.

2026-11-11 09:29CVP IS pranešimas Nr. 10333527

Klausimas dėl techninės specifikacijos

„Galite atsiųsti tada koį vaizdą, nuotrauką ir pan - kaip Jūs tą kampą skaičiuojate ir įsivaizduojate? 2 padėtyse - kurios ir nurodytos. *(kalba neredaguota)*

Atsakymas

Paaiškiname, kad techninės specifikacijos 15 punkte nurodyti kojų dalies reguliavimo kampai vertinami horizontalios padėties (0°) atžvilgiu.

Kojų daliai leidžiantis žemyn nuo horizontalios padėties, kampas įgyja neigiamą reikšmę

(-75°), o kylant aukštyn virš horizontalios padėties - teigiamą reikšmę (+5°).

Taigi reikalavimas apibrėžia dvi kraštines kojų atramos padėtis: nuleistą, skirtą patogiam donoro atsisėdimui ir išlipimui iš kėdės, ir pakeltą, reikalingą donorystės procedūrų metu įvykus sinkopei ar kitam šalutiniam reiškiniu ir blogai donoro savijautai.

Pridedame kampų matavimo schemą.

