



## ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Sajūdžio a. 1, LT-42136 Rokiškis, tel. +370 458 51 948, el. p. [a.krasauskas@rokiskis.lt](mailto:a.krasauskas@rokiskis.lt).

Tiekėjams

2025-02- Nr. VPSD-  
į 2025-01-28 pranešimą 43580,  
2025-01-31 pranešimą 47973

### DĖL REAGENTŲ (BIOCHEMIJAI, IMUNOLOGIJAI, ŠLAPIMO TYRIMAMS) ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI PIRKIMO

**Klausimas.** Prašome koreguoti pašalinimo pagrindų nebuvimo dokumentų išdavimo terminus iš ne anksčiau kaip 60 dienų į ne anksčiau kaip 180 dienų (antrame punkte 120 dienų). Turint valdybos narius, kurie yra užsienio piliečiai, yra problematiška dažnai prašyti atnaujinti pažymas ir jas gauti, nes valdybos nariai užima aukštas pareigas, dažnai būna komandiruotėse ar įvairiuose renginiuose, ir nesupranta, kodėl kas mėnesį ar du turi kreiptis į policiją ar kitas jų šalių institucijas, kai tas dokumentas gali galioti ir ilgiau.

Taip pat ir išrašas iš Registrų centro kainuoja apie 27 Eur, todėl nesuprantama, kodėl tiekėjai verčiami patirti papildomas išlaidas, kai pagal VPT rekomendacijas galima pasirinkti maksimaliai ilgą terminą „išduota ne anksčiau kaip“ 180/120 dienų.

**Atsakymas.** Pakeistas specialiųjų sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“, versija Nr. 2 paskelbtas prie pirkimo dokumentų.

**Klausimas.** Atkreipiame dėmesį, Jūsų pridėtame dokumente pavadinimu „2025-01-21\_2 priedas techninė specifikacija“, pirkimo I dalyje pavadinimu „I DALIS. REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS IR PAPILDOMOS MEDŽIAGOS BIOCHEMINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI KARTU SU PANAUDAI SIŪLOMU ANALIZATORIUMI“, lentelėje „TECHNINIŲ PARAMETRŲ REIKALAVIMAI PANAUDAI SIŪLOMAM BIOCHEMINIAM ANALIZATORIUI SU ELEKTROLITŲ (ISE) MODULIU“, punkte pažymėtame Nr. 4 „Mėgintuvėlių naudojimo tipas“ reikalaujamas techninis parametras „Pirminiai mėgintuvėliai, antriniai mėgintuvėliai, mėginių indeliai. Galimybė matuoti pediatriškus mėginius.“ Siūlome reikalavimą Nr. 4, formuluoti taip: „Mėgintuvėlių naudojimo tipas: mikro mėgintuvėliai, pirminiai mėgintuvėliai, mėginių indeliai“. Manome, kad punkto pažymėto Nr. 4 performulavimas iš esmės nekeičia pirkimo svarbos bei leidžia išvengti skirtingos pediatriškos mėginių sąvokos interpretacijos.

**Atsakymas.** VšĮ Rokiškio PASPC šeimos gydytojo komandos paslaugas teikia šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas, gydytojas akušeris ginekologas, gydytojas chirurgas ir vaikų ligų gydytojas. Įstaiga turi prisirašiusių pacientų < 1 m. Kadangi mėginio paėmimas vaikams ir kūdikiams yra kompliktuotas ir dažniausiai yra sudėtinga paimti ir minimalų mėginio tūrį, įstaiga nori užtikrinti sklandų mėginio atlikimą, esant poreikiui, mėginio pakartojimą ir kitų tyrimų atlikimą iš to paties mėginio.

Siekiant tausoti pacientus, sumažinti neatliktų tyrimų ir pakartotinių ėminių ėmimo tikimybes, šio reikalavimo nekeisime.

**Klausimas.** Pažymime, kad punktas Nr. 13 „kokybiniai reikalavimai tyrimams“ reikalauja „Mėginių matavimo ribos: CRP iki 500 mg/l; CHOL iki 15 mmol/l. ISE kalibracijos stabilumas bent 24 val. arba automatinis. LDL- matuojamas ir išskaičiuojamas.“ Prašome punktą, pažymėtą

Nr. 13, keisti taip: „*Mėginių matavimo ribos: CRP nemažiau nei 250mg/l; CHOL ne mažiau nei 15mmol:L ISE kalibracijos stabilumas bent 24 val. arba automatinis. LDL- matuojamas ir išskaičiuojamas*“. Motyvuojame, kad klinikinės vertės matavimo ribų sumažinimas nekeičia esmės, o toks konkretus matavimo ribų apibrėžimas, dirbtinai riboja konkurenciją, apribojant tiekėjų dalyvių skaičių.

**Atsakymas.** Siūlymas nepriimtinas, nes siūloma mažinti CRP tyrimo matavimo ribas. Tiekėjams suteikiamos galimybės siūlyti tokių pat ar geresnių charakteristikų analizatorius.

**Klausimas.** Atkreipiame dėmesį į 8 punktą „Mėginių įsiurbimas“ reikalaujamas techninis parametras „*Naudojant vienkartinius antgalius ir mėgintuvėlius*“ siūlome šį reikalavimą koreguoti sekančiai: „*mėginių įsiurbimas naudojant daugkartinius arba vienkartinius antgalius ir vienkartinius mėgintuvėlius*“. Manome, kad naudojant daugkartinius mėgintuvėlius ir antgalius, įstaiga laikosi tvarumo ir ekologiškumo. Taip pat, perkančioji organizacija, techninėje specifikacijoje prie būtinųjų reikalavimų pabrėžia tvarumo svarbą (BŪTINI BENDRIEJI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI LABORATORINIAMS REAGENTAMS IR PRIEMONĖMS punktas Nr. 10). Toks formulavimas nepablogina pirkimo sąlygos svarbos, o priešingai ją gerina tuo pačiu praplėsdamas ir būsimų dalyvių ratą.

**Atsakymas.** Daugkartinių antgalių naudojimo galimybė reikalauja papildomų procedūrų praplovimui, naudojant ploviklius, ar papildomai statant dejonizuoto vandens sistemą (patalpoje nėra nei techninių nei fizinių galimybių įrengti vandens dejonizatorių) bei tyrimo atlikimo laiko pertekliaus sąnaudų, kas prieštarauja tvarumo bei ekologiškumo sąvokai, todėl šio reikalavimo nekeisime.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad perkančioji organizacija, nustatydamas reikalavimus planuojamoms įsigyti prekėms, be kita ko, įgyvendina ir savo diskrecijos teisę nustatyti tokius reikalavimus, kurie atitinka ***būtent perkančiosios organizacijos (o ne konkrečių tiekėjų) poreikius***. Pažymėtina, kad tuo atveju, jeigu techninės specifikacijos reikalavimai būtų pakeisti pagal Jūsų siūlomus parametrus, perkančioji organizacija įsigytų ne tai, kas jai reikalinga, o tai, ką Jūs, kaip tiekėjai, siekiate parduoti. Tokiu atveju nebūtų pasiektas viešojo pirkimo tikslas – įsigyti prekes, atitinkančias perkančiosios organizacijos poreikius.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas

Arūnas Krasauskas

Justina Balaišienė, tel. +370 610 06 262, el. paštas [j.balaisiene@rokiskis.lt](mailto:j.balaisiene@rokiskis.lt)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Rokiškio rajono savivaldybės administracija 188772248, Sąjūdžio a.1, LT-42136 Rokiškis
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL REAGENTŲ (BIOCHEMIJAI, IMUNOLOGIJAI, ŠLAPIMO TYRIMAMS) ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI PIRKIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-02-04 Nr. VPSD-35
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Arūnas Krasauskas, Seniūnas, Rokiškio miesto seniūnija
<b>Sertifikatas išduotas</b>	ARŪNAS KRASAUSKAS LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-02-04 17:08:27 (GMT+02:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-02-04 17:08:53 (GMT+02:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-04-24 07:43:14 – 2026-04-24 07:43:14
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	DBSIS, versija 3.5.80.3
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-02-05 08:19:45)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2025-02-05 08:19:45 DBSIS