TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

1. **<u>Rektoskopų rinkiniai ir rankenos:</u>**

- atrauminis rektoskopas;
- išorinis centimetrinis žymėjimas ant vamzdelio išorės;
- pagaminti iš plastiko arba lygiaverčio ir atitinka teisės aktų 10993-1 reikalavimus dėl biologinio suderinamumo;
- be latekso;
- nesterilus;
- skaidrus;
- ilgis 250 mm ± 0,01 mm;
- vidinis skersmuo 17 mm ± 0,01;
- išorinis skersmuo 19,6 ± 0,01 mm;
- plastikinė arba lygiavertė, daugkartinė rankena;
- rankena yra su šarnyriniu uždarymu, kuriame yra lęšis 2X ir insufliatoriaus jungtis;
- pakuotėje po 25 vnt. rektoskopų ir 2 rankenas.

Orientacinis poreikis: 106 vnt.

2. **<u>Rektoskopo vamzdelis:</u>**

- atrauminis rektoskopo vamzdelis;
- išorinis centimetrinis žymėjimas ant vamzdelio išorės;
- pagaminti iš plastiko arba lygiaverčio;
- atitinka teisės aktų 10993-1 reikalavimus dėl biologinio suderinamumo;
- be latekso;
- nesterilus;
- skaidrus;
- ilgis 250 mm ± 0,01 mm;
- vidinis skersmuo 17 ± 0,01 mm;
- išorinis skersmuo 19,6 ± 0,01 mm;
- suderinamas su Sapimed šviesos šaltiniais, rankena ir insufliatoriumi.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

3. **<u>Rankena:</u>**

- daugkartinė;
- valymo instrukcijos, skirtos pakartotiniam naudojimui;
- suderinamas su Sapimed šviesos šaltiniais;
- pritaikytas dirbti su Sapi Med rektoskopais;
- rankena yra su šarnyriniu uždarymu, kuriame yra lęšis 2X ir insufliatoriaus jungtis.

Orientacinis poreikis: 20 vnt.

4. **<u>Vienkartinis insufliatorius:</u>**

- vienkartinis (pažymėta simboliu);
- nesterilus;
- pagamintas iš minkšto PVC arba lygiaverčio;
- pripučiama talpa 65 cm^3;
- ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas ir pagaminimo data;
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 20 vnt.

5. <u>Biologinių skysčių surinkimo maišas:</u>

- sterilus (simbolis ant pakuotės);
- vienkartinis (pažymėta simboliu);
- pakuotė trijų lygių, atitinka Medicinos prietaisų reglamento (ES) 2017/745 (arba lygiaverčio), standarto EN-13795 bei CFR 1610 1 klasės reikalavimus;
- apklotas 95 x 120 cm ± 1cm;
- apklotas (maišas) pagamintas iš polietileno ar lygiavertės medžiagos;
- padidinto skysčių sugėrimo zona 50 x 40 cm ± 1cm, pagaminta iš poliesterio ir viskozės ar lygiavertės medžiagos;
- turi formuojamą, sugraduotą, trikampio formos skysčių surinkimo maišą 65 x 80 cm ± 1cm;
- pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas.

Orientacinis poreikis: 432 vnt.

6. <u>Adatos spinalinei anestezijai 25G („Pencil" tipo arba lygiavertės) 120-130 mm:</u>

- sterilios (simbolis ant pakuotės);
- vienkartinės (pažymėta simboliu);
- metalinės ar lygiavertės, įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą;
- skaidria, elipsės formos ar lygiaverte jungtimi su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi, gerai matomu bent dviejose adatos jungties plokštumose;
- pieštuko formos distaliniu galu („Pencil" tipo ar lygiaverčiu);
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
- įpakuota po 1 vnt.

Poz. Nr.	**Dydis**	*Orientacinis poreikis (vnt.)*
6.	25G („Pencil" tipo arba lygiavertė) 120-130 mm	800

7. <u>Adatos spinalinei anestezijai 27G („Pencil point" tipo arba lygiavertės):</u>

- sterilios (simbolis ant pakuotės);
- vienkartinės (pažymėta simboliu);
- metalinės ar lygiavertės, įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą;
- skaidria, elipsės ar prizmės formos jungtimi su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi, gerai matomu ne mažiau dviejose adatos jungties plokštumose;
- pieštuko formos distaliniu galu („Pencil" tipo ar lygiaverčiu);
- adata įpakuota kartu su adatos pravedėju;
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
- įpakuota po 1 vnt.

Poz. Nr.	*Dydis*	*Orientacinis poreikis (vnt.)*
7.	27G („Pencil" tipo arba lygiavertė) 86-90 mm	13 000

8. <u>Intubacinis vamzdelis be manžetės naujagimiams 2,0 Fr, 2,5 Fr, 3,0 Fr, 3,5 Fr, 4,0 Fr:</u>

- sterilus (simbolis ant pakuotės);
- vienkartinis (pažymėta simboliu);
- apirogeniškas;
- pagamintas iš skaidraus PVC arba lygiavertės medžiagos;
- be DEHP (simbolis ant pakuotės);
- be latekso (simbolis ant pakuotės);
- su rentgenokontrastine linija;
- tinkanti burna/nosis intubacijai;

- 37° nuožulnumas;
- 15 mm konektorius;
- vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį;
- žymėjimas kas 0,5 cm;
- ant vamzdelio turi būti nurodytas dydis;
- vamzdelio galas atraumatinis, užapvalintas su juoda žyme;
- individualiame įpakavime;
- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 1 100 vnt.

	Dydis (Fr)	*Vidinis diametras (mm)*	*Išorinis diametras (mm)*	*Ilgis (mm)*	*Orientacinis poreikis (vnt.)*
8.1	2,0 Fr	2,0 mm	3,4 mm	165±2 mm	1100 vnt.
8.2	2,5 Fr	2,5 mm	4,1 mm	165±2 mm	
8.3	3,0 Fr	3,0 mm	4,6 mm	165±2 mm	
8.4	3,5 Fr	3,5 mm	5,2 mm	165±2 mm	
8.5	4,0 Fr	4,0 mm	5,7 mm	230±2 mm	

9. <u>Pipetės:</u>

- skirta akių lašų lašinimui;
- užapvalintu galu;
- skaidraus permatomo stiklo;
- stiklinės dalies ilgis 5-6 cm.;
- guminė dalis atspari aukštai temperatūrai (sterilizacijai garo sterilizatoriuose +134ºC temperatūroje).

Orientacinis poreikis:10 000 vnt.

10. <u>Sistema invazinio kraujo spaudimo monitoravimui:</u>

- sterili (simbolis ant pakuotės);
- sudėtis:
  - infuzinės sistemos;
  - praplovimo vožtuvas, skirtas sistemai skalauti nuolatiniu 3 ± 0,5 ml/h greičiu, kai slėgis sistemoje yra 300 mmHg;
  - vienkartinis (pažymėtas simboliu) invazinio kraujo spaudimo matavimo daviklis (transdiuseris);
  - laidas, skirtas sistemai prijungti prie monitoriaus per tarpinį kabelį;
  - trijų krypčių kranelis;
  - aukšto slėgio ilginimo linija, kurios ilgis > 160 cm, skersmuo 1,5x2,7 mm;
  - 5 ml rezervuaras, skirtas kraujui atitraukti ir grąžinti atgal į kraujotaką, integruotas ne didesniu kaip 20 cm atstumu nuo vienkartinio daviklio;
  - prieiga kraujo mėginiams imti, integruota ne didesniu nei 30 cm atstumu nuo linijos distalinio galo;
- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
- konkurso laimėtojas įsipareigoja sutarties galiojimo laikotarpiu nemokamai, panaudos būdu pristatyti 2 tarpinius kabelius, skirtą IKS sistemos sujungimui su gyvybinių funkcijų monitoriumi B850 naujagimiui.

Orientacinis poreikis: 170 vnt.

11. <u>Sterilus, vienkartinis vaginalinis skėtiklis M dydžio:</u>

- sterilus (simbolis ant pakuotės);
- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- viršutinė ir apatinė dalis pagaminta iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos;
- patvarios medžiagos, kuri sumažina lūžimo riziką naudojimo metu, saugus;
- skėtiklis lygus ir apvaliais kraštais;
- skėtiklis M dydžio;
- medicininiai sertifikatai: ISO 9001 IR ISO 13485 (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
- individualioje pakuotėje;
- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta;

Orientacinis poreikis: 5000 vnt.

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

_____