SPS 4 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1) Perkantysis subjektas yra AB „Amber Grid“ (toliau – **Perkantysis subjektas, Užsakovas**). Daugiau informacijos apie Perkantjjį subjektą ir jo veiklą galima rasti www.ambergrid.lt.

2) **Tiekėjas, Paslaugų tiekėjas** – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo pirkimo objektui atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas).

3) Pirkimo objektas – Matavimo priemonių (toliau – MP) metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos.

4) Pirkimo objektas skaidomas į 4 (keturias) pirkimo objekto dalis:

   1 pirkimo objekto dalis – „Mažų skaitiklių patikros paslaugos *(Turbininių ir rotacinių dujų skaitiklių iki G250 ir membraninių dujų skaitiklių metrologinė patikra)“*;

   2 pirkimo objekto dalis – „Didelių skaitiklių patikros paslaugos *(Ultragarsinių bei turbininių ir rotacinių dujų skaitiklių nuo G400 metrologinė patikra)“*;

   3 pirkimo objekto dalis – „Skysčio MP patikros“;

   4 pirkimo objekto dalis – „Skaitiklių kalibravimas aukštame slėgyje“.

5) Tiekėjas gali pateikti Pasiūlymą vienai, kelioms ar visoms Pirkimo objekto dalims.

6) Kiekvienai pirkimo objekto daliai bus sudaroma atskira Sutartis.

7) Visos pirkimo dokumentuose esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkantysis subjektas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

8) Sutarties vykdymui taikomi žalieji viešųjų pirkimų (toliau – ŽVP) reikalavimai:
   a. Sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.);
   b. Visa dokumentacija, susijusi su Sutarties vykdymu, teikiama Užsakovui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);
   c. Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);
   d. Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, kad bent dalis paslaugos teikimui reikalingų priemonių yra pagamintos iš perdirbtų medžiagų (pvz. pieštukai, tušinukai, rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas popierius ir kiti raštinės reikmenys).

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS – „MAŽŲ SKAITIKLIŲ PATIKROS PASLAUGOS (TURBININIŲ IR ROTACINIŲ DUJŲ SKAITIKLIŲ IKI G250 IR MEMBRANINIŲ DUJŲ SKAITIKLIŲ METROLOGINĖ PATIKRA)“

1. 1 pirkimo objekto lentelėje pateikti paslaugų kiekiai yra preliminarūs, skirti ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui nustatyti. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso paslaugų kiekio, paslaugos bus perkamos pagal poreikį. Paslaugos bus perkamos pagal atskirus Užsakovo užsakymus.
2. Perkantysis subjektas iškilus poreikiui turi teisę pirkti papildomas techninėje specifikacijoje nenurodytas susijusias paslaugas, neviršydamas 10 proc. pradinės sutarties vertės be PVM ir bendros maksimalios sutarties vertės. Už sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Techninėje specifikacijoje nurodytos paslaugos perkamos pasiūlyme nustatytais įkainiais, neviršijant bendros maksimalios sutarties vertės..
3. Maksimali sudaromos sutarties vertė - 10 000 EUR be PVM.
4. Apmokėjimas už suteiktas paslaugas bus vykdomas pagal faktinį užsakytų ir suteiktų paslaugų kiekį per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamai suteiktų paslaugų bei 6 punkte nurodytų dokumentų ir e. sąskaitos pateikimo dienos.
5. Matavimo priemonių (toliau – MP) metrologinės patikros paslaugos turi atitikti Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo bei Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761, nurodytus reikalavimus.
6. Paslaugos teikėjas, po metrologinės MP patikros turi pateikti užplombuotas bei atitinkamais žymenimis pažymėtas MP kartu su metrologinės patikros sertifikatais ir protokolais bei užfiksuoti priėmimo – perdavimo akte.
7. Jei MP neatitinka reikalavimų, Tiekėjas privalo išduoti Perkančiajam subjektui MP netinkamumo pažymą, nurodant priežastį.
8. Paslaugos teikėjas savo pateiktame **pasiūlyme privalo pateikti:**
    - kiekvienos 1 pirkimo objekto lentelėje nurodytos matavimo priemonės (MP) metrologinės patikros kainą;
    - adresą (pristatymo/atsiėmimo adresas) Lietuvos Respublikos teritorijoje, kuriuo MP bus pristatomos metrologinei patikrai ir atsiimamos po patikros;
    - el. pašto adresą, kuriuo bus pateikiami užsakymai paslaugoms atlikti.
9. Paslaugų atlikimo terminas – ne ilgiau kaip **10 darbo dienų** nuo matavimo priemonės pristatymo Tiekėjui dienos, o jeigu Užsakovo užsakymas pateikiamas vėliau – nuo užsakymo pateikimo dienos..
10. Užsakovas MP pristato Tiekėjo pasiūlyme nurodytu pristatymo/atsiėmimo adresu, kuris turi būti ne didesniu nei 120 km atstumu, važiuojant keliu, nuo Vilnius, Gudelių g. 49 arba nuo Panevėžio r., Maksvytiškių k., Verslo g. 11. Jei Tiekėjo pristatymo/atsiėmimo adresas yra didesniu nei 120 km atstumu, tai Tiekėjas turi pasiimti Užsakovo MP pats (taip pat pristatyti atgal Užsakovui), tokiu atveju į paslaugų įkainius turi būti įskaičiuotos ir transportavimo išlaidos.

1 pirkimo objekto lentelė. Preliminarus perkamų paslaugų kiekis sutarties galiojimo laikotarpiui:

Eil. Nr.	MP grupė	MP pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis
1	Turbininiai skaitikliai	G 250 (turbininis) ir mažesni	vnt.	**14**
2	Rotaciniai skaitikliai	G 65 (rotacinis) ir mažesni	vnt.	**20**
3		G 250 (rotacinis)	vnt.	**10**
4	Membraniniai skaitikliai	G 10 (membraninis) ir mažesni	vnt.	**3**
5		G 16 (membraninis)	vnt.	**3**
6		G 25 (membraninis)	vnt.	**2**

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS – „DIDELIŲ SKAITIKLIŲ PATIKROS PASLAUGOS (ULTRAGARSINIŲ BEI TURBININIŲ IR ROTACINIŲ DUJŲ SKAITIKLIŲ NUO G400 METROLOGINĖ PATIKRA)“

1. 2 pirkimo objekto lentelėje pateikti paslaugų kiekiai yra preliminarūs, skirti ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui nustatyti. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso paslaugų kiekio, paslaugos bus perkamos pagal poreikį. Paslaugos bus perkamos pagal atskirus Užsakovo užsakymus.
2. Perkantysis subjektas iškilus poreikiui turi teisę pirkti papildomas techninėje specifikacijoje nenurodytas susijusias paslaugas, neviršydamas 10 proc. pradinės sutarties vertės be PVM ir bendros maksimalios sutarties vertės. Už sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Techninėje specifikacijoje nurodytos paslaugos perkamos pasiūlyme nustatytais įkainiais, neviršijant bendros maksimalios sutarties vertės.
3. Maksimali sudaromos sutarties vertė lygi 60 000 EUR be PVM.
4. Apmokėjimas už suteiktas paslaugas bus vykdomas pagal faktinį užsakytų ir suteiktų paslaugų kiekį per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamai suteiktų paslaugų bei 6 punkte nurodytų dokumentų ir e. sąskaitos pateikimo dienos.
5. Matavimo priemonių (toliau – MP) metrologinės patikros paslaugos turi atitikti Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo bei Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761, nurodytus reikalavimus.
6. Paslaugos teikėjas, po metrologinės MP patikros turi pateikti užplombuotas bei atitinkamais žymenimis pažymėtas MP kartu su metrologinės patikros sertifikatais ir protokolais bei užfiksuoti priėmimo – perdavimo akte.
7. Jei MP neatitinka reikalavimų, Tiekėjas privalo išduoti Perkančiajam subjektui MP netinkamumo pažymą, nurodant priežastį.
8. Paslaugos teikėjas savo pateiktame **pasiūlyme privalo pateikti:**
    - kiekvienos 2 pirkimo objekto lentelėje nurodytos matavimo priemonės (MP) metrologinės patikros kainą;
    - adresą (pristatymo/atsiėmimo adresas) Lietuvos respublikos teritorijoje, kuriuo MP bus pristatomos metrologinei patikrai ir atsiimamos po patikros;
    - el. pašto adresą, kuriuo bus pateikiami užsakymai paslaugoms atlikti.
9. Paslaugų atlikimo terminas – ne ilgiau kaip **10 darbo dienų** nuo matavimo priemonės pristatymo Tiekėjui dienos, o jeigu Užsakovo užsakymas pateikiamas vėliau – nuo užsakymo pateikimo dienos.
10. Užsakovas MP pristato Tiekėjo pasiūlyme nurodytu pristatymo/atsiėmimo adresu, kuris turi būti ne didesniu nei 120 km atstumu, važiuojant keliu, nuo Vilnius, Gudelių g. 49 arba nuo Panevėžio r., Maksvytiškių k., Verslo g. 11. Jei Tiekėjo pristatymo/atsiėmimo adresas yra didesniu nei 120 km atstumu, tai Tiekėjas turi pasiimti Užsakovo MP pats (taip pat pristatyti atgal Užsakovui), tokiu atveju į paslaugų įkainius turi būti įskaičiuotos ir transportavimo išlaidos.

2 pirkimo objekto lentelė. Preliminarus perkamų paslaugų kiekis sutarties galiojimo laikotarpiui:

Eil. Nr.	MP grupė	MP pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis
1	Turbininiai skaitikliai	G 400 (turbininis)	vnt.	**8**
2		G 650 (turbininis)	vnt.	**9**
3		G 1000 (turbininis)	vnt.	**15**
4		G 1600 (turbininis)	vnt.	**27**
5		G 2500 (turbininis)	vnt.	**8**
6		G 4000 (turbininis)	vnt.	**2**
7		G 6500 (turbininis)	vnt.	**2**
8	Rotaciniai skaitikliai	G 400 (rotacinis)	vnt.	**2**
9		G 650 (rotacinis)	vnt.	**2**
10	Ultragarsiniai skaitikliai	DN50	vnt.	**2**
11		DN80 (Qmax 650)	vnt.	**4**
12		DN100 (Qmax 1000)	vnt.	**4**
13		DN150 (Qmax 2400)	vnt.	**6**
14		DN200 (Qmax 4200)	vnt.	**2**
15		DN250 (Q max 6600)	vnt.	**2**
16		DN300 (Q max 9400)	vnt.	**2**

3 PIRKIMO OBJEKTO DALIS – „SKYSČIO MP PATIKROS“

1. 3 pirkimo objekto lentelėje pateikti paslaugų kiekiai yra preliminarūs, skirti ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui nustatyti. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso paslaugų kiekio, paslaugos bus perkamos pagal poreikį. Paslaugos bus perkamos pagal atskirus Užsakovo užsakymus.
2. Perkantysis subjektas iškilus poreikiui turi teisę pirkti papildomas techninėje specifikacijoje nenurodytas susijusias paslaugas, neviršydamas 10 proc. pradinės sutarties vertės be PVM ir bendros maksimalios sutarties vertės. Už sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Techninėje specifikacijoje nurodytos paslaugos perkamos pasiūlyme nustatytais įkainiais, neviršijant bendros maksimalios sutarties vertės.
3. Maksimali sudaromos sutarties vertė 6 000 EUR be PVM.
4. Apmokėjimas už suteiktas paslaugas bus vykdomas pagal faktinį užsakytų ir suteiktų paslaugų kiekį per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamai suteiktų paslaugų bei 6 punkte nurodytų dokumentų ir e. sąskaitos pateikimo dienos.
5. Matavimo priemonių (toliau – MP) metrologinės patikros paslaugos turi atitikti Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo bei Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761, nurodytus reikalavimus.
6. Paslaugos teikėjas, po metrologinės MP patikros turi pateikti užplombuotas bei atitinkamais žymenimis pažymėtas MP kartu su metrologinės patikros sertifikatais ir protokolais bei užfiksuoti priėmimo – perdavimo akte.
7. Jei MP neatitinka reikalavimų, Tiekėjas privalo išduoti Perkančiajam subjektui MP netinkamumo pažymą, nurodant priežastį.
8. Paslaugos teikėjas savo pateiktame **pasiūlyme privalo pateikti:**
    - kiekvienos 3 pirkimo objekto lentelėje nurodytos matavimo priemonės (MP) metrologinės patikros kainą;
    - adresą (pristatymo/atsiėmimo adresas) Lietuvos respublikos teritorijoje, kuriuo MP bus pristatomos metrologinei patikrai ir atsiimamos po patikros;
    - el pašto adresą, kuriuo bus pateikiami užsakymai paslaugoms atlikti.
9. Paslaugų atlikimo terminas – ne ilgiau kaip **10 darbo dienų** nuo matavimo priemonės pristatymo Tiekėjui dienos, o jeigu Užsakovo užsakymas pateikiamas vėliau – nuo užsakymo pateikimo dienos.
10. Užsakovas MP pristato Tiekėjo pasiūlyme nurodytu pristatymo/atsiėmimo adresu, kuris turi būti ne didesniu nei 120 km atstumu, važiuojant keliu, nuo Vilnius, Gudelių g. 49 arba nuo Panevėžio r., Maksvytiškių k., Verslo g. 11. Jei Tiekėjo pristatymo/atsiėmimo adresas yra didesniu nei 120 km atstumu, tai Tiekėjas turi pasiimti Užsakovo MP pats (taip pat pristatyti atgal Užsakovui), tokiu atveju į paslaugų įkainius turi būti įskaičiuotos ir transportavimo išlaidos.

3 pirkimo objekto lentelė. Preliminarus perkamų paslaugų kiekis sutarties galiojimo laikotarpiui:

Eil. Nr.	MP grupė	MP pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis
1	Rotametras skysčių	ABB FAM541B1A4F1 (2-8m^3/h)	vnt.	**16**
2	Vandens skaitiklis	iki 3,5 m^3/h (DN25)	vnt.	**10**
3		iki 15 m^3/h (DN50)	vnt.	**4**
4		iki 25m^3/h (DN50)	vnt.	**1**

4. PIRKIMO OBJEKTO DALIS „DUJŲ SKAITIKLIŲ KALIBRAVIMAS AUKŠTAME SLĖGYJE“

1. 4a-4b pirkimo objekto lentelėse pateikti paslaugų kiekiai yra preliminarūs, skirti ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui nustatyti. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso paslaugų/prekių kiekio, paslaugos/prekės bus perkamos pagal poreikį. Paslaugos bus perkamos pagal atskirus Užsakovo užsakymus.
2. Perkantysis subjektas iškilus poreikiui turi teisę pirkti papildomas techninėje specifikacijoje nenurodytas susijusias paslaugas, neviršydamas 10 proc. pradinės sutarties vertės be PVM ir bendros maksimalios sutarties vertės. Už sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias paslaugas ir prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Techninėje specifikacijoje nurodytos paslaugos perkamos pasiūlyme nustatytais įkainiais, neviršijant bendros maksimalios sutarties vertės.
3. Maksimali sudaromos sutarties vertė 210 000 Eur be PVM.
4. Apmokėjimas už suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes bus vykdomas pagal faktinį užsakytų ir suteiktų paslaugų bei perduotų prekių kiekį per 30 kalendorinių dienų nuo tinkamai suteiktų paslaugų ir perduotų prekių bei 18 punkte nurodytų dokumentų ir e. sąskaitos pateikimo dienos.
5. Skaitikliai turi būti kalibruoti gamtinėmis dujomis, esant 40 bar absoliutiniam slėgiui.
6. Dujų skaitiklių kalibravimo paslaugos turi būti atliekamos pagal ISO/IEC 17025:2017 arba lygiaverčius reikalavimus akredituotoje laboratorijoje, kurios akreditavimo sritis apima šioje techninėje specifikacijoje nurodytų dujų skaitiklių kalibravimą pagal reikalaujamus parametrus ir sąlygas.
7. Laboratorija turi būti akredituota akreditavimo įstaigos, kuri yra ILAC tarpusavio pripažinimo susitarimo (ILAC MRA) signatarė kalibravimo srityje.
8. Kalibravimo metu, esant poreikiui, turi būti pakoreguoti dujų skaitiklio nustatymo parametrai, siekiant optimaliai priartinti skaitiklio paklaidų kreivę prie leidžiamų paklaidų intervalo ribų pagal OIML R 32. Po parametrų koregavimo turi būti pakartotinai atliktas skaitiklio kalibravimas visuose nustatytuose kalibravimo taškuose.
9. Laboratorijoje naudojami dujų srautai turi atitikti skaitiklių matavimo intervalus.
10. Skaitiklio kalibravimas turi būti atliekamas 7 matavimo taškuose.
11. Dujų naudojamų kalibravimo metu sudėtis turi atitikti standarto EN 16726 arba lygiaverčio reikalavimus.
12. Kalibravimo metu naudojamų dujų sudėtis turi būti įtraukta į kalibravimo protokolą.
13. Tiekėjas privalo skaitiklius pats pasiimti iš dujų skirstymo ar apskaitos stočių, juos supakuoti ir išvežti kalibravimui. Po kalibravimo Tiekėjas skaitiklius privalo pristatyti į nurodytą dujų skirstymo ar apskaitos stotį, skaitiklius iškrauti, išpakuoti ir perduoti Užsakovui. Skaitiklių išmontavimą prieš jų perdavimą Tiekėjui ir sumontavimą po kalibravimo atlieka Užsakovas.
14. Tiekėjo darbuotojai Užsakovo objektuose gali dirbti tik prižiūrint užsakovo darbuotojams.
15. Tiekėjo darbuotojas (-ai), teiksiantis (-ys) paslaugas Užsakovo objektuose, patalpose, į perdavimo sistemos objektą privalo atvykti dėvėdami tvarkingus, darbų pobūdį ir objekto rizikas atitinkančius antistatinius darbo drabužius bei antistatinę apsauginę avalynę. Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojami darbo drabužiai turi atitikti LST EN 1149-5 reikalavimus. Tiekėjo naudojami prietaisai, įrankiai, ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi ir tinkami naudoti konkrečiomis objekto sąlygomis. Potencialiai sprogioje aplinkoje leidžiama naudoti tik atitinkamai EX zonai tinkamą ir reikiamai paženklintą įrangą. Mobilieji telefonai ir kiti įprasti elektroniniai prietaisai EX zonoje nenaudojami

16. Tiekėjas, turi atlyginti Užsakovui padarytą žalą, atsiradusią dėl kalibravimo ir transportavimo metu netinkamai atliktų veiksmų.
17. Skaitiklio paėmimo, kalibravimo ir pristatymo terminas ne daugiau kaip **60 kalendorinių dienų** nuo užsakymo pateikimo dienos.
18. Tiekėjas, atlikęs kalibravimą, Užsakovui turi perduoti užplombuotus (apsaugant skaitiklių reguliavimo vietas) ir atitinkamais žymenimis pažymėtus skaitiklius bei kalibravimo liudijimus (sertifikatus) su visais priedais bei užfiksuoti priėmimo – perdavimo akte.
19. Perkančiojo subjekto atsakingas asmuo turi pasirašyti paslaugų priėmimo-perdavimo akte, patvirtindamas jų suteikimo kokybę.
20. Paslaugos teikėjas savo pateiktame **pasiūlyme privalo pateikti:**
    - e-paštą, kuriuo bus pateikiami užsakymai paslaugoms atlikti.
    - kiekvienos 4a-4b pirkimo objekto lentelėse nurodytos paslaugos kainą.

4a pirkimo objekto lentelė. Preliminarus perkamų kalibravimo paslaugų kiekis sutarties galiojimo laikotarpiui:

Eil. Nr.	Preliminari data	Stotis	DN	G	Kiekis, vnt
1	2027-05-19	Kiemėnų DAS, ultragarsinis A linija**	DN 400*		1
2		Kiemėnų DAS, turbininis A linija**	DN 400	G6500	1
3	2027-05-19	Kiemėnų DAS, ultragarsinis B linija**	DN 400*		1
4	2027-05-27	Kiemėnų DAS, turbininis B linija**	DN 400	G6500	1
5	2027-05-19	Kiemėnų DAS, ultragarsinis C linija**	DN 400*		1
6		Kiemėnų DAS, turbininis C linija**	DN 400	G6500	1
7	2027-05-26	Šakių DAS, turbininis A linija	DN 250	G2500	1
8	2027-08-19	Šakių DAS, Ultragarsinis US-2 linija	DN 300*		1
9	2027-08-26	Šakių DAS, turbininis E linija	DN 250	G2500	1
10	2027-09-23	Šakių DAS, Ultragarsinis US-1 linija	DN 300*		1
11	2028-07-12	Jonavos DSS, ultragarsinis 5 vart. 1 linija	DN300		1
12	2028-10-21	Jonavos DSS, ultragarsinis 5 vart. 1 linija	DN300		1
13	2028-11-13	Šakių DAS, turbininis F linija	DN 250	G2500	1

* skaitikliai kalibruojami su tiesias ruožais (srauto kondicionierius, 10DN, skaitiklis, 5DN).

**4a pirkimo objekto lentelėje 1 ir 2 pozicijose nurodyti skaitikliai į kalibravimą bus perduoti vienu metu, juos gražinus po kalibravimo, vienu metu bus perduoti 3 ir 4 pozicijose nurodyti skaitikliai, juos gražinus po kalibravimo, vienu metu bus perduoti 5 ir 6 pozicijose nurodyti skaitikliai. Paskutinė pora turi būti išvežta iki 2027-05-19.

4b pirkimo dalies lentelė. Preliminarus perkamų papildomų paslaugų kiekis sutarties galiojimo laikotarpiui:

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Kiekis, vnt.
1	4 asmenų dalyvavimas DN 300 - DN 400 skaitiklio kalibravime gyvai	4
2	Nuotolinis kalibravimo sesijos stebėjimas	4