

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„PRIEMONĖS ENDOVASKULINIŲ AORTOS ANEURIZMŲ GYDYMUI“
(PIRKIMO NR. 693675)
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl Tiekėjo pateiktų siūlymų/pastabų rinkos konsultacijai

SVARSTYTA: Tiekėjo pateikti siūlymai/pastabos rinkos konsultacijai

Viešojo pirkimo Komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjų siūlymus/pastabas 2025-01-07 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **priemonių endovaskulinių aortos aneurizmų gydymui** pirkimo (Nr. 693675).

Tiekėjo siūlymai/pastabos:

„Mūsų atstovaujamo gamintojo aortos stengrafto proksimalinėje dalyje nėra aktyvios fiksacijos elementų- kabliukų. Protezas gaminamas individualiai pagal paciento anatominius parametrus. Įvedimo sistemos diametras ne didesnis nei 24F.

Nėra būtinas atskiras introduserio distalinis komponentas, kuris lieka aortos spindžio viduje po stentgarto išskleidimo..“

Komisija atsižvelgdama į tiekėjų pateiktus paklausimus atsako sekančiai:

Komisija pažymi, kad techninės specifikacijos reikalavimai nėra pertekliniai, todėl tai nėra tiekėjų konkurencijos ribojimas, o priemonės, atitinkančios specialiuosius reikalavimus.

Pažymėtina, kad įrašytas 22 Fr introduserio reikalavimas leidžia stentavimus atlikti platesniam pacientų skaičiui, kurių klubinės arterijos siauros ir su didesnio diametro introduseriu nepavyktų praeiti. Mažesnio diametro introduseris įgalina naudoti mažiau uždariklių dėl mažesnio diametro arterijos defekto. Fiksuojantys kabliukai, leidžia stabilizuoti stentgraftą ir sumažina atokiųjų komplikacijų skaičių bei galimą migraciją, o introduseris su papildomu kanalu manipuliacijom leidžia išvengti pakartotinių p-jų, su jomis susijusių komplikacijų ir uždariklių panaudojimą.

Apibendrinant, Techninės specifikacijos reikalavimai keičiami nebus.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Apie Komisijos sprendimą informuoti paklausimą pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.