

**PNEUMO PAŠTO ĮRANGOS ATSARGINIŲ DETALIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Prekės pavadinimas ir charakteristika</b>	<b>Mato vienetas</b>	<b>Reikalingas kiekis</b>
1.	<b>Linijų sujungimo įrenginio NW-110 valdymo plokštė</b> PSMA-2 42 V DC	vnt	6
2.	<b>6 Padėčių paskirstymo sklendžių valdymo plokštė</b> PWZA-2 42 V DC	vnt	3
3.	<b>6 krypčių paskirstymo sklendės daviklis (potentiometer)</b> Potenciometras skirtas 6 krypčių transportavimo krypčių įrenginiui NW110 Parametrai: Daugiasūkis, 10 posūkių, dydis 22mm, varža 10K +/- 5%, išėjimo tolygumas 0,1% lyginant su įėjimo įtampa (Sakae 22HHP-10E) Ciklų skaičius: 10,000,000	vnt	5
4.	<b>Siuntimo konteineris mėginių siuntimui be adreso daviklių</b> KTZ 110	vnt	50
5.	<b>Maitinimo šaltinis su ethernet sąsaja su 5m UTP kabeliu</b> VO-3 42 V DC	vnt	1
6.	<b>Papildomas tarpinis maitinimo šaltinis</b> VO-2 42 V DC	vnt	1
7.	<b>OBS sensorius</b> arba lygiavertis Optinis jutiklis, skirtas sklendžių padėties nustatymui Telecom gamintojo linijų sujungimo įrenginiuose	vnt	2
8.	<b>Orapučių pasukimo kampo daviklio tvirtinimo plokštelė</b> MSV	vnt	10
9.	<b>Linijų sujungimo įrenginio NW-110 vežimėlio valdymo plokštė</b> PSMAH-2 42 V DC	vnt	2
10.	<b>Siuntimo konteinerių identifikavimo čipas</b> RCI/RFID	vnt	30
11.	<b>3 padėčių paskirstymo sklendės valdymo plokštė</b> PWRA 42 V DC	vnt	2

12.	<b>Skyriaus stotis Saturn+RCI, 2x antenos</b> Stotis turi būti suderinama su esama Telecom PTS sistema. Elektriniai parametrai 42V DC (SELV); LCD displejus su 4 eilutėmis po 20 simbolių. Automatiškai nuskaityti konteineriai (RFID); sek mane (angl. follow me) funkcija	vnt	2
13.	<b>Trijų krypčių paskirstymo sklendė (diverteris)</b> Parametrai: 42V DC, CE žymėjimas, skirtas paskirstyti NW110KTZ konteinerius	vnt	1
14.	<b>Siuntimo konteierio priėmimo krepšelis</b> NW110 OVM-3	vnt	1

***Bendrieji reikalavimai:***

1. Turi būti nurodyti tikslūs siūlomos prekės duomenys. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti pasiūlyme nurodytų prekių atitikimo techninei specifikacijai įrodančius gamintojo dokumentus: techninius aprašus, bukletus, deklaracijų kopijas, gamintojo katalogus arba lygiaverčius dokumentus, viešai prieinamą informaciją gamintojo puslapyje ir pan.
2. Prekių kiekis, kuris pateiktas techninėje specifikacijoje, numatomas užsakyti visas vienu metu.
3. Pardavėjas, užsakytas prekes į Kauno klinikų nurodytą vietą adresu: Kaunas, Eivenių g. 2 turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas nuo užsakymo pateikimo, turi būti ne ilgesnis kaip 30 darbo dienų.