

Atsakymas į tiekėjų pastabas, pasiūlymus techninei specifikacijai

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl 2025-01-16 tiekėjo Nr. 1 rinkos konsultacijos;
2. Dėl 2025-01-16 tiekėjo Nr. 2 rinkos konsultacijos;

SVARSTYTA: 1. Dėl 2025-01-16 tiekėjo Nr. 1 rinkos konsultacijos

2025-01-16 gautas tiekėjo atsakymas dėl 2025-01-09 Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) skelbtos metrologinių paslaugų pirkimo rinkos konsultacijos (numeris 707307). Tiekėjas rinkos konsultacijoje nurodo:

„Pirkime dalyvautume, jeigu prietaisus, kurie tikrinami tiekėjo laboratorijoje perkančioji organizacija Kauno mieste pristatytų savo lėšomis.

Techninėje specifikacijoje privaloma nurodyti, kurios paslaugos atliekamos ligoninės patalpose, o kurios tiekėjo laboratorijoje. Taip pat privaloma nurodyti, ar perkančioji organizacija prietaisus, kurie tikrinami tiekėjo laboratorijoje pristatys tiekėjui savo lėšomis.

Rekomenduojame įtraukti pastabą: Jei paslauga vykdoma ne Kauno mieste, metrologinės patikros paslaugas teikianti įmonė matavimo priemonės turi paimti patikrai iš Kauno ligoninės (adresu Josvainių g.2, LT-47144 Kaunas) ir po patikros atlikimo jas sugrąžinti be papildomo apmokėjimo (transporto/transportavimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į siūlomų paslaugų kainą)“. Jei paslauga vykdoma Kauno mieste, matavimo priemonės tiekėjui pristatys perkančioji organizacija.

Techninėje specifikacijoje privalo būti nurodyta informacija apie sertifikatus. Ne visiems matavimo prietaisams pagal patikros metodikas yra privaloma išduoti patikros sertifikatus (kai kuriems prietaisams užtenka žymens ant prietaiso). Siekiant racionalaus lėšų panaudojimo rekomenduojame į pirkimo sąlygas įtraukti tik privalomų sertifikatų išdavimą, tokiu atveju tiekėjai galėtų pateikti mažesnę paslaugos įkainį.

Rekomenduojama įtraukti pastabą:

Jeigu, atlikus metrologinę patikrą yra patvirtinama atitiktis nustatytiems metrologiniams reikalavimams, tiekėjas kiekvieną medicinos prietaisą turi pažymėti žymeniu ir, kai to reikia, jam išduoti patikros liudijimą (sertifikatą), nurodantį atlikimo datą, metus (jų formą nustato Valstybinė metrologijos tarnyba).

Jei patikros rezultatai neigiami, tiekėjas turi išrašyti neatitikties pažymą.

4.1 pirkimo dalis Alkotesterių (Drager Alkotest 6820; Alkotest 7510; Alcovisor Mercury)) metrologinės patikros paslauga.

Alkotesterio Alcovisor mercury patikrą gali atlikti tik vienas tiekėjas, todėl kiti tiekėjai neturi galimybės sudalyvauti pirkime. Rekomenduojame šį alkotesterio tipą įtraukti į atskirą pirkimo dalį.

Prietaisams Nr. 7. Akių tonometrų Icare IC-100TA011 metrologinės patikros paslauga – nėra galiojančios patikros metodikos, todėl patikros atlikti nėra galimybės.“.

Viešojo pirkimo Komisija (toliau – Komisija) apsvairstė tiekėjo paklausimą ir atsako, kad šios paslaugos turi būti teikiamos pas Užsakovą: masės matavimo priemonių metrologinės patikros paslaugos; kraujospūdžio aparatų metrologinės patikros paslaugos; ergometrų metrologinės patikros paslaugos; audiometrų metrologinės patikros paslaugos; centrifūgų kalibravimo paslaugos. Priemonės paslaugoms atlikti turi būti paimtos sutartyje nurodytais adresais arba užsakovas gali pristatyti Kauno miesto teritorijoje savo jėgomis šioms pirkimo dalims: „Tūrio matavimo priemonių metrologinės patikros paslaugos“, „Optinių ir optinių-fizikinių matavimo priemonių metrologinės

patikros paslaugos“, „Cheminių matavimo priemonių metrologinės patikros paslaugos“, „Akių tonometrų metrologinės patikros paslaugos“, „Laiko matavimo priemonių metrologinės patikros paslaugos“, „Temperatūros matavimo priemonių metrologinės patikros paslaugos“, „Slėgio matavimo priemonių metrologinės patikros paslaugos“, „Konduktometro metrologinės patikros paslaugos“, „Geometrinų dydžių matavimo priemonių metrologinės patikros paslaugos“, „Varžų matavimo priemonių metrologinės patikros paslaugos“, „Areometro su termometru metrologinė patikra“, „Svarsčių M3 klasės metrologinės patikros paslauga“.

Informacija dėl sertifikatų bus nurodyta Pirkimo sutarties projekte: Paslaugos turi būti suteiktos per 10 (dešimt) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos, pateikiant patikros sertifikatą arba žymę ant prietaiso pagal patikros metodikas.

Dėl pozicijoje Nr. 4.1 nurodytos alkotesterių (Drager Alkotest 6820; Alkotest 7510; Alcovisor Mercury)) metrologinės patikros paslaugos, rinkoje patikrą gali atlikti daugiau nei vienas tiekėjas. Ši paslauga bus perkama kaip atskira pirkimo dalis.

NUTARTA:

1. Informuoti tiekėjus apie Komisijos priimtą sprendimą.

SVARSTYTA: 2. Dėl 2025-01-16 tiekėjo Nr. 2 rinkos konsultacijos

2025-01-16 gautas tiekėjo atsakymas dėl 2025-01-09 Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) skelbtos metrologinių paslaugų pirkimo rinkos konsultacijos (numeris 707307). Tiekėjas rinkos konsultacijoje nurodo:

„Rinkos konsultacijos klausimas: 1. Kokie, Jūsų nuomone, reikalavimai įrašyti techninės specifikacijos projekte ribotų (riboja) konkurenciją tarp tiekėjų? Atsakymas : Pirmoje pirkimo dalyje pageidaujame išbraukti 1.4. Laboratorinės svarstyklės ir 1.10. M3 klasės svarsčiai. Prašome šiems punkтам suformuoti atskiras pirkimo dalis. <...>“.

Komisija apsvarstė tiekėjo paklausimą ir priėmė sprendimą patikslinti techninę specifikaciją sukuriant naują pirkimo dalį „Svarsčių M3 klasės metrologinės patikros paslauga“. Taip pat Komisija priėmė sprendimą nekeisti techninės specifikacijos dėl 1.4. p., atsižvelgiant į tai, kad gali padidėti kaina, sumažėti tiekėjų interesuotumas dalyvauti mažos apimties dalyje.

NUTARTA:

1. Atskirti techninės specifikacijos 1.10. p. nurodytą paslaugą į atskirą pirkimo dalį;
2. Informuoti tiekėjus apie Komisijos priimtą sprendimą.