

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„CHIRURGINIAI SIUVIMO APARATAI IR PAPILDOMOS KASETĖS“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjų pateiktų pastabų/pasiūlymų

SVARSTYTA: Tiekėjų pateiktos pastabos/pasiūlymai

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjų pasiūlymus/pastabas 2024-09-18 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl *chirurginių siuvimo aparatų ir papildomų kasečių* pirkimo (Nr. 739107).

Tiekėjai teikia šiuos siūlymus/pastabas:

1. Techninės specifikacijos 1.1.10 punkto reikalavimą „Aparatas tinka imtinai iki 12 mm skersmens troakarams“ pakeisti į „15 mm troakarams“.

Tiekėjas nurodo: „Kasetes su uždarytų kabučių aukščiu 2.0 mm. storesnio diametro nes atidarytų kabučių aukštis automatiškai didesnis, tam kad suformuotu taisyklinga B formos kabučių formavimą.“

2. Techninės specifikacijos 1.1.11 punkto reikalavimą „Aparatas turi būti valdomas viena ranka (uždarymas, iššovimas ir atidarymas)“ pakeisti į „Aparatas turi būti valdomas viena ranka (uždarymas, iššovimas), o atidarymas viena arba abiem rankomis.“

3. Patikslinti techninės specifikacijos 2.1.1 punkto reikalavimą „Aparatas tinka imtinai iki 12 mm skersmens troakarams“, padidinant siūlės ilgio paklaidą iki ± 2 mm arba pakeisti į 44 ± 1 mm platesniam kasečių pasirinkimui.

Komisija apsvarstė tiekėjų siūlymus/pastabas atsako, kad tiekėjo siūloma 1.1.10 punkto korekcija (Aparatas tinka imtinai iki 15 mm skersmens troakarams) nepriimtina, nes neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. Techninėje specifikacijoje nurodytas reikalavimas yra esminis, nustatytas remiantis mediciniais ir techniniais aspektais, siekiant užtikrinti saugų, tikslų ir minimaliai invazinį įrangos naudojimą.

1.1.11 punkto siūloma korekcija (Aparatas turi būti valdomas viena ranka (uždarymas, iššovimas), o atidarymas viena arba abiem rankomis) nepriimtina, nes neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. Vienos rankos valdymas (uždarymas, iššovimas ir atidarymas) yra esminis techninis reikalavimas, užtikrinantis patogų ir efektyvų aparato naudojimą. Chirurgas turi turėti galimybę lengvai ir greitai valdyti aparatą viena ranka, išlaikydamas kitą ranką laisvą papildomoms manipuliacijoms ar instrumentų valdymui.

2.1.1 punkto siūloma korekcija nepriimtina, nes neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. Reikalavimas nustatytas remiantis techniniais bei klinikiniais argumentais, siekiant užtikrinti aukščiausią procedūrų kokybę ir pacientų saugumą. Minimalus ± 1 mm nuokrypis užtikrina tikslų siūlės ilgį, kuris yra būtinas atliekant specifines chirurgines procedūras.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninės specifikacijos nekeisti.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.