

Chirurginių siuvimo aparatų ir papildomų kasečių techninė specifikacija

Eilės Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Linijinis tiesus endoskopinis mechaninis siuvimo aparatas (Orientacinis kiekis 80 vnt.)	Linijinis tiesus endoskopinis mechaninis siuvimo aparatas su peiliu arba su peiliu integruotu kasetėje.	
1.1.	Reikalavimai siuvimo aparatui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aparato darbinės dalies ilgis 340 mm ± 10 mm. 2. Rankenos atžvilgiu darbinė aparato dalis rotuojama 360°, artikuliuojama ne mažiau kaip 35° į abi puses. 3. Aparatas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių. 4. Suspaudimo laipsnis vienodas visame žiočių ilgyje. 5. Peilis įmontuotas aparato distalinėje darbinėje dalyje arba integruotas kasetėje. 6. Formuojamos siūlės ilgis 45 ± 1 mm, pjūvio ilgis 4 ± 1 mm trumpesnis už siūlės ilgį. 7. Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės. 8. Leidžiamas daugkartinis aparato uždarymas ir atidarymas prieš iššaukant. 9. Su tuo pačiu aparatu leidžiama panaudoti ne mažiau kaip 8 kasetes. 10. Aparatas tinka imtinai iki 12 mm skersmens troakarams. 11. Aparatas turi būti valdomas viena ranka (uždarymas, iššovimas ir atidarymas) 12. Ant prietaiso brančų turi būti pažymėta vieta, ties kuria baigiasi kabučių siuvimo linija. 	
2.	Papildomos kasetės linijiniam tiesiam endoskopiniam mechaniniam siuvimo aparatui. (Orientacinis kiekis 300 vnt.)	Papildomos kasetės tinka siūlomam 1 punkte nurodytam linijiniam tiesiam endoskopiniam mechaniniam siuvimo aparatui.	
2.1.	Reikalavimai siuvimo aparato kasetei	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siūlės ilgis 45 ± 1 mm. 2. Kabutės pagamintos iš titano arba titano ir plieno mišinio, arba lygiavertės medžiagos. 3. Turi būti galimybė pasirinkti uždarytų kabučių aukštį iš 1 ± 0,1 mm, 1,5 ± 0,1 	

		mm arba $2 \pm 0,1$ mm (kasetės tiekiamos ta pačia kaina, nepriklausomai nuo šio parametro pasirinkimo). 4. Kasetėse 4 - 6 kabučių eilės. 5. Sterili (būtinai pažymėjimas ant pakuotės);	
--	--	--	--

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kiti gamintojo dokumentai su siūlomų prekių iliustracijomis bei aprašymais.
2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.
3. Papildomos siuvimo aparatų kasetės gali būti tiekiamos pakuotėmis (ne po vieną kasetę), tačiau bendras siūlomas kiekis vienetais turi būti ne mažesnis už reikalaujamą.
4. Tiekėjas savo lėšomis praveda operacinės medicinos personalo apmokymą – supažindina su pateiktų siuvimo aparatų naudojimo ypatumais (***pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimą***).
5. Prekės pakuotėje turi būti naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba.
6. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos.
7. Sterilūs siuvimo aparatai turi būti atitinkamai įpakuoti (būtinai pažymėjimas ant pakuotės)
8. Būtinai žymėjimas CE ženklą (*kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklą liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją*).