

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„CHIRURGINIAI SIUVIMO APARATAI IR PAPILDOMOS KASETĖS“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjų pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjų pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjų pasiūlymus/pastabas 2024-11-08 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **chirurginių siuvimo aparatų ir papildomų kasečių** pirkimo (Nr. 746247).

1. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

2 pirkimo dalis

2.7 pirkimo dalis (Atidarytos kabutės aukštis).

Mūšų siuvimo aparato atidarytu kabučiu aukštis didesnis nes uždarytu kabučiu aukščio diapazonas yra platesnis (geresni parametrai).

Prašome padidinti atidarytu kabučiu aukštį iki 5.5 mm.(4.8-5.5 mm.), kai siūloma 4.8-5.2 mm.

2.7.	Atidarytos kabutės aukštis	4,8 – 5,2 mm	5,5 mm.
------	----------------------------	--------------	---------

2. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

1. Linijiniai tiesūs mechaniniai siuvimo aparatai ir papildomos kasetės linijiniam tiesiam mechaniniam siuvimo aparatui.

1.2.1 Reikalavimai siuvimo aparato kasetei. 5. Uždarytos (suformuotos) kabutės aukštis pasirenkamas iš ne mažiau kaip 3 dydžių, intervale nuo 1 mm iki 2 mm.

Siekiant padidinti konkurenciją, siūlome šio parametro reikšmę pakeisti į nurodytą, gydytojų darbo efektyvumui ir operacijos sklandumui šie pakeitimai neturės įtakos: 5. Uždarytos (suformuotos) kabutės aukštis pasirenkamas iš ne mažiau kaip 2 dydžių, intervale nuo 1 mm iki 2 mm.

2. Cirkuliarus, lenktas, intraertminis žarnų siuvimo aparatas (orientacinis kiekis 600 vnt.).

2.7. Atidarytos kabutės aukštis. 4,8 – 5,2 mm.

Siekiant išplėsti konkurenciją, siūlome pakoreguoti šio parametro reikšmę nurodant paklaidą, taip bus suteikiama galimybė konkurse sudalyvauti daugiau, nei dviem tiekėjams.

2.7. Atidarytos kabutės aukštis. 4,8 – 5,2 mm (±3 mm).

Siūlome praplėsti šiuos parametrus:

1. Linijiniai tiesūs mechaniniai siuvimo aparatai ir papildomos kasetės linijiniam tiesiam mechaniniam siuvimo aparatui.

1.2.1 Reikalavimai siuvimo aparato kasetei. 5. Uždarytos (suformuotos) kabutės aukštis pasirenkamas iš ne mažiau kaip 3 dydžių, intervale nuo 1 mm iki 2 mm.

5. Uždarytos (suformuotos) kabutės aukštis pasirenkamas iš ne mažiau kaip 2 dydžių, intervale nuo 1 mm iki 2 mm.

2. Cirkuliarus, lenktas, intraertminis žarnų siuvimo aparatas (orientacinis kiekis 600 vnt.).

2.7. Atidarytos kabutės aukštis. 4,8 – 5,2 mm.

2.7. Atidarytos kabutės aukštis. 4,8 – 5,2 mm (±3 mm).

Komisija, įvertinusi tiekėjų pastabas/siūlymus atsako, kad **1 pirkimo dalies 1.2.1 punkto** siūloma korekcija nepriimtina, nes neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. Esant skirtingiems kasečių dydžiams ne mažiau kaip 3 dydžių, operuojančiam chirurgui suteikiama galimybė rinktis geriausiai tinkančią priemonę paciento anatomijos ir struktūros atžvilgiu. Operacinės chirurginis profilis labai platus, nuo stemplės apimant visus vidaus organus, todėl siaurinti pasirinkimo galimybes nepriimtina.

2 pirkimo dalies 2.7 punkto siūloma korekcija nepriimtina, nes neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. Atliekamos sudėtingos chirurginės operacijos, techninės specifikacijos reikalavimai buvo nustatyti atsižvelgiant į daugiametę patirtį, remiantis klinikiniais ir funkciniais poreikiais, siekiant užtikrinti optimalią audinių sujungimo kokybę bei pacientų saugumą.

Komisija sprendžia techninę specifikaciją koreguoti, kaip nurodoma žemiau.

1.2.1.	Reikalavimai siuvimo aparato kasetei	1. Kasetėje integruotas nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) peilis. 2. Kasetėje ne mažiau kaip 4 eilės kabučių, kiekvienoje peilio pusėje išdėstyta po ne mažiau kaip 2 eiles kabučių. 3. Kasetės kabučių eilės ilgis intervale nuo 60 iki 81 mm. 4. Kabutės pagamintos iš titano arba titano lydinio. 5. Uždarytos (suformuotos) kabutės aukštis pasirenkamas iš ne mažiau kaip 3 dydžių, intervale nuo 1 mm iki 2 mm. 6. Po suspaudimo kabutės tampa „B“ arba „3D“ formos. 7. Sterili (yra pažymėjimas ant pakuotės);
--------	--------------------------------------	---

Patabos, papildomi reikalavimai:

1. Tiekėjas savo lėšomis praveda operacinės medicinos personalo apmokymą – supažindina su pateiktų siuvimo aparatų naudojimo ypatumais (*pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimą*).
2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.
3. **Sterilūs siuvimo aparatai turi būti atitinkamai įpakuoti, sterilumo garantija ≥ 1 metai nuo prekių pristatymo (būtinai atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).**

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.