

Chirurginių siuvimo aparatų ir papildomų kasečių techninė specifikacija

Pirkimo dalies Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Linijiniai tiesūs mechaniniai siuvimo aparatai ir papildomos kasetės linijiniams tiesiems mechaniniams siuvimo aparatams		
1.1.	Linijinis tiesus mechaninis siuvimo aparatas (orientacinis kiekis 100 vnt.)		
1.1.1.	Reikalavimai siuvimo aparatams	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aparato darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos). 2. Su aparatu galima naudoti skirtingo aukščio kabučių kasetes. 3. Aparatas vienkartinis, skirtas ≥ 8 kartus aktyvuoti (galima su vienu aparatu panaudoti ne mažiau kaip 8 kasetes). 4. Aparatas skirtas dirbti viena ranka. 5. Atidarymo mechanizmo jungtukas integruotas aparato rankenos proksimalinėje dalyje arba prietaisas atidaromas atlenkiant fiksavimo svirtį. 6. Aparato aktyvinimo rankenėle iššovimą galima atlikti tiek iš kairės tiek iš dešinės pusės. 7. Aparatas užtaisytas 1.2.1 punkte pateiktus reikalavimus atitinkančia pasirinkto tipo kasete su kabutėmis (aparatai tiekiami ta pačia kaina, nepriklausomai nuo kasetės pasirinkimo). 	
1.2.	Papildomos kasetės linijiniams tiesiems mechaniniams siuvimo aparatams (orientacinis kiekis 800 vnt.)		
1.2.1.	Reikalavimai siuvimo aparato kasetei	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasetėje integruotas nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) peilis. 2. Kasetėje ne mažiau kaip 4 eilės kabučių, kiekvienoje peilio pusėje išdėstyta po ne mažiau kaip 2 eiles kabučių. 3. Kasetės kabučių eilės ilgis intervale nuo 60 iki 81 mm. 4. Kabutės pagamintos iš titano arba titano lydinio. 5. Uždarytos (suformuotos) kabutės aukštis pasirenkamas iš ne mažiau kaip 3 dydžių, intervale nuo 1 mm iki 2 mm. 6. Po suspaudimo kabutės tampa „B“ arba „3D“ formos. 7. Sterili (yra pažymėjimas ant pakuotės); 	
1.3.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinai (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio	

		<i>galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją</i>	
2.	Cirkuliarus, lenktas, intraertminis žarnų siuvimo aparatas (orientacinis kiekis 600 vnt.)		
2.1.	Aparato paskirtis	1. Skirtas vienu metu nupjauti ir susiūti du tuščiavidurius organus (žarną su žarna, stemplę su skrandžiu ir pan.); 2. Skirtas vienkartiniam naudojimui.	
2.2.	Aparato darbinio antgalio skersmuo	Pasirinktinai 20-21 mm, 24-25 mm, 28-29 mm, 33-34 mm (aparatai tiekiami ta pačia kaina, nepriklausomai nuo šio parametro pasirinkimo)	
2.3.	Aparato darbinio antgalio distalinė dalis (diskinis priekalas su stiebu)	1. Nuimamos konstrukcijos; 2. Su galimybe prie priekalo stiebo prijungti troakarų audinių penetracijai.	
2.4.	Troakarai	Aparatas sukomplektuotas su troakaru	
2.5.	Kabutės	Titano arba titano lydinio kabutės, išdėstytos dviem eilėmis	
2.6.	Uždarytos kabutės aukštis	1,5 – 2,2 mm	
2.7.	Atidarytos kabutės aukštis	4,8 – 5,2 mm	
2.8.	Saugiklis	Apsaugantis nuo aparato atsitiktinio panaudojimo (suveikimo)	
2.9.	Siuvimo metu aparato išpjaunamų žarnos dalių surinkimas	Išpjova, skirta instrumento priekalo išpjaunamoms žarnos dalims patalpinti	
2.10.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinai (<i>kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją</i>)	

Patabos, papildomi reikalavimai:

1. Tiekėjas savo lėšomis praveda operacinės medicinos personalo apmokymą – supažindina su pateiktų siuvimo aparatų naudojimo ypatumais (*pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimą*).
2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.
3. Sterilūs siuvimo aparatai turi būti atitinkamai įpakuoti, sterilumo garantija ≥ 1 metai nuo prekių pristatymo (*būtinai atitinkamas tiekėjo patvirtinimas*).