

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO  
„ELEKTRINĖ JĖGOS SISTEMA SU PRIEDAIS, SKIRTA VEIDO - ŽANDIKAULIŲ CHIRURGIJAI”  
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo pasiūlymus/pastabas 2024-12-11 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **elektrinės jėgos sistemos su priedais, skirtos veido - žandikaulių chirurgijai** pirkimo (Nr. 412584).

**Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:**

Pastebėjimas dėl antgalių ilgių: vieni gamintojai siūlo atskirai trumpą ir ilgą antgalius, o mūsų siūlomo gamintojo sistema tokia, kad siūlomas vienas antgalis, o jo ilgis koreguojamas keičiant apsaugas (trumpą, ilgą ir labai ilgą). Tokiu būdu greičiau instrumentas pritaikomas operacijos metu neprarandant patogumo ar veikimo kokybinių parametrų. Šis principas taip pat ir ekonomiškesnis (vienas antgalis su trimis apsaugomis kainuoja mažiau nei trys skirtingų ilgių antgaliai).

*Konkrečiau: TS 7, 8 ir 12 dalyse mūsų atveju gali būti siūlomas 1) atskiras darbinis antgalis su skirtingų ilgių apsaugomis:*

**Arba**

*2) vienas darbinis antgalis (naudojamas ir su grąžteliais kaip gręžimo antgalis) visoms trims pirkimo dalims.*

*Kaip tinkamai pakoreguoti techninę specifikaciją neribojant konkurencijos ir tuo pat metu gydymo įstaigai nepermokant už papildomus tuos pačius antgalius pasiūlymo neturime. Tiesiog, pateikiame išsamią informaciją Jūsų ekspertams, kurie gal sugebės rasti tinkamą formuluotę.*

Komisija, įvertinusi tiekėjo pastabas/siūlymus atsako, kad siūloma korekcija nepriimtina, nes neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. Esant tik vienam antgaliui, kyla sunkumų užtikrinant sistemos panaudojimą kelis kartus per dieną, nes kiekvieną kartą po naudojimo reikalingas pilnas sterilizacijos procesas. Taip pat, turint minimalų antgalių kiekį išauga rizika, jog sistemos nebus galima naudoti, esant antgalio gedimui. Turint kelis antgalius, tokia grėsmė sumažinama iki minimumo.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninės specifikacijos nekeisti.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.