

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„AUTOMATINIS STERILIZAVIMO MAIŠELIŲ FORMAVIMO, UŽLYDYMO APARATAS“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjų pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjų pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjų pasiūlymus/pastabas 2024-12-31 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **automatinio sterilizavimo maišelių formavimo, užlydymo aparato** pirkimo (Nr. 648894).

1. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas techninės specifikacijos projektui:

„6 punkte prašome tikslinti parametą“ „≥ 4800 maišelių per valandą, priklausomai nuo sandarinimo laiko.“ Sekančiai: „≥ 4700 maišelių per valandą, priklausomai nuo sandarinimo laiko.“ Taip Perkančioji organizacija galės gauti daugiau pasiūlymų ir pirkimas bus konkurencingesnis.

8 punkte tikslinti reikalavimą: "Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 100-2500 mm" sekančiai: "Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 100-1000 mm" Taip Perkančioji organizacija suteiks galimybę dalyvauti keliems gamintojams ir pirkimas bus konkurencingesnis.

11 punkte tikslinti parametą: „Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 5–50 mm“ sekančiai: „Reguliuojamas ne siauresnė kaip 5mm“ Taip Perkančioji organizacija suteiks galimybę dalyvauti keliems gamintojams ir pirkimas bus konkurencingesnis.

16 punkte tikslinti parametą „Ne daugiau kaip 200 W“ sekančiai: „Ne daugiau kaip 225 W.“

2. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas techninės specifikacijos projektui:

Rekomenduojame pakeisti punktų parametrus į:

7. Maišelių kiekis: Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip **1–500 vienetų**

8. Maišelių ilgis: Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip

100–1000 mm

11. Sandarinimo atstumas: **ne mažiau 30 mm** arba reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 5–50 mm

16. Galingumas: Ne daugiau kaip **250 W**

Komisija, apsvarsčiusi 1 ir 2 tiekėjų pasiūlymus/pastabas, atsako sekančiai:

Komisija, susipažinusi su tiekėjų siūlomomis korekcijomis, sprendžia patikslinti techninės specifikacijos 6 ir 16 punkto reikalavimus kaip nurodyta žemiau:

6.	Efektyvumas	1. ≥ 13 ciklų/min (≥ 700 ciklų/valandą); 2. ≥ 4700 maišelių per valandą, priklausomai nuo sandarinimo laiko.
16.	Galingumas	Ne daugiau kaip 250 W

Komisija, įvertinusi 1 tiekėjo pastabas, sprendžia techninės specifikacijos 8 bei 11 punkto nekeisti, nes tiekėjo siūlomi pakeitimai sumažinti reikalavimus sudarytų galimybę siūlyti mažesnio nei reikalaujama funkcionalumo, prastesnių techninių parametrų automatinį sterilizavimo maišelių formavimo, užlydymo aparatą. Tiekėjo siūlomi pakeitimai mažina įrangos techninius parametrus, tiesiogiai turinčius įtakos įrangos pritaikomumui, procesų automatizavimo galimybėms.

Komisija, įvertinusi 2 tiekėjo pastabas, nesutinka su pasiūlytomis korekcijomis techninės specifikacijos 7, 8 bei 11 punktam, kadangi tiekėjo nurodytas planuojamas siūlyti aparatas, remiantis viešai prieinama gamintojo informacija apie šio įrenginio technines charakteristikas, pilnai atitinka esamus šių punktų reikalavimus.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.