

**Automatinio sterilizavimo maišelių formavimo, užlydymo aparato
techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)**

Eil. Nr.	Pavadinimas (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Paskirtis	Sterilių maišelių gaminimo iš standartinių popieriaus-plastiko juostų / ritinių, nustatant reikiamą kiekį ir ilgį, automatizavimas	
2.	Funkcijos	Su užlydymo ir pjovimo funkcija	
3.	Išoriniai matmenys (plotis×gylis×aukštis)	Ne daugiau negu 740×355×240 mm	
4.	Svoris	Ne daugiau negu 30 kg	
5.	Korpusas	Nerūdijančio plieno (ar lygiavertės medžiagos)	
6.	Efektyvumas	1. ≥ 13 ciklų/min (≥ 700 ciklų/valandą); 2. ≥ 4700 maišelių per valandą, priklausomai nuo sandarinimo laiko.	
7.	Maišelių kiekis	Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 1–1000 vienetų	
8.	Maišelių ilgis	Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 100–2500 mm	
9.	Ritinio laikiklio plotis	≥ 420 mm	
10.	Sandarinimo siūlės plotis	12 mm $\pm$ 1 mm	
11.	Sandarinimo atstumas	Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 5–50 mm	
12.	Jungtys	1. USB A/B (arba lygiavertė); 2. RS 232 (arba lygiavertė).	
13.	Didžiausia sandarinimo temperatūra	≥ 220 °C	
14.	Sandarinimo laikas	0,5–10,0 s	
15.	Komplektacija	Kartu su aparatu komplektuojami: 1. Maišelių rūšiavimo modulis; 2. Užlydomos popieriaus-plastiko sterilizacijos juostos laikiklių rinkinys (ne mažiau kaip 2 juostų tvirtinimo komplektai rinkinyje).	
16.	Galingumas	Ne daugiau kaip 250 W	
17.	Elektros maitinimas	Iš 230V/50Hz elektros tinklo	
18.	Garantinis terminas	≥ 12 mėnesių	
19.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinai (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)	
20.	Įrangos pristatymas ir instaliavimas	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą	
21.	Vartotojų apmokymas	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą	

22.	Techninio personalo apmokymas	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą	
23.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.	

Pastabos, papildomi reikalavimai:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.