

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„MEDICININIAI BALDAI“
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjų pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjų pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo pasiūlymus/pastabas 2024-12-11 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **medicininių baldų** pirkimo (Nr. 412529).

1.Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

Tiekėjas prašo prekių pristatymo terminą iki 10 savaičių.

2.Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

7.2. Reikalavimą siūlytume keisti į ne mažiau 16°. Tuomet gales pirkime dalyvauti daugiau tiekėjų.

17.2. ar tikrai reikalinga centrinė stabdžių sistema. Toks priedas labai iškelia kainą i manau nėra esminis. Siūlome palikti opciją siūlyti su paprastais stabdžiais ant kiekvieno ratuko ar ant 2. Reikalavimas su centrine stabdžių sistema gali būti kaip tas kuris suteiktų daugiau balų pasiūlyme.

Tiekėjas prašo prekių pristatymo terminą iki 10 - 12 savaičių.

3.Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

2 pirkimo dalis

7 punktą „Bazė kojoms“ „Standartinė arba masažinė“ - Mums nesuprantamas terminas kas tai yra „MASAŽINĖ bazė kojoms“

8 punktą. Manome perteklinis. Kėdė nėra Medicinos gaminy.

3 pirkimo dalis

3 ir 4 punktuose reikalavimai nesuderinami tarpusavyje

4 punktą. 3 „Aukščio reguliavimas kojiniu, žiediniu pėdalu, esančiu aplink kėdės pagrindo ašį“; jei žiedinis- tai diskas ar žiedas, bet ne pedalas. Taip pat- montuojamas yra po cilindru, o ne aplink pagrindo ašį.

3 punktą. „4. Su žiedine atrama kojoms;“. Nesuderinamas su 4 punkto 3 dalimi. Atrama kojoms melėdžia pasiekti aukščio reguliavimo disko/žiedo. Tokiu atveju yra siūlomas sprendimas- atrama kojoms su išpjova.

8 punktą. Manome perteklinis. Kėdė nėra Medicinos gaminy.

4 pirkimo dalis

1 punktą. „2. Konstrukcija ir paviršius plaunami, atsparūs dezinfekcinių medžiagų poveikiui“ Manome aiškiai perteklinis. 2 punkte nurodyta medžiaga - Nerūdijantis plienas, kuris savaime suprantama kad yra atsparus plovimui, valymui ir panašiai. Kaip taisyklė, gamintojai savo kataloguose nenurodo, kad Nerūdijantis plienas yra atsparus valymui, dezinfekcijai, nes tai yra natūrali nerūdijančio plieno savybė.

Komisija, įvertinusi tiekėjų pastabas/siūlymus atsako, kad siūlymas naikinti 2 pirkimo dalies, 8 punkto reikalavimą (8. Žymėjimas CE ženklų) nepriimtinas, nes CE ženklinimas yra būtinas, kad būtų patvirtinta jog produktas atitinka Europos Sąjungos reikalavimus. Komisija pažymi, kad perkama ergonominė balno tipo kėdutė, kuri turi mechaninę sistemą, todėl būtina užtikrinti, kad mechanizmas nekeltų rizikos vartotojams. CE ženklinimas yra būdas įrodyti, kad produktas praėjo atitikties vertinimus ir atitinka ES reglamentų reikalavimus.

3 pirkimo dalies, 3.4. punkto siūloma korekcija nepriimtina, nes neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. Žiedinė kojų atrama (be išpjovų) užtikrina vienodą ir stabilų atramos tašką chirurgui iš bet kurios pusės, o išpjova sumažintų atramos efektyvumą bei galėtų trikdyti darbo ergonomiką ilgos procedūros metu.

Tiekėjo siūlymas naikinti 3 pirkimo dalies, 8 punkto reikalavimą (Žymėjimas CE ženklu) nepriimtinas, nes CE ženklavimas yra būtinas, kad būtų patvirtinta jog produktas atitinka Europos Sąjungos reikalavimus. Komisija pažymi, kad perkama ergonomiška kėdė chirurgui, kuri turi mechaninę sistemą, todėl būtina užtikrinti, kad mechanizmas nekelia rizikos vartotojams. CE ženklavimas yra būdas įrodyti, kad produktas praėjo atitikties vertinimus ir atitinka ES reglamentų reikalavimus.

Tiekėjo siūlymas naikinti 4 pirkimo dalies 1.2. punkto reikalavimą (2. Konstrukcija ir paviršius plaunami, atsparūs dezinfekcinių medžiagų poveikiui) nepriimtinas, nes neatitinka perkančiosios organizacijos poreikių. Nors nerūdijantis plienas dažniausiai turi geras atsparumo savybes, tai nėra garantija, kad visi rinkoje naudojami nerūdijančio plieno tipai atitiks specifinius reikalavimus, kurie svarbūs operacinės aplinkai. Todėl būtina užtikrinti, kad naudojama medžiaga atitiktų konkrečius valymo ir dezinfekavimo reikalavimus. Reikalavimas dėl medžiagos atsparumo valymui bei dezinfekcijai įtrauktas, kad užtikrinti tinkamą kontrolę ir atitiktį aukščiausiams kokybės bei saugos standartams.

Komisija sprendžia numatomą prekių pristatymo terminą pratęsti iki 10 savaičių.

Komisija sprendžia techninę specifikaciją koreguoti, kaip nurodyta žemiau.

1 pirkimo dalis. Funkcinė lova

7.	Blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas (paciento blauzdų bei pėdų pakėlimas/nuleidimas, esant pakeltai šlaunų sekcijai, nekeičiant šlaunų sekcijos padėties)	1.Valdoma elektrine pavara arba mechaniniu būdu; 2. Maksimalus pakėlimo kampas ne mažesnis kaip 16°
17.	Lovos važiuoklė	1. Su ≥ 4 manevringais ratukais (ne mažiau nei vienas ratukas fiksuojamas važiavimui į priekį (nesisukiojantis apie vertikalią ašį)); 2. Ratukų skersmuo ne mažiau 150 mm; 3.Visi ratukai su stabdžiais arba centrinė stabdžių sistema;

2 pirkimo dalis. Ergonominė balno tipo kėdutė

7.	Bazė kojoms	Standartinė
----	-------------	--------------------

3 pirkimo dalis. Kėdė (chirurgui)

4.	Kėdės aukščio reguliavimas	1. Aukščio reguliavimas pneumatiniu arba hidrauliniu, arba lygiaverčiu būdu; 2. Aukščio reguliavimo intervalas ne mažiau kaip nuo 56 cm iki 71 cm. 3. Aukščio reguliavimas kojiniu, žiedo arba disko formos pėdalu, sumontuotu aplink kėdės centrinę koloną.
----	----------------------------	---

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.