

Medicininų baldų techninė specifikacija**1 pirkimo dalis. Funkcinė lova (kiekis 1 vnt)**

Eilės Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Funkcinė lova	Elektrinio valdymo, ne mažiau 4 dalių, su svarstyklėmis;	
2.	Svarstyklės	Integruotos į lovą	
3.	Čiužinio platforma	1. Sudaryta iš ne mažiau 4 funkcinių dalių (sekcijų): a) galvos-nugaros, b) sėdmenų, c) šlaunų, d) blauzdų; 2. Platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių arba metalinių plokščių arba juostų (neleidžiama siūlyti konstrukcijų iš metalinės vielos arba strypų), atsparios drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 3. Čiužinio platformos sekcijas galima išimti valymui ir dezinfekcijai. Būtinųjų fiksavimo mechanizmai, apsaugantys nuo atsitiktinio iškritimo; 4. Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, ne mažesni kaip 200 x 85 cm;	
4.	Čiužinio platformos aukščio reguliavimas	1. Valdoma elektrine pavara; 2. Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba ne daugiau 41 cm. aukščiausia riba ne mažiau 75 cm.	
5.	Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas	1. Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 60°	
6.	Šlaunų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas	1. Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 30°	
7.	Blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas (paciento blauzdų bei pėdų pakėlimas/nuleidimas, esant pakeltai šlaunų sekcijai,	1. Valdoma elektrine pavara arba mechaniniu būdu; 2. Maksimalus pakėlimo kampas ne mažesnis kaip 16°	

	nekeičiant šlaunų sekcijos padėties)		
8.	Trendelenburgo/atvirkštinės Trendelenburgo pozicijų reguliavimas	1. Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalūs lovos pavertimo į Trendelenburgo/atvirkštinio Trendelenburgo pozicijas kampai ne mažesni kaip 12°/12°	
9.	Sekcijų automatinio regreso funkcija	1. Suminis poslinkis į kojūgalio ir į galvūgalio puses ne mažiau kaip 13 cm.	
10.	Rankenos mechaniniam galvos-nugaros sekcijos nuleidimui į horizontalią gaivinimo padėtį (CPR) kritinių situacijų metu	1. Sumontuotos ant lovos rėmo iš abiejų pusių; 2. Palenkus rankeną nugaros sekcija negali laisvai kristi žemyn;	
11.	Apsauga nuo elektros tinkle įtampos svyravimų	Integruota baterija;	
12.	Lovos valdymo pultas Nr. 1 (1 vnt.)	1. Pultelis, integruotas galvos dalies šoninių ranktūrių vidinėje pusėje arba rankinis pultelis, pakabinamas ant lovos šono; 2. Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus, autokontūrą; 3. Pultas turi apsaugą nuo netyčinio juo valdomų funkcijų įjungimo (pvz., yra atskiras pulto aktyvavimo mygtukas ar pan.);	
13.	Lovos valdymo pultas Nr. 2 (1 vnt.)	1. Skirtas medicinos personalui; 2. Integruotas lovos kojūgalyje arba pakabinamas ant lovos kojūgalio; 3. Pulto pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros sekciją, kojų sekciją, sinchronizuotai keisti galvos-nugaros ir kojų sekcijas, nustatyti apžiūros poziciją, Trendelenburgo ir atvirkštinę Trendelenburgo pozicijas, nustatyti kardiologinės kėdės poziciją, gaivinimo poziciją (CPR) bei „užrakinti“ funkcijų valdymą; 4. Pultas turi funkcijas lovos sekcijų padėties keitimui į ne mažiau kaip 3 užprogramuotas pozicijas, operatyviai nustatomas vieno-dviejų mygtukų paspaudimu; 5. Pulto pagalba galima „užrakinti“ rankinį pultelį (valdymo pultą Nr. 1); 6. Pultas turi apsaugą nuo netyčinio juo valdomų funkcijų įjungimo (pvz.,	

		yra atskiras pulto aktyvavimo mygtukas ar pan.);	
14.	Šoniniai apsauginiai rėmai	1. Pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, arba lygiavertės medžiagos, atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 2. Vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose lovos šonuose, kiekvienas apsauginis rėmas užima 75-100 % lovos ilgio ir yra sudarytas iš 2-3 atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių arba iš 3 dalių, iš kurių dvi atskirai nuleidžiamos/pakeliamos, o trečia (kojūgalyje) pagal poreikį uždedama/nuimama; 3. Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos, mygtuko arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo); 4. Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) ne mažiau nei 35 cm. 5. Nuleidus lovą į žemiausią padėtį, nuleistas lovos šoninis apsauginis rėmas negali liesti grindų dangos;	
15.	Lovos galai	1. Pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, užapvalintais kampais (dėl saugumo); 2. Nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių; 3. Su apsauga nuo atsitiktinio ištraukimo/nuėmimo;	
16.	Apsauginiai bamperiai	1. Apsauginiai bamperiai visuose keturiuose lovos kampuose;	
17.	Lovos važiuoklė	1. Su ≥ 4 manevringais ratukais (ne mažiau nei vienas ratukas fiksuojamas važiavimui į priekį (nesisukiojantis apie vertikalią ašį)); 2. Ratukų skersmuo ne mažiau 150 mm; 3. Visi ratukai su stabdžiais arba centrinė stabdžių sistema;	
18.	Lovos elektriniai varikliai	Su apsauga nuo perkrovimo;	
19.	Lovos išoriniai matmenys ilgis × plotis (įskaitant šoninius apsauginius rėmus)	Ne didesni kaip 218 x 103 cm.	
20.	Gamintojo numatyta lovos saugios apkrovos ribinė vertė	Ne mažiau 250 kg.	
21.	Reikalavimai čiužiniui	1. Poroloninis, ne mažesnio kaip 40 kg/m ³ tankio, skirtas ligoninės	

		lovoms, tinkantis pragulų profilaktikai, esant mažai ir vidutinei pragulų susidarymo rizikai; 2. Tinkantis naudoti iš abiejų pusių; 3. Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis ne mažiau 14 cm. 4. Čiužinio kraštai sustiprinti;	
22.	Reikalavimai čiužinio užvalkalui	1. Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris (arba lygiavertė medžiaga), dengtas 100% poliuretano sluoksniu (arba lygiaverte medžiaga); 2. Pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams; 3. Antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo; 4. Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje; 5. Tinkamas plauti skalbimo mašinose ne mažiau 70 °C temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse; 6. Nedegus – atsparumas užsiliepsnojimui atitinkantis EN 597-1 ir EN 597-2 standartus arba lygiaverčius; 7. Atsparus dezinfekcijai;	
23.	Lovos priedai ir konstrukciniai elementai	1. Pasikėlimo kartis su rankena tinkanti siūlomo modelio lovai - 1 komplektas;	
24.	Garantinis laikotarpis	1. Ne mažiau 36 mėn. (visam lovos komplektui su čiužiniu); 2. Galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio;	
25.	Žymėjimas CE ženklu.	<i>Būtinai (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)</i>	
26.	Kartu su prekėmis pristatoma dokumentacija	1. Nudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba;	

27.	Pristatymas, instaliavimas/sumontavimas ir vartotojų apmokymas	Pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimo/sumontavimo, po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir vartotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.	
-----	--	---	--

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

2 pirkimo dalis. Ergonominė balno tipo kėdutė (kiekis 4 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Kėdės sėdynės tipas	Vienos dalies ergonominė sėdynė (balno tipo)	
2.	Kėdės rėmas	1. Pagamintas iš metalo (arba lygiavertės medžiagos), atsparus dezinfekcinėms priemonėms; 2. Su ≥ 5 ratukais.	
3.	Kėdės aukščio reguliavimas	1. Galima pasirinkti dujinės spyruoklės aukštį pagal ūgį (užsakant pasirenkama iš S, M, L dydžių); 2. Pneumatinis (arba lygiavertis) aukščio diapazonas nuo 45 cm iki 85 cm (arba numatytas pagal kėdės dydį S, M, L).	
4	Sėdynės reguliavimas	Rankiniu būdu reguliuojamas sėdynės nuolydis	
5.	Kėdės apmušalas	1. Kėdės sėdimoji dalis paminkštinta; 2. Apmušalas pagamintas iš dirbtinės odos arba lygiavertės medžiagos, besiūlis, atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms; 3. Galimybė apmušalo spalvą pasirinkti iš ≥ 8 skirtingų spalvų (<i>nurodykite siūlomas spalvas</i>).	
6.	Maksimali leistina apkrova	≥ 120 kg	
7.	Bazė kojoms	Standartinė	
8.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinas (<i>kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją</i>)	

9.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis	
10.	Prekės pristatymas ir sumontavimas	Prekių pristatymo, iškrovimo, pervežimo į eksploatavimo vietą, surinkimo/sumontavimo (jeigu reikia), likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.	
11.	Garantinis laikotarpis	≥ 24 mėn.	

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

3 pirkimo dalis. Kėdė (chirurgui) (kiekis 2 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Paskirtis	Anatominė, ergonomiška ir funkcionali kėdė chirurgui, pritaikyta patogiam darbui.	
2.	Kėdės konstrukcija	1. Mobili; 2. Reguliuojamo aukščio; 3. Su atlošu nugarai;	
3.	Kėdės rėmas	1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba plieno dažyto milteliniu būdu, arba lygiavertės medžiagos; 2. Atsparus dezinfekcinėms priemonėms; 3. Su ne mažiau kaip 5 sklandžiai sukamais ratukais, turinčiais stop funkciją pasikeitus kėdės apkrovai; 4. Su žiedine atrama kojoms;	
4.	Kėdės aukščio reguliavimas	1. Aukščio reguliavimas pneumatiniu arba hidrauliniu, arba lygiaverčiu būdu; 2. Aukščio reguliavimo intervalas ne mažiau kaip nuo 56 cm iki 71 cm. 3. Aukščio reguliavimas kojiniu, žiedo arba disko formos pedalu, sumontuotu aplink kėdės centrinę koloną.	
5.	Sėdimoji dalis ir atlošas	1. Sėdynė apvali, skersmuo 36 ± 2 cm. 2. Sėdynė paminkštinta ne mažiau kaip 6 cm storio pralaidžiu orui putplasčiu arba lygiaverte medžiaga ir aptraukta apmušalu;	

		3. Sėdynė sukasi 360° aplink savo ašį; 4. Kėdė turi pusmėnulio formos paminkštintą nugaros atlošą, kuris taip pat, gali būti naudojamas kaip porankis;	
6.	Sėdimosios dalies ir atlošo apmušalas	1. Besiūlis, pagamintas iš valymo ir dezinfekavimo priemonėms atsparios medžiagos. 2. Galimybė apmušalo spalvą pasirinkti iš ≥ 2 skirtingų spalvų (<i>nurodykite siūlomas spalvas</i>).	
7.	Maksimali leistina apkrova	≥ 120 kg	
8.	Žymėjimas CE ženklu	Būtinasi (<i>kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją</i>)	
9.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	Naudotojo instrukcija lietuvių kalba	
10.	Prekės pristatymas ir sumontavimas	Prekių pristatymo, iškrovimo, pervežimo į eksploatavimo vietą, surinkimo/sumontavimo (jeigu reikia), likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.	
11.	Garantinis laikotarpis	≥ 36 mėn.	

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

4 pirkimo dalis. Vežimėliai operacinei (kiekis 10 vnt.)

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomos parametrų reikšmės
1.	Korpusas	1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, ne žemesnės nei AISI 304 klasės arba lygiavertės medžiagos; 2. Konstrukcija ir paviršius plaunami, atsparūs dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 3. Staliuko siūlės turi būti lygios, negali būti jokių aštrių konstrukcijos detalių.	

2.	Stalviršis ir lentyna	1. Stalviršis ir 1 lentyna, pagaminti iš ne žemesnės nei AISI 304 klasės nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos; 2. Su ne mažiau nei 1 cm paaukštintais kraštais iš visų pusių (įgilintu darbinio paviršiumi) ir/arba su apsaugine tvorele/borteliu iš 3 pusių; 3. Maksimali lentynos apkrova ≥ 50 kg. 4. Tarpas tarp stalviršio ir lentynos 35-45 cm.	
3.	Vežimėlio išoriniai išmatavimai	1. Aukštis (su ratukais): 75 – 85 cm. 2. Plotis (gylis): 55 – 65 cm. 3. Ilgis: 75– 80 cm.	
4.	Stūmimo rankena	Vežimėlis be stūmimo rankenų	
5.	Bendra maksimali apkrova	Bendra maksimali vežimėlio apkrova ≥ 100 kg.	
6.	Ratukai	1. Keturi ratukai, ne mažiau nei du iš jų su stabdžiais; 2. Ratukų diametras ≥ 12 cm. 3. Sumontuoti ant guolių, laisvai sukasi aplink savo ašį; 4. Virš ratukų sumontuoti apsauginiai bamperiai;	
7.	Garantinis laikotarpis	≥ 24 mėnesiai	
8.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	Naudotojo instrukcija lietuvių kalba	
9.	Prekės pristatymas ir surinkimas/sumontavimas	Prekių pristatymo, iškrovimo, pervežimo į eksploatavimo vietą, surinkimo/sumontavimo (jeigu reikia), likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.	

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.