



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Sajūdžio a. 1, LT-42136 Rokiškis, tel. +370 458 51 948, el. p. a.krasauskas@rokiskis.lt.

Tiekėjams

2025-02- Nr. VPSD-
į 2025-02-05 pranešimą 57557

DĖL REAGENTŲ (BIOCHEMIJAI, IMUNOLOGIJAI, ŠLAPIMO TYRIMAMS) VŠĮ ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI PIRKIMO

Klausimas. Atkreipiame dėmesį į II dalies „REAGENTAI, EKSPLOATACINĖS IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI KARTU SU PANAUDAI SIŪLOMU ANALIZATORIUMI“ 8 punktą „Mėginių įsiurbimas“ reikalaujamas techninis parametras „*Naudojant vienkartinius antgalius ir mėgintuvėlius*“ siūlome šį reikalavimą koreguoti sekančiais: „*mėginių įsiurbimas naudojant daugkartinius arba vienkartinius antgalius ir vienkartinius mėgintuvėlius*“. Atsižvelgiant į pateiktus Vertinimo kriterijų parametrus matyti, kad ši sąlyga yra galimai orientuoti į konkretaus gamintojo sistemą. Tokiu būdu sudaromos itin palankios sąlygos vienam rinkoje esančiam tiekėjui.

Pažymėtina, kad perkančiosios organizacijos, įgyvendindamos pareigą patikrinti tiekėjų kvalifikaciją, privalo nepažeisti viešųjų pirkimų principų. Tai visų pirma reiškia aiškių ir nedviprasmiškų tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymą, šių aiškinimą ir taikymą taip, kaip juos suprastų kiekvienas rūpestingas asmuo (pavyzdžiui, reikalavimas pateikti tam tikros kvalifikacijos sertifikatą, negali būti aiškinamas ir taikomas taip, kad tiekėjai galėtų pateikti dokumentą, liudijantį apie sertifikavimo pradžia), taip pat draudimą nustatyti perteklinius, neproporcingus, su pirkimo objektu ir kitais teisės aktais nesuderinamus reikalavimus. Dėl to VPI 32 straipsnyje įtvirtinta būtent „minimalių“ tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų sąvoka, suponuojanti atitinkamos (pakankamos pirkimo sutarčiai įvykdyti) kvalifikacijos tiekėjams lygias galimybes dalyvauti pirkime. Ar atitinkamas kvalifikacijos reikalavimas nepažeidžia VPI įtvirtinto reikalavimo užtikrinti lygias sąlygas visiems tiekėjams dalyvauti pirkimo procedūrose, draudimo juos diskriminuoti ar riboti konkurenciją, sprendžiama, atsižvelgiant inter alia į teisėtus perkančiosios organizacijos interesus ir pirkimo objekto poreikį. Visada atsiras tiekėjų, kurie netenkins vieno ar kito reikalavimo. Kadangi reikalavimai tiekėjams susiaurina visų galimų dalyvių sąrašą tam tikrų tiekėjų nenaudai, tai tiek perkančioji organizacija, tiek teismai turėtų kreipti ypatingą dėmesį į tokių kriterijų taikymo tikslingumą ir pagrįstumą kiekvieno viešojo pirkimo kontekste bei įvertinti tokio (leistino) ribojimo ir juo siekiamo tikslo pusiausvyrą. VPI įtvirtinta perkančiosios organizacijos teisė nustatyti tik minimalius tiekėjų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus ir tuo siekiama, kad tokie reikalavimai dirbtinai neribotų konkurencijos.

Primintina, kad konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams. Perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas (pirmiau nurodyta Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010). Pagrindžiant aukštų arba specifinių kvalifikacijos reikalavimų nustatymo tikslingumą, ypač tais atvejais, kai dėl tokių reikalavimų nustatymo kyla ginčų arba abejonių, perkančioji organizacija privalo patikimai ir įtikinamai įrodyti

jos nustatyto kvalifikacijos reikalavimo ir kandidato ar dalyvio gebėjimo įvykdyti sutartį priežastinį ryšį. Tokiu įrodymu gali būti ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifinė paskirtis (VPI 36 straipsnio 1 dalis, 1 dalies 5 punktas), arba tai, kad aukštą kvalifikacinį reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga (Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Observis“ v. Kauno miesto savivaldybė, Nr. 3K-3-222/2008).

Atsižvelgiant į aukščiau aptartą teismų praktiką ir pateiktus Vertinimo kriterijų parametrus tiekėjas prašo perkančiosios organizacijos pateikti bent 3 tiekėjus, kurie gali pasiūlyti imunologinių tyrimų analizatorių, kuris pilnai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą techninę specifikaciją pilna apimtimi.

Tikimės, kad Jūs esate suinteresuoti užtikrinti konkurenciją, sulaukti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo bei gauti tinkamas prekes ir profesionalias paslaugas, kurios išpildytų viešojo intereso lūkesčius, todėl teigiamai įvertinsite mūsų siūlymus.

Atsakymas. Dar kartą pažymime, kad daugkartinių antgalių naudojimo galimybė reikalauja papildomų procedūrų praplovimui, naudojant ploviklius, ar papildomai statant dejonizuoto vandens sistemą (atkreipiame dėmesį, kad patalpoje nėra nei techninių nei fizinių galimybių įrengti vandens dejonizatorių) bei tyrimo atlikimo laiko pertekliaus sąnaudų, kas prieštarauja tvarumo bei ekologiško sąvokai, todėl šio reikalavimo nekeisime.

Tiekėjai, galintys pasiūlyti imunologinių tyrimų analizatorių, kuris pilnai atitinka perkančiosios organizacijos pateiktą techninę specifikaciją pilna apimtimi: UAB „Bioeksma“, UAB „Roche Lietuva“, UAB „Diamedica“, UAB „Mediq Lietuva“.

Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai (specialiųjų sąlygų 4.2 punktas), todėl perkančioji organizacija neprivalo, nepasibaigus pirkimų procedūroms atlikti išankstinius Tiekėjų kvalifikacijos vertinimus.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas

Arūnas Krasauskas

Jolita Mikalajūnienė, tel. +370 619 80 820, el. paštas j.mikalajuniene@rokiskioaspc.lt _
Dalia Bulovienė, tel. +370 615 34 032, el. paštas d.buloviene@rokiskis.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Rokiškio rajono savivaldybės administracija 188772248, Sąjūdžio a.1, LT-42136 Rokiškis
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL REAGENTŲ (BIOCHEMIJAI, IMUNOLOGIJAI, ŠLAPIMO TYRIMAMS) VŠĮ ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI PIRKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-12 Nr. VPSD-64
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Krasauskas, Seniūnas, Rokiškio miesto seniūnija
Sertifikatas išduotas	ARŪNAS KRASAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-12 12:59:10 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-12 12:59:29 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-24 07:43:14 – 2026-04-24 07:43:14
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-02-12 14:01:14)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-02-12 14:01:14 DBSIS