

DĖL PRAŠYMO (-Ų) PATIKSLINTI PIRKIMO DOKUMENTUS

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vandenys“, vadovaudamasi pirkimo „*Matavimo priemonių metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos*“ (CVP IS Nr. **917491**) (toliau -Pirkimas) sąlygose nustatytais reikalavimais ir tvarka, išnagrinėjusi CVP IS priemonėmis suinteresuotų tiekėjų pateiktus prašymus patikslinti Pirkimo dokumentus, teikiame atsakymų suvestinę:

Eil. Nr.	Data	Pirkimo sąlygų dokumentas	Klausimas/prašymas*	Atsakymas
1.	2025-02-07	IX pirkimo objekto dalis.	Eil.Nr. 1.1. Skaitmeninis barometras Testo 511 Kalibravimas (3 taškai: 980 hPa, 1000 hPa, 1020 hPa) Informuojame, kad kalibruoti reikia mažiausiai 6 taškus. Prašome nurodyti papildomus taškus.	Kalibruojami 6 taškai: 800 hPa, 900 hPa, 980 hPa, 1000 hPa, 1020 hPa, 1060 hPa
2.	2025-02-07	IX pirkimo objekto dalis.	Eil.Nr. 3.1. Etaloninis skaitmeninis slėgio matuoklis XP2i (Cristal) Kalibravimas (taškai: Kalibravimas patikros taškuose),prašome nurodyti kiek ir konkrečius taškus, taškai: "patikros taškuose" netinkama, nes patikra neatliekama.	Kalibruojami 8 taškai: 2bar, 4bar, 6bar, 8bar, 10bar, 12bar, 14bar, 16bar.

*Suinteresuoto(-ų) tiekėjo(-ų) prašymo(-ų) paaiškinti/patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas. Dėl galimų vertimo netikslumų, pirmenybė teikiama originalo kalba.

** Paaiškinimas/patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Priedai:

1. Techninės specifikacijos Priedas Nr. 9 - IX daliai_MP_P-K_SLĖGIS (aktuali redakcija)