

Suinteresuotiems tiekėjams

2025-02-14 Nr. S-432

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „RENTGENO TYRIMŲ DUOMENŲ APDOROJIMO ĮRANGOS PIRKIMAS“ (PIRKIMO NR. 1030496) PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika (toliau – Poliklinika) vykdo atvirą konkursą „Rentgeno tyrimų duomenų apdorojimo įrangos pirkimas“ (tarptautinis pirkimas), pirkimo numeris 1030496.

Perkančioji organizacija Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis gavo tiekėjo pastabas dėl techninės specifikacijos

Tiekėjo pastabos dėl 1.1 ir 3.7 punktų reikalavimo: Galimybė formuoti užklausas ir parsisiųsti vaizdus (Query/Retrieve).

Abiejų punktų reikalavimai dubliuojasi, nors vienas reikalavimas yra kaip dalis serverio programinės įrangos, kitas – komunikacijos programinės įrangos. Prašome paaiškinti ar šie reikalavimai tikslingai suformuoti abiejose dalyse ar yra vienas ir tas pats reikalavimas.

Atsakymas: Šie reikalavimai suformuoti abiejose dalyse ar yra vienas ir tas pats reikalavimas.

Tiekėjo pastabos dėl 1.5 punkto reikalavimo: Integruota MS Word programa tekstinių ataskaitų redagavimui.

Siuolaikinėms Lietuvoje naudojamoms sistemoms keliami reikalavimai, jog vaizdai būtų perduodami į ESPBI IS bei pacientai registruojami gydymo įstaigų informacinėse sistemose, kur kartu būna suformuotas gydytojo radiologo paciento tyrimo aprašymas. Perkančiosios organizacijos suformuluotas reikalavimas perteklinis, specifinis (sunkiai suprantamas jo panaudojimas), pritaikytas vieno gamintojo (Microsoft) produktui MS Word. Be to, yra net numatytas DICOM ataskaitų palaikymas (3.11 punkto reikalavimas), kuri turėtų MS Word ataskaita konvertuojama į DICOM ataskaitą. Prašome atsisakyti perteklinio punkto reikalavimo.

Atsakymas: Atkreipiame dėmesį, kad techninės specifikacijos bendrųjų reikalavimų 1 punkte yra nurodyta, kad „*Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“*. Atsižvelgiant į tai, techninėje specifikacijoje nurodytas produktui MS Word nėra pritaikytas vienam gamintojui.

Techninės specifikacijos 1.5 punkte nurodyta programa (MS Word arba lygiavertė) bus naudojama tik tekstinių ataskaitų redagavimui ir peržiūrai. Ji nebus naudojama radiologinių vaizdų ar nuotraukų aprašymui. Radiologinių vaizdų aprašymai bus formuojami pagal atitinkamus standartus gydymo įstaigų informacinėse sistemose, o galutinė ataskaita, jei reikalinga, bus konvertuojama į DICOM formatą, kaip numatyta 3.11 punkto reikalavimuose.

Tiekėjo pastabos dėl 1.6 punkto reikalavimo: Galimybė įterpti vaizdus į tekstinę ataskaitą.

Kaip minėta 1.5 punkto pastaboje, gydytojai radiologai aprašymus rengia gydymo įstaigos informacinėse sistemose ir nesaugo atskirai dokumentuose bei neįterpia vaizdų į ataskaitas. Prašome atsisakyti perteklinio punkto reikalavimo.

Atsakymas: Poliklinika šio reikalavimo neatsisakys. Ši programinės įrangos funkcija yra reikalinga Nors mūsų sistema neplanuoja naudoti funkcionalumo vaizdų įterpimui į tekstines ataskaitas medicininių ataskaitų rengimo metu, kai vizualinis vaizdas padeda tiksliau iliustruoti paciento būklę ir pateikti kontekstinį paaiškinimą, taip pat audito komisijų išvadose, kur vaizdas gali būti naudojamas kaip pagrindimas pateikiamam vertinimui ar sprendimui.

Tiekėjo pastabos dėl 3.2 punkto reikalavimo: WEB vartotojų prieigos užtikrinimas.

Prašome nurodyti WEB vartotojų skaičių, kurie naudosis prieiga. Nenurodžius vartotojų skaičiaus, galimai turėtumėte tik 1 WEB vartotoją. Taip pat, prašome koreguoti reikalavimą pridėdant, jog vartotojai galėtų žiūrėti vaizdus ir suformuluojant jį taip: WEB vartotojų prieigos užtikrinimas vaizdų peržiūrai ≥ 5 vartotojai.

Atsakymas: Taip, WEB vartotojų prieigos užtikrinimas vaizdų peržiūrai gali būti siūlomas 1 WEB vartotojui.

Pirkimo procedūros tęsiamos toliau.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė



Aušra Indriliūnaitė

Jurgita Mažeikienė, tel. +370 45502226, el. paštas j.mazeikiene@prsp.lt
Originalas nebus siunčiamas.