

VIEŠOJI ĮSTAIGA DRUSKININKŲ LIGONINĖ

Sveikatos g. 30, LT-66251 Druskininkai, tel. +370 313 59 130, el. p. ligonine@druskligonine.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 152114650

Suinteresuotiems pirkimo dalyviams,
pirkimas Nr. 1140775

2025-02-14 Nr. S(1.12) - 125

DĖL 3 PIRKIMO OBJEKTO DALIES NUTRAUKIMO (PIRKIMO NR. 1140775)

Viešoji įstaiga Druskininkų ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo tarptautinį atvirą konkursą dėl Medicinos įrangos pirkimo (pirkimo Nr. 1140775) (toliau – Pirkimas).

1. Remdamiesi Viešojo pirkimo komisijos (toliau – Komisija) nutarimu (2025 m. vasario 14 d. posėdžio protokolas Nr. SPI-6) bei vadovaudamiesi Medicinos įrangos pirkimo dokumentų bendrųjų sąlygų 5 d. 5.4 p. informuojame prie pirkimo prisijungusius tiekėjus, kad 2025 m. vasario 13 d. CVP IS priemonėmis gautas prašymas (CVP IS pranešimas 71619) dėl pirkimo dokumentų tikslinimo:

Paklausimo data/pranešimo numeris	Tiekėjo klausimas (tekstas neredaguotas)	Atsakymas
2025-02-13 / CVP IS pranešimo ID 71619	<p><i>Prašome atsižvelgti į prašymą ir ištaisyti 3 pirkimo dalies 4 techninės specifikacijos punktą praplečiant ribas atitinkamai: Reguliuojamas paspaudimų gylis Maksimalus galimas paspaudimų gylis NE SIAURESNĖSE ribose kaip 5 – 6 cm.</i></p> <p><i>Argumento pagrindimas: Paspaudimo gylis gaivinant, remiantis Europos Sąjungos gaivinimo gairėmis suaugusiems turi būti 5-6 cm ribose, vaikams, priklausomai nuo kūno dydžio 1/3 krūtinės ląstos gylio. Vadinasi vaikams šis parametras gali būti ir 4 cm ar mažiau. Aparatas, turintis didesnę paspaudimų gylio diapazoną (platesnes ribas kaip 5-6 cm) yra geresnis ir apima daugiau pacientų amžiaus grupių, bei neriboja konkurencijos siūlant platesnę paspaudimo gylio nustatymo verčių diapazoną.</i></p>	<p>VPĮ 29 str. 4 d. nurodyta, kad: „4. Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtą pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas.“</p> <p>Bendrosiose Pirkimo sąlygose nurodyta, kad: „2.9. Perkančioji organizacija taip pat gali pasinaudoti teise nutraukti pradėtą pirkimo procedūras atsiradus aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti, taip pat paaiškėjus, kad pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas nebetikslingas arba jį įvykdžius būtų įsigytas jos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas.“</p> <p>„5.4. Tarptautinės vertės pirkimo atveju negali būti daromi tokie esminiai pirkimo dokumentų pakeitimai, dėl kurių būtų buvę galima leisti dalyvauti kitiems tiekėjams nei iš pradžių atrinktieji arba pirkimo procedūra būtų pritraukusi</p>

		<p>daugiau dalyvių“.</p> <p><i>Atsižvelgiant į tai, bei vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 29 str. 4 d. nuostatomis, Pirkimo bendrųjų sąlygų 2 d. 2.9 p., 5 d. 5.4 p. įtvirtinančiais Perkančiosios organizacijos teisę bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, Perkančioji organizacija nutraukia Medicinos įrangos 3 pirkimo objekto dalies pirkimą, dėl techninės specifikacijos tikslinimo.</i></p> <p><i>Atsižvelgiant į tai, kad nutraukiamos pirkimo procedūros, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 29 str. 2 d. 3 p., Medicinos įrangos 3 pirkimo objekto dalies pirkimas laikomas pasibaigusiu.</i></p>
--	--	--

2. Patikslinus techninę specifikaciją bus skelbiamas naujas viešasis pirkimas.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė



Inga Balčiūnienė