

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO
„MĖGINTUVĖLIAI APARATAMS“

DARBOTVARKĖ: dėl Tiekėjų siūlomų pastabų rinkos konsultacijoje.

SVARSTYTA: Tiekėjų siūlomos pastabos rinkos konsultacijoje.

2025-01-29 ir 2024-02-05 gauti Tiekėjų siūlymai dėl 2025-01-28 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) skelbto „Mėgintuvėliai aparatams“ (Nr. 945562) techninės specifikacijos rinkos konsultacijos projekto:

Tiekėjai pateikia siūlymus:

Nr. 1. Mėgintuvėliai Medtronic ACT II aparatams:

Pastebėjimas dėl 10 pirkimo dalies reikalavimo ant pakuotės nurodyta pagaminimo ir galiojimo data mėnesiais: šis reikalavimas neatitinka ISO 15223-1 pagal kurią priimtinas galiojimo žymėjimas yra tinkamumo naudoti iki data ant įpakavimo (specialus ženklintas). Pažymime, jog gamintojas techniniuose aprašymuose pasirinktinai gali nurodyti galiojimą metais ar kitu formatu, tačiau tai nėra oficialus galiojimo vertinimo formatas.

Prašytume reikalavime: pagaminti iš plastiko ar lygiavertės medžiagos vietoje prašymo pateikti patvirtinančius dokumentus, nurodyti tiekėjo patvirtinimas. Mėgintuvėliai pagaminti iš plastiko, tačiau gamintojas tokios informacijos nei brošiūrose, nei techniniuose duomenų lapuose nepateikia. Taip pat prašytume atsisakyti punkto:
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Viešojo pirkimo komisija (toliau-Komisija) išnagrinęjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai Nr. 1. **Mėgintuvėliai Medtronic ACT II aparatams**, sutinka tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą iš „ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais“ į reikalavimą „galiojimo žymėjimas pagal ISO 15223-1 standartą“. Sutinka keisti techninės specifikacijos reikalavimą iš „pagaminti iš plastiko ar lygiavertės medžiagos (pateikti patvirtinančius dokumentus)“ į reikalavimą „pagaminti iš plastiko ar lygiavertės medžiagos (Tiekėjo patvirtinimas)“. Sutinka šalinti techninės specifikacijos reikalavimą „su numatyta pakuotės atidarymo vieta“.

Techninę specifikaciją skaityti taip:

1. Mėgintuvėliai Medtronic ACT II aparatams:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);
- naudojami aktyvuotam krešėjimo laikui nustatyti;
- pagaminti iš plastiko ar lygiavertės medžiagos (Tiekėjo patvirtinimas);
- mėgintuvėliai susideda iš dviejų tarpusavyje sujungtų vamzdelių, kuriuose yra slankiojantys stūmokliai;
- su krešumą aktyvuojančia medžiaga (medicininiu moliu);
- ant mėgintuvėlio vamzdelių yra atžyma reikiama kraujo kiekiui;
- galiojimo žymėjimas pagal ISO 15223-1 standartą.

Orientacinis poreikis: 7 700 vnt.

Visi komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Keisti techninės specifikacijos reikalavimus pirkimo daliai Nr. 1.
2. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti siūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus dalyvius.