



## PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams

2025-02-17 Nr. IS- 854 (26.3)

*Siunčiama per CVP IS*

### **DĖL TARPTAUTINIAME VIEŠAJAME PIRKIME „MOKYKLINIAI BALDAI IR JŲ MONTAVIMAS PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJAI (TŪM)“, VYKDOMAME ATVIRO KONKURSO BŪDU, GAUTOS TIEKĖJO PRETENZIJOS IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO**

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 103 straipsnio 3 dalimi<sup>1</sup> informuojame, kad Panevėžio miesto savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) komisija, sudaryta tiekėjo (toliau – Tiekėjas) pretenzijai (toliau – Pretenzija), pateiktai 2025-02-07 Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) tarptautiniame viešajame pirkime „Mokykliniai baldai ir jų montavimas Panevėžio Rožyno progimnazijai (TŪM)“, vykdomame atviro konkurso būdu, (toliau – Pirkimas) nagrinėti, ją išnagrinėjo.

Tiekėjo esminiai prašymai yra:

- pakoreguoti baldų parametrus;
- atskirai pirkti baldus ir atskirai pirkti integruojamus prietaisus į baldus.

Pretenzijos nagrinėjimo komisija priimtą sprendimą motyvavo toliau išdėstytais argumentais.

1. Dėl Tiekėjo prašymo (cituojama): „*Prašome pakoreguoti baldų parametrus.*“

---

<sup>1</sup> Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymo 103 straipsnio 3 dalis:

„3. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos.“

1.1. *„Baldų spalvų pasirinkimas - prašau nurodyti visų baldų spalvų pasirinkimą vienodai, nes dabar kai kurių baldų spalvų pasirinkimas iš 2 spalvų, kitų iš 4.. net ir tiek spalvų yra per mažai, užsakovui išsirinkti ir kyla problemų;“*

Pretenzijos nagrinėjimo komisija paaiškina, kad Pirkimo dokumentuose, t. y. perkamų baldų techninėse specifikacijose yra numatyti minimalūs reikalavimai perkamiems skirtingiems baldams, įskaitant ir reikalavimą dėl baldų spalvų pasirinkimo paletės: „Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės“; „Pasirinkimas iš mažiausiai 2 (dviejų) spalvų baldų paletės“ ir t. t. Atkreiptinas dėmesys, kad tiekėjai nėra apriboti siūlyti platesnę baldų spalvų paletę, t. y. didesnę spalvų pasirinkimą. Šis Perkančiosios organizacijos nustatytas reikalavimas neriboja tiekėjų konkurencijos kaip to reikalaujama ir pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 3 dalį<sup>2</sup>.

Atsižvelgiant į paminėtą, su šiuo Tiekėjo prašymu nesutiktina.

1.2. *„Mokinio kėdė (brėžinyje KD04) – 30 vnt. - "Kėdės sėdynės išmatavimai 520 (±15 mm) x 520 (±15 mm) mm". Nurodytas sėdynės matmuo yra labai per didelis, net jei žiūrėti į standartines sėdynes ar konkrečiai kėdės, kurios vaizdas į detales į pirkimą - jos sėdynės išmatavimai yra 428 x 446mm. Jūsų nurodyti matmenys tikrai nėra mokyklinių kėdžių; Prašau pakoreguoti“*

Pirkimo dokumentuose, t. y. Techninės specifikacijos pirkimo I-ai daliai „Mokykliniai baldai gamtos mokslų laboratorijai“ 3 punkte, taip pat – Techninės specifikacijos pirkimo III-iai daliai „Mokykliniai baldai technologijų kabinetams“ 2.7 punkte nurodytai prekei – mokinio kėdė (30 vnt.), yra keliamas reikalavimas (atitinkamai minėtų techninių specifikacijų 3.2, 2.7.2 papunkčiai): „Kėdės sėdynės išmatavimai 520 (±15 mm) x 520 (±15 mm) mm“.

Pretenzijos nagrinėjimo komisija sutinka su Tiekėjo pastebėjimu dėl kėdės sėdynės dydžio ir nurodo, kad ši parametro reikšmė turi būti tikslinama taip: „Kėdės sėdynės konstrukcijos (sėdynės kartu su metaline konstrukcija) išmatavimai 520 (±15 mm) x 520 (±15mm) mm“.

1.3. *„Spintelė su kriaukle – 3 vnt. "Šoninė konstrukcija turi būti vandeniui atsparus melaminas arba lygiavertė...<>" Patikslinkite ką reiškia "vandeniui atsparus melaminas" - nes melaminas yra popierius kuriuo dengiama plokštė - gal Jūs turite mintyje - HPL? Taip pat prašau suvienodinti medžiagiškumą, nes dalis spintelės melaminas, dalis fenolio kompaktas.“*

Pirkimo dokumentuose, t. y. Techninės specifikacijos pirkimo I-ai daliai „Mokykliniai baldai gamtos mokslų laboratorijai“ 5.3 punkte prekei – spintelė su kriaukle (3 vnt.), keliamas reikalavimas: „Šoninė konstrukcija turi būti vandeniui atsparus melaminas arba lygiavertė ne plonesnė kaip 18 mm su ne plonesniais kaip 2 mm PVC šonais“.

Pretenzijos nagrinėjimo komisija paaiškina, kad spintelės šoninė konstrukcija turi būti atspari vandeniui / drėgmei, nes tai spintelė su kriaukle, t. y. spintelės galimas sąlytis su vandeniu / drėgme. Spintelės šoninė konstrukcija turi būti dengta melamino medžiaga arba, kaip nurodyta minėtoje techninėje specifikacijoje, „lygiavertė ne plonesnė kaip 18 mm su ne plonesniais kaip 2 mm PVC šonais“, o tai reiškia, kad tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius sprendinius.

<sup>2</sup> Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 3 dalis:

„3. Techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų.“

Spintelės su kriaukle viršutinė ir apatinė dalys, kurios gali turėti didesnę sąlytį su vandeniu / drėgme, turi būti iš „fenolio kompacto“, t. y. aukšto slėgio laminato (HPL), pagaminto iš fenolio derva impregnuotų popieriaus sluoksnių ir padengto viršutiniu melamino sluoksniu. Pažymėtina, kad melaminas nėra popierius – tai tik gamybos procese naudojamas su popieriumi, kad sudarytų kompozitą / medžiagų sandarą.

1.4. *„Mokytojo darbo stalas (brėžinyje ST01) – 1 vnt. "Stalviršio ir priekinės apsauginės sienelės medžiaga kompaktinis melaminas ..<>.." Kokia medžiaga yra kompaktinis melaminas - gal Jūs turite mintyje - HPL?“*

Pretenzijos nagrinėjimo komisija paaiškina, kad Pirkimo dokumentuose, t. y. Techninės specifikacijos pirkimo I-ai daliai „Mokykliniai baldai gamtos mokslų laboratorijai“ 6.4 punkte, prekei – mokytojo darbo stalas (1 vnt.), yra keliamas reikalavimas: „Stalviršio ir priekinės apsauginės sienelės medžiaga kompaktinis melaminas arba lygiavertė su užapvalintais kampais“. Šiame punkte numatytas reikalavimas „kompaktinis melaminas“ reiškia, kad mokytojo darbo stalo stalviršiui ir priekinei apsauginei sienelei gaminti turi būti naudojamas kompaktinio melamino aukšto slėgio laminatas.

1.5. *„Mokytojo stale turi būti integruotas elektros stovas - kaip šis prietaisas susijęs su baldais ir dar su tokiais specifiniais reikalavimais? Prašau atskirti šį prietaisą nuo baldų pirkimo. Tokius stovus pardavinėja išskirtinai vienas tiekėjas. Ar prieš skelbiant pirkimą buvo įsitikinta, kad ne mažiau 3 baldininkai galės pateikti tokius stovus? Kokią funkciją atliks šis prietaisas? Nurodykite rinkoje bent kelis tokius stovus kurie atitiktų Jūsų aprašymą.“*

Pretenzijos nagrinėjimo komisija pažymi, kad Perkančioji organizacija Pirkimo I-aja dalimi „Mokykliniai baldai gamtos mokslų laboratorijai“ siekia įsigyti baldus, kurie bus naudojami būtent laboratorijoje ir paaiškino, kad laboratoriniuose balduose būna integruotos elektros jungtys, elektros maitinimo šaltiniai, traukos rankovės, apšvietimas, kompiuterizuotos darbo vietos, oscilografai, multimetrai ir daugelis kitų laboratorinių prietaisų. Perkančioji organizacija, ruošdamasi šiam Pirkimui, yra atlikusi rinkos tyrimą ir išsiaiškinusi, kad rinkoje (Europoje) (pažymėtina, kad Pirkimas yra tarptautinis) yra ne mažiau kaip 3 (trys) tiekėjai, gaminantys tokio pobūdžio baldus (su integruojamais priedais).

Baldai su integruojamais priedais – integruojamu elektros stovu, perkami kartu, nes:

- tik kartu perkant baldą ir į jį integruojamą elektros stovą galima užtikrinti baldo ir į jį integruojamo elektros stovo suderinamumą;
- perkant kartu baldą su integruojamu elektros stovu Perkančioji organizacija racionaliai naudoja lėšas;
- pati Perkančioji organizacija neturi galimybių savo jėgomis sumontuoti baldų integruojamų priedų į baldus;
- perkant kartu baldus su integruojamais elektros stovais nėra apribojama tiekėjų konkurencija – rinkoje yra ne mažiau kaip 3 tiekėjai, kurie gamina laboratorinius baldus su integruojamais prietaisais.

Pretenzijos nagrinėjimo komisija paaiškina, kad tuo atveju, jei būtų perkami atskirai baldai ir atskirai integruojami elektros stovai, tai tiekėjas, kuris atliktų integruojamo elektros stovo montavimo darbus: pjaustyti, gręžti ar kitaip apdirbti baldą, kad sumontuotų į jį elektros stovą, jis pažeistų baldų tiekėjo suteiktus baldams garantinius reikalavimus ir dėl to Perkančioji organizacija prarastų teisę į baldų garantiją.

Perkančioji organizacija neturi pareigos tiekėjams atskleisti informacijos, Perkančiosios organizacijos surinktos rinkos tyrimo metu, ir tiekėjams jos pateikti, įskaitant ir informacijos apie rinkoje esančius tiekėjus, gaminančius baldus su integruojamais priedais, ar integruojamų elektros stovų gamintojus.

Pretenzijos nagrinėjimo komisija taip pat paaiškina, kad mokytojo darbo stale (Techninės specifikacijos pirkimo I-ai daliai „Mokykliniai baldai gamtos mokslų laboratorijai“ 6.10 punktas) integruoto prietaiso – elektros stovo, funkcija yra saugus elektros tiekimas, atliekant laboratorinius eksperimentus prie mokytojo darbo stalo, todėl prietaisas yra neatskiriama mokytojo darbo dalis.

1.6. *„Traukos spinta (brėžinyje JR01) – 1 vnt. Pagal aprašymą yra tik vienas tiekėjas kuris gali pasiūlyti tokią spintą. Nesukursite konkurencijos, prašau keist parametrus, išimti face velocity sistemą, ar sumažinti jos reikalavimus iki tokių, kad ne mažiau kelios spintos skirtingų gamintojų juos atitiktų. Nurodykite rinkoje bent kelias traukos spintas kurios atitiktų Jūsų aprašymą.“*

Techninės specifikacijos pirkimo I-ai daliai „Mokykliniai baldai gamtos mokslų laboratorijai“ 8 punkte nurodytai prekei – traukos spintai (1 vnt.), yra keliamas reikalavimas, kad traukos spintoje būtų *Face velocity* sistema. Pretenzijos nagrinėjimo komisija paaiškina, kad ši sistema yra vienas iš svarbesnių, minimalių parametrų, vertinant traukos spintos charakteristikas, todėl jis negali būti išbraukiamas.

Perkančioji organizacija prieš rengdamasi šiam Pirkimui, yra atlikusi rinkos tyrimą ir išsiaiškinusi, kad rinkoje (Europoje) yra ne mažiau kaip 3 (trys) tiekėjai, kurie tiekia tokio tipo traukos spintas, t. y. visiškai atitinkančias Perkančiosios organizacijos minėtai spintai keliamus techninius reikalavimus.

1.7. *„Pakopose turi būti integruoti maitinimo lizdai ir USB jungtys - prašome išimti valdymo bloką iš baldų pirkimo - arba nurodyti konkrečiai kokio jūs reikalaujate bloko - nes tokius blokus išskirtinai parduoda tas pats tiekėjas, kaip ir traukos spintą, elektros stovą. Aprašyme baldų gamintojams - sudėti programavimo darbai - prašau atskirti visą tai nuo baldų pirkimo, nes tai nesusiję su baldų gamyba. Nurodykite rinkoje bent kelis valdymo blokus, kurie atitiktų Jūsų aprašymą.“*

Pirkimo dokumentuose, t. y. Techninės specifikacijos pirkimo II-ai daliai „Mokykliniai baldai STEAM erdvei“ 7 punkte nurodytai prekei – amfiteatru (1 vnt.), keliamas reikalavimas, kad amfiteatro pakopose būtų integruoti maitinimo lizdai ir USB jungtys.

Pretenzijos nagrinėjimo komisija paaiškina, kad Perkančioji organizacija, rengdamasi šiam Pirkimui, yra atlikusi rinkos tyrimą ir išsiaiškinusi, kad rinkoje (Europoje) yra ne mažiau kaip 3 (trys) tiekėjai, kurie gamina baldus su nurodytais priedais. Be to, minėtas baldas perkamas su integruojamais priedais, nes:

- tokiu pirkimu (neišskiriant baldo ir integruojamų priedų į du atskirus pirkimus) nėra apribojama tiekėjų konkurencija;
- Perkančioji organizacija negali užtikrinti suderinamumo tarp baldo ir prietaisų, tuo atveju, jei jie būtų perkami atskirai, nes įmontuojamos USB jungtys bei maitinimo lizdai gali būti skirtingo dydžio, techninių charakteristikų, skirtingų pajungimo būdų;
- Perkančioji organizacija neturi galimybės savo jėgomis sumontuoti prietaisų į baldą;
- jei būtų perkamas baldas ir atskirai integruojami priedai, tai tiekėjas, kuris atliktų integruojamų į baldą priedų montavimo darbus: pjaustytų, gręžtu ar kitaip apdirbtų baldą,

kad įmontuotų integruojamus priedus, pažeistų baldo tiekėjo suteiktą baldui garantinį reikalavimą ir dėl to Perkančioji organizacija prarastų teisę į baldo garantiją.

Perkančioji organizacija neturi pareigos tiekėjams atskleisti informacijos, surinktos rinkos tyrimo metu, ir tiekėjams jos pateikti, įskaitant ir informacijos apie rinkoje esančius tiekėjus, gaminančius baldus su integruojamais priedais. Pažymėtina, kad jei tiekėjas neturi galimybės pats įmontuoti integruojamų priedų į baldą, jis gali pasitelkti subtiekęją ar kelis juos, pagalbai dėl integruojamų priedų sumontavimo į baldą.

Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad minėtoje techninėje specifikacijoje nėra nurodyta reikalavimo, kad tiekėjai turėtų atlikti programavimo darbus, kaip teigiama Pretenzijoje.

*1.8. „Mediniame darbatalyje turi būti integruotas elektros stovas - reikalaujame elektros prietaisu ir jų valdymą pirkti atskiru pirkimu. Perkate baldus, čia elektros prietaisai. Vykdykite atskirą pirkimą jiems.“*

Pirkimo dokumentuose, t. y. Techninės specifikacijos pirkimo III-iai daliai „Mokykliniai baldai technologijų kabinetams“ 1.3 punkte nurodytai prekei – keturvietis medinis darbatalis (3 vnt.), keliamas reikalavimas (minėtos techninės specifikacijos 1.3.14 papunktis), kad mediniame darbatalyje būtų integruotas elektros stovas.

Pretenzijos nagrinėjimo komisija paaiškina, kad laboratoriniuose balduose, darbataliuose ir net ofiso balduose būna integruotos elektros jungtys, elektros maitinimo šaltiniai, apšvietimas, kompiuterizuotos darbo vietos ir daugelis kitų prietaisų.

Perkančioji organizacija, rengdamasi šiam Pirkimui, yra atlikusi rinkos tyrimą ir išsiaiškinusi, kad rinkoje (Europoje) yra ne mažiau kaip 3 (trys) tiekėjai, gaminantys tokio pobūdžio baldus (su integruojamais priedais).

Baldai su integruojamais priedais – integruojamu elektros stovu, perkami kartu, nes:

- tik kartu perkant baldą ir į jį integruojamą elektros stovą galima užtikrinti baldo ir jo priedo – integruojamo elektros stovo, suderinamumą;
- pati Perkančioji organizacija neturi galimybių savo jėgomis sumontuoti baldų integruojamų priedų į pačius baldus (jei jie būtų perkami atskirais pirkimais);
- perkant kartu baldus su integruojamais elektros stovais nėra apribojama tiekėjų konkurencija – rinkoje yra ne mažiau kaip 3 tiekėjai, kurie gamina tokius baldus su integruotais prietaisais;
- tuo atveju, jei būtų perkami atskirai baldai ir atskirai integruojami elektros stovai, tai tiekėjas, kuris atliktų integruojamo elektros stovo montavimo darbus: pjaustytų, gręžtu ar kitaip apdirbtų baldą, kad sumontuotų į jį elektros stovą, jis pažeistų baldų tiekėjo suteiktus baldams garantinius reikalavimus ir dėl to Perkančioji organizacija prarastų teisę į baldų garantiją;
- integruoti elektros stovai gali būti skirtingo dydžio, techninių charakteristikų, skirtingų pajungimo būdų. Atskiras šių komponentų pirkimas neužtikrintų suderinamumo su baldais. Atsižvelgiant į paminėtą, su šiuo Tiekėjo prašymu nesutiktina.

2. Dėl Tiekėjo prašymo (cituojama): *„Taip pat nurodykite prašau kodėl vieniems baldams laboratorijoje taikote laboratorinių baldų standartus - kitiems netaikote?“*

Pretenzijos nagrinėjimo komisija paaiškina, kad pagal Pirkimo dokumentus (visų Pirkimo dalių technines specifikacijas), baldams yra taikytini minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m.

birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Tvarkos aprašas), 4.1 punktu, t. y. baldai turi atitikti minimalius aplinkosauginius reikalavimus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priedo VII skyriuje „Baldai“. Šiuose minimaliuose aplinkosauginiuose reikalavimuose yra nurodyti bendrieji standartai visiems baldams.

Perkančioji organizacija daliai baldų, atsižvelgiant į jų pobūdį, kelia papildomus reikalavimus dėl baldų atitikties ir kitiems standartams.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tiekėjai gali siūlyti baldus, atitinkančius ir kitokius standartus nei nurodyta Pirkimo dokumentuose, tačiau tiekėjo siūlomi standartai turi būti lygiaverčiai reikalaujamiems. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 4 dalies 2 punktu, siūlomo lygiaverčio standarto lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas.

Atsižvelgiant į aukščiau paminėtą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 3 dalimi ir 103 straipsnio 1 ir 3 dalimis, Pretenzijos nagrinėjimo komisija nutarė Tiekėjo Pretenziją **tenkinti iš dalies** – tenkinti tik prašymą dėl mokinio kėdės sėdynės išmatavimų pakeitimo (Techninės specifikacijos pirkimo I-ai daliai „Mokykliniai baldai gamtos mokslų laboratorijai“ 3.2 papunktis ir Techninės specifikacijos pirkimo III-ai daliai „Mokykliniai baldai technologijų kabinetams“ 2.7.2 papunktis).

Informuojame, kad Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų komisija, atsižvelgdama į Pretenzijos nagrinėjimo komisijos nutarimą Tiekėjo Pretenziją tenkinti iš dalies, nutarė **patikslinti** Pirkimo dokumentus:

1. Techninės specifikacijos pirkimo I-ai daliai „Mokykliniai baldai gamtos mokslų laboratorijai“ 3.2 papunktyje nurodytą reikalavimą: „Kėdės sėdynės išmatavimai 520 ( $\pm 15$  mm) x 520 ( $\pm 15$  mm) mm“, patikslinti taip: „Kėdės sėdynės konstrukcijos (sėdynės kartu su metaline konstrukcija) išmatavimai 520 ( $\pm 15$  mm) x 520 ( $\pm 15$  mm) mm“;
2. Techninės specifikacijos pirkimo III-ai daliai „Mokykliniai baldai technologijų kabinetams“ 2.7.2 papunktyje nurodytą reikalavimą: „Kėdės sėdynės išmatavimai 520 ( $\pm 15$  mm) x 520 ( $\pm 15$  mm) mm“, patikslinti taip: „Kėdės sėdynės konstrukcijos (sėdynės kartu su metaline konstrukcija) išmatavimai 520 ( $\pm 15$  mm) x 520 ( $\pm 15$  mm) mm“.

PRIDEDAMA:

1. Pirkimo sąlygų 4 priedo – Techninė specifikacija pirkimo I-ai daliai „Mokykliniai baldai gamtos mokslų laboratorijai“, aktuali redakcija 2025-02-14, 16 lapų.
2. Pirkimo sąlygų 6 priedo – Techninė specifikacija pirkimo III-ai daliai „Mokykliniai baldai technologijų kabinetams“, aktuali redakcija 2025-02-14, 21 lapas.

Skyriaus vedėjo pavaduotoja,  
pavadojanti Skyriaus vedėją

Ieva Adomėnienė

**Originalas nebus siunčiamas**

Milda Snieškienė, tel. (8 45) 501 213, el. p. milda.snieskiene@panevezys.lt

Jurgita Plesnevičienė, tel. (8 45) 504 476, el. p. jurgita.plesneviciene@panevezys.lt