

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO  
„CENTRIFUGOS“  
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo pasiūlymus/pastabas 2025-01-31 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **centrifugų** pirkimo (Nr. 1004187).

Tiekėjas paklausime teikia šiuos siūlymus pastabas dėl techninės specifikacijos reikalavimų:

2 Pirkimo dalyje punkte, 17.1 Rotorius, yra toks reikalavimas "2. Rotoriaus didžiausia talpa ne mažiau kaip 4×750 ml" . Prašome koreguoti šį punktą į "2. Rotoriaus didžiausia talpa ne mažiau kaip 4×625 ml" . Prašome suteikti galimybę siūlyti mažesnės bendrinės talpos rotorius su sąlyga, kad išlaikomas 17.3 punkto reikalavimas mėgintuvėlių kiekiui. Pastebėtina, kad dalis gamintojų sugeba optimizuoti centrifugos talpą ir į mažesnio dydžio centrifugą ar rotorius sutalpinti didesnę kiekį mėgintuvėlių. Taip pat, mažesnio dydžio centrifuga yra pigesnė, kas leis perkančiajai organizacijai racionaliau išnaudoti turimas lėšas, taip pat mažesnę centrifuga užima mažiau vietos bei jos pogaartinis aptarnavimas kainuoja mažiau.

Komisija, įvertinusi tiekėjo pastabas, sprendžia 2 pirkimo dalies techninės specifikacijos 17.1 punkto nekeisti, nes reikalavimas pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Reikalavimas rotoriaus talpumui suformuotas pagal numatomas darbo apkrovas, kur aktualu vienu metu centrifuguoti kuo daugiau mėginių. Perkančioji organizacija įsivertino, kad talpesnis rotorius suteikia galimybę naudoti talpesnius krepšelius ir adapterius, taip užtikrinant, jog pagal situaciją perkančioji organizacija galėtų maksimaliai išnaudoti centrifugos ir rotoriaus galimybes. Rotoriaus talpumo mažinimas yra nepriimtinas perkančiajai organizacijai, nes tiekėjo siūlomas pakeitimas sumažinti reikalavimą sudarytų galimybę siūlyti mažesnio nei reikalaujama talpumo, funkcionalumo, prastesnių techninių parametrų centrifugą. Komisija norėtų atkreipti tiekėjo dėmesį, jog 17.3 punkte nurodyti reikalavimai mėgintuvėlių ir plokštelių kiekiui yra mažiausios priimtinos vertės ir perkančioji organizacija pasilieka galimybę ateityje (eant poreikiui) įsigyti talpesnius priedus, suderinamus su 17.1 punkte aprašytu rotoriumi.

Pažymėtina, kad Perkančioji organizacija siekia įsigyti dvi skirtingas centrifugas: mažesnę ir didesnę, kurių talpumui reikalavimai atitinkamai yra „rotoriaus didžiausia talpa ne mažiau kaip 4×400 ml“ bei „rotoriaus didžiausia talpa ne mažiau kaip 4×750 ml“. Tiekėjams sudaryta galimybė siūlyti centrifugą su mažesnio talpumo nei 4×750 ml rotoriumi 1 pirkimo dalyje.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninės specifikacijos nekeisti.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.