



KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LIGONINĖ

Viešoji įstaiga, Liepojos g.41, 92288 Klaipėda, tel.(8 46) 396600, el.p.kul@kul.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306207585

Tiekėjams
CVP IS

2025-02-18 Nr.

DĖL RINKOS KONSULTACIJOS

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Pastabos ir siūlymai | Atsakymas į pastabas |
|----------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Fango parafino maišytuvas | | |
| | Talpa (parafino kiekis):Na mažiau nei 60 kg | <i>Manome kad reikalavimo tekste įsivėlusi gramatinė klaida, turėtų būti „Ne mažiau nei...“</i> | Rašymo apsirikimas |
| | Parafino išleidimo vamzdžio vidinis diametras: ne mažiau kaip 3,0 cm | | |
| | Kaitinimo elemento galia (W):Ne mažesnė 1500 W | Rekomenduojame pakeisti į ne mažiau 1000 W, nes mūsų siūloma įranga su 1000 W galingumus atitinka visus kitus keliamus našumo reikalavimus. | Reikalingas greitesnis medžiagos paruošimas darbui |
| | Įtampa (V):1 P 230 V, 3P 400 V | <i>Rekomenduojame patikslinti parametrą jį papildant „Įtampa (V): 1 P 230 V arba 3 P 400 V“</i> | Atsižvelgiama |
| | Darbinė temperatūra:30 °C - 110 °C | | |
| | Sterilizacijos temperatūra: Ne mažesnė kaip 135 °C | | |
| | Valdymo tikslumas: ± 2,0 °C | | |
| | Išorinis korpusas: Nerudyjantis plienas | Rekomenduojame įtraukti aliuminį, nes šios medžiagos yra lygiavertės. Išorinis korpusas: nerudyjantis plienas arba aliuminis. | Atsižvelgiama |
| | Katilo medžiaga : Aliuminis arba lygiavertis metalas | | |
| | Apsauga nuo perkaitimo: Būtina | | |
| | Mechaninis termometras: turi rodyti temperatūrą, net kai prietaisas išjungtas | | |
| | Garantija: 24 mėn. | | |
| 2. | Parafino šildymo spinta (komplekte) | | |
| | Spinta to paties gamintojo kaip ir fango parafino šildytuvas | | |
| | Lentynos: Ne mažiau nei 12 lygių lentynoms | | |
| | Padėklas: Ne mažiau nei 12 paprastų aliuminio padėklų arba parfuruotų | | |
| | Elektroninis valdymas: nuo 0 °C iki 85 °C | | |
| | Su energijos taupančia izoliacija: Būtina | | |
| | Garantija: 24 mėn. | | |

IŠVADOS:

1. Rinkos konsultacijos tikslas – pasirengti fango parafino šildymo ir maišymo prietaiso pirkimui ir gauti rinkos dalyvių bei kitų suinteresuotų asmenų klausimus, pastabas ir siūlymus dėl techninės specifikacijos reikalavimų galimo patikslinimo pasiektas.
2. Rinkos konsultacijoje sudalyvavo du dalyviai, kurie atsakė į Rinkos konsultacijos klausimyno klausimus bei pateikė pastabas dėl techninės specifikacijos.
3. Susitikimai su dalyviais nebuvo organizuojami.
4. Rinkos konsultacija yra baigta.
5. Rengiant galutinę Techninę specifikaciją bus svarstoma dėl nustatytų reikalavimų keitimo ir koregavimo, atsižvelgiant į pastabas.