

DUJŲ MIŠINIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (VPP-993)

1. Dujų mišinys -balionais:

Parametrai	Būtinės sąlygos
mišinio sudėtis: CO ₂ - 6%, O ₂ - 5%, N ₂ - balansas.	
Baliono tūris	≥50 litrų
Užpildymo slėgis	≥150 bar prie 15°C
Medžiagos kiekis	≥7,5 m ³
Sumaišymo tikslumas (mol-%)	±2 %
Baliono pajungimo sriegis	DIN 477 Nr.10 arba pateikti perėjimus su tarpinėmis
Mišinio stabilumas	ne mažiau 36 mėnesių
Poreikis (balionais)	48 vnt.