

RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA

Pirkimo objekto pavadinimas	Rinkos dalyvių konsultacija dėl planuojamo artroskopinių priemonių pirkimo
RDK paskelbimo data ir numeris	2025-02-07 ID Nr. 1110515
RDK vykdymo laikotarpis	nuo 2025-02-07 iki 2025-02-17 imtinai
RDK vykdyta šiuo būdu	CVP IS
INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS	
Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius	1

TIEKĖJŲ SIŪLOMI PAKĖITIMAI IR PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PRIIMTI SPRENDIMAI DĖL PATEIKTŲ SIŪLYMŲ IR REKOMENDACIJŲ

Tiekėjo siūlomi pakeitimai	Perkančiosios organizacijos sprendimas
Žr. pridedamoje lentelėje.	Žr. pridedamoje lentelėje.

Techninės specifikacijos parametrai	Tiekėjo siūlomas pakeitimas	Perkančiosios organizacijos išvados
4 pirkimo dalis - Inkarinis implantas		
1.Implanto išmatavimai: 3,5mm x 8,5mm 2.Turi turėti šakutės formos kiaurymę, kurios plotis 1-2 mm 3.Implantas turi turėti užrakinimo kaule savybę. 4.Pagamintas iš PEEK medžiagos arba kitos lygiavertės medžiagos. 5.Sterilioje pakuotėje.	1.Implanto išmatavimai: 3,5mm x 13,71 8,5mm 2.Turi turėti šakutės formos kiaurymę, kurios plotis 0,87 4-2 mm 3.Implantas turi turėti užrakinimo kaule savybę. 4.Pagamintas iš PEEK medžiagos arba kitos lygiavertės medžiagos. 5.Sterilioje pakuotėje.	Reikalavimai nekeičiami, nes chirurginio implanto parametrai yra numatyti atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos poreikį bei į ilgametę klinikinę patirtį.

Kiti reikalavimai:

Pardavėjas išpareigoja prekes pristatyti ne piko valandomis (Piko valandos: pirmadieniais-penktadieniais nuo 8:00 iki 10:00 val., nuo 12:00 iki 14:00 val., nuo 16:00 iki 18:00 val.). Pirkėjas turi teisę prašyti Pardavėjo pateikti informaciją ir/ arba dokumentus, kurie įrodytų Pardavėjo aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi.	Tiekėjas patvirtino, kad gali būti taikomas šis reikalavimas.
Koks minimalus prekių pristatymo terminas nuo užsakymo pateikimo dienos?	Minimalus terminas – 4 savaitės. Reikalavimas nekeičiamas, nes 4 savaitių pristatymo terminas perkančiajai organizacijai yra per ilgas ir nepriimtinas.

APIBENDRINIMAI, IŠVADOS IR SIŪLYMAI

Rinkos dalyvių konsultacijoje sudalyvavo 1 tiekėjas, kuris turėjo pastabų techninės specifikacijos projektui. Perkančioji organizacija priėmė sprendimą neatsižvelgti į tiekėjo pastabas ir techninių parametru nekoraguoti.

A