

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„DEZINFEKCIŲ MEDŽIAGOS ”
(Nr. 1016934)
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl Tiekėjų pateiktų siūlymų/pastabų rinkos konsultacijai

SVARSTYTA: Tiekėjų pateikti siūlymai/pastabos rinkos konsultacijai

Viešojo pirkimo Komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjų siūlymus/pastabas 2025-02-03 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **dezinfekcinių medžiagų** pirkimo (Nr. 1016934).

Tiekėjo siūlymai/pastabos :

„Techninė specifikacija aiški, tačiau nenurodytas prekių tiekimo terminas – ar prekių tiekimas bus vienkartinis visa apimtimi, ar dalimis. ?

Prašymas nurodyti pageidaujamą tiekimo terminą 12 savaičių nuo užsakymo pateikimo, jei užsakymas bus pateikiamas vienkartinis pilna apimtimi arba 8 savaites nuo užsakymo pateikimo, jei bus pateikiami daliniai užsakymai. “

Komisija atsižvelgdama į tiekėjo pateiktą paklausimą pažymi, kad prekių pristatymas yra sutarties, o ne techninės specifikacijos sąlyga todėl nėra nurodyta techninėje specifikacijoje.

Komisija pažymi, kad nurodytas prekių kiekis dviem metams, prekės bus užsakinėjamos dalimis pagal poreikį. Numatomas prekių užsakymas pagal atskirą užsakymą pristatyti prekes ne vėliau kaip per 2 (dvi) savaites nuo užsakymo pateikimo dienos.

Tiekėjo siūlymai/pastabos :

„3 p.d. prašo 5 l sterilaus tirpalo, bet jei pakuotė bus atidaryta ir pilstoma, tai ji jau nebebus sterili, prašome patikslinti Perkančiosios organizacijos įią pirkimo dalį. Taip pat prašome 1 ir 2 p.d. patikslinti reikalavimą: „sterilizuota gama spinduliais“ sekančiai: „sterilizuota gama spinduliais arba rentgeno spinduliais“

Komisija atsižvelgdama į tiekėjo pateiktą paklausimą pažymi, kad dezinfekcijos tirpalas 5L sterilioje pakuotėje, bus pilstomas A/B švarumo klasės laboratorijos patalpose, todėl turi būti pristatomas dviguboj sterilioje pakuotėje kaip ir nurodyta techninėje specifikacijoje.

Dėl pirkimo dalių Nr. 1 ir Nr. 2 komisija pažymi, jog sterilizavimas gama spinduliais yra aprašytas Europos Farmakopėjoje (European Pharmacopeia), kaip vienas iš sterilizavimo būdų. Sterilizavimas rentgeno spinduliais nėra tarp aprašomų būdų.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Apie Komisijos sprendimą informuoti paklausimus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.