

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„PACIENTO GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ STEBĖSENOS MONITORIUS, SKIRTAS DARBUI MRT
APLINKOJE”
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjų pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjų pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo pasiūlymus/pastabas 2024-12-13 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **paciento gyvybinių funkcijų stebėsenos monitoriaus, skirto darbui MRT aplinkoje** pirkimo (Nr. 462050).

1.Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

7.4 ir parašome jį koreguoti sekančiai:

CO2. Nes nulinė vertė neturi klinikinės vertės.

13.5 prašome koreguoti sekančiai:

Mobilus stovas arba vežimėlis monitoriui su specialia vieta priedų laikymui arba stalčiumi monitoriaus priedams sudėti.

Prašytume ilgesnio pristatymo termino – iki 12 sav.

2.Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

Techninės specifikacijos projekto p. 6.7. iš esmės riboja konkurenciją. Mūsų siūlomas gamintojo monitorius komplektuojamas su O2 matavimu įkvėpime (FiO2). Tačiau deguonies kiekis iškvėpime nėra matuojamas. Dėl šios priežasties negalėtume dalyvauti tolesniame pirkimo procese.

Siekiant užtikrinti dalyvių konkurenciją ir lygiateisiškumą, prašome p.6.7. keisti sekančiai: „7. O2 įkvėpime“

Komisija, įvertinusi 1 tiekėjo pastabas/siūlymus, atsako sekančiai:

Komisija sprendžia patikslinti techninės specifikacijos 7.4 ir 13.5 punktų formuluotę ir reikalavimus kaip nurodyta žemiau:

7.4.	CO ₂	1. Matavimo diapazonas ne siauresnis negu 1–75 mmHg; 2. Kvėpavimo dažnio matavimo ribos ne siauresnės kaip 4–100 k/min.
13.5.	Mobilus stovas arba vežimėlis monitoriui su specialia vieta priedams laikyti arba stalčiumi monitoriaus priedams sudėti	1 vnt.

Komisija priima sprendimą pratęsti prekių pristatymo terminą iki **12 savaičių**.

Komisija, įvertinusi 2 tiekėjo pastabas/siūlymus, atsako sekančiai:

Komisija sprendžia patikslinti techninės specifikacijos 6 punkto 7 papunkčio formuluotę ir reikalavimus, išbraukiant žodžius „iškvėpime ir“, kaip nurodyta žemiau:

6.	Stebimi (monitoruojami) parametrai	1. Elektrokardiograma (EKG); 2. Kraujo prisotinimas deguonimi / pulso oksimetrija (SpO ₂); 3. Neinvazinis kraujospūdis (NIBP); 4. CO ₂ matavimas; 5. Kvėpavimo dažnis; 6. N ₂ O iškvėpime ir įkvėpime; 7. O₂ įkvėpime;
----	------------------------------------	--

		8. Anesteziologinių dujų monitoravimas – garinio anestetiko koncentracija įkvepiamame ir iškvepiamame dujų mišinyje.
--	--	--

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.