

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„ENDOVARIKLIS, ODONTOLOGINIAI ANTGALIAI, AUTOKLAVAS ODONTOLOGINIAMS
ANTGALIAMS, KERAMIKOS KEPIMO PEČIUS”
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjų pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjų pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo pasiūlymus/pastabas 2024-12-13 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **endovariklio, odontologinių antgalių, autoklavo odontologiniams antgaliams, keramikos kepimo pečiaus** pirkimo (Nr. 462229).

Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

Prašau 2 p.d. 3.8 p. „Apsisukimo skaičius. Didžiausias apsisukimų skaičius $\geq 380\ 000$ aps./min“ pakeisti į „Apsisukimo skaičius. Apsisukimų skaičius $\geq 350\ 000$ aps./min“, nes jei yra žodis „didžiausias“, tai turi būti ir „mažiausias“, o apsisukimų skaičius leis sydydavauti daugiau tiekėjų.

Komisija, įvertinusi tiekėjų pastabas/siūlymus, atsako sekančiai:

Komisija, įvertinusi tiekėjo pastabas, sprendžia patikslinti 2 pirkimo dalies techninės specifikacijos 3.8 punkto formuluotę ir reikalavimus kaip nurodyta žemiau:

3.8.	Apsisukimų skaičius	Apsisukimų skaičius $\geq 350\ 000$ aps./min
------	------------------------	--

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.

2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.