

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„ELEKTROCHIRURGINIS GENERATORIUS”
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjų pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjų pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjų pasiūlymus/pastabas 2025-01-31 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl *elektrochirurginio generatoriaus* pirkimo (Nr. 1004426).

1. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

Pasiūlymas dėl 1.1 punkto. Šį punktą papildyti keliomis papildomomis reikšmėmis, nes šiame punkte nurodytas labai siauras reikalavimo parametras.

1.1 punkto reikalavimas: Ne mažiau kaip 2 darbo režimai, tarp kurių yra:

1. Monopolinis režimas;
2. Bipolinis režimas.

Prašome šį reikalvimą papildyti taip:

1.1 punkto reikalavimas: Ne mažiau kaip 4 darbo režimai, tarp kurių yra:

1. Monopolinis režimas;
 - a) Monopolinis pjovimas;
 - b) Monopolinė koaguliacija;
2. Bipolinis režimas:
 - a) Bipolinis pjovimas;
 - b) Bipolinė koaguliacija;

Pasiūlymas dėl 1.2 punkto. Šį punktą skaidyti į kelis papunkčius, nes šiame punkte nurodyta tik viena reikalavimo reikšmė.

1.2 punkto reikalavimas: Didžiausias aparato atiduodamas galingumas – ne mažiau kaip 200 W

Prašome šį reikalvimą papildyti taip:

Aparato atiduodamas galingumas darbo režimuose:

1. Monopolinis režimas;
 - a) Monopolinis pjovimas ne mažiau 300 W;
 - b) Monopolinė koaguliacija ne mažiau 200 W;
2. Bipolinis režimas:
 - a) Bipolinis pjovimas ne mažiau 120 W;
 - b) Bipolinė koaguliacija ne mažiau 120 W;

2. Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas:

Siūlome pakeisti: „2.1. Triukšmingumas. Triukšmo lygis ne daugiau kaip 51dB(A)“ į „Triukšmo lygis ≤55dB“

Komisija, įvertinusi 1 tiekėjo pastabas/siūlymus, atsako:

Komisija sprendžia techninės specifikacijos 1.1 ir 1.2 punktų nekeisti, nes reikalavimai pilnai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Techninė specifikacija tiekėjui nedraudžia siūlyti geresnių parametrų, nei nurodyta techninėje specifikacijoje, elektrochirurginį generatorių.

Komisija, įvertinusi 2 tiekėjo pastabas/siūlymus, atsako:

Komisija, susipažinusi su tiekėjo siūlomomis korekcijomis, sprendžia patikslinti techninės specifikacijos 2.1 punkto reikalavimus kaip nurodyta žemiau:

2.1.	Triukšmingumas	Triukšmo lygis ne daugiau kaip 55 dB(A)
------	----------------	--

Komisija norėtų atkreipti tiekėjo dėmesį, jog formuluotė „ne daugiau kaip“ ir ženklas „≤“ (mažiau arba lygu) yra lygiaverčiai, dėl to koreguojama reikalavimo tik skaitinė vertė.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusius tiekėjus ir suinteresuotus kandidatus.