



**LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ
KAUNO KLINIKOS**

Gerbiamas įmonės vadove,

2025-02-21 Nr. VPT-(1.71E)-481

DĖL PIRKIMO PROCEDŪRŲ NUTRAUKIMO (PASIBAIGIMO)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, informuojame, apie viešojo pirkimo komisijos (toliau - Komisija) priimtą sprendimą nutraukti 2025-01-27 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbto atviro konkurso „**Medicinos pagalbos priemonės**“, pirkimo ID 862987, pirkimo procedūras pirkimo dalims Nr. 18, Nr. 31 ir Nr. 44.

PRIDEDAMA. Komisijos posėdžio protokolo išrašas, 4 lapai.

Direktorė ekonomikai ir infrastruktūrai

Gintarė Bagdonaitė

L. Laurinaitienė, tel. (+370 37) 326257, el. paštas lina.laurinaitiene@kaunoklinikos.lt.

ATVIRO KONKURSO
„MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS“
(PIRKIMO ID 862987)
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

DARBOTVARKĖ. Dėl tiekėjų pateiktų paklausimų.

SVARSTYTA. Tiekėjų pateikti paklausimai.

Gauti Tiekėjų paklausimai (pranešimų ID 52723 ir 58002) dėl 2025-01-27 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS) skelbto atviro konkurso „**Medicinos pagalbos priemonės**“ (pirkimo ID 862987) techninės specifikacijos reikalavimų pirkimo dalims Nr. 18 „Išmatų surinktuvai vienos dalies atviri, 55-57mm“, Nr. 31 „Popierius tinkantis kardiografui Hawlet – Packard M1911A (neperforuotas)“ ir Nr. 44 „Rinktuvai išmatų (vienos dalies) naujagimiams ir kūdikiams“.

Tiekėjas prašo patikslinti pirkimo dalies Nr. 18 „Išmatų surinktuvai vienos dalies atviri, 55-57mm“ reikalavimus.

1. Prašome panaikinti reikalavimą: plokštelė plonėjančiais kraštais (storesnė prie stomos ir palaipsniui plonėjanti į kraštus). Tiekėjų ir medikų nuomone, šis teiginys kartu su „plokštelė plonėjančiais kraštais (storesnė prie stomos ir palaipsniui plonėjanti į kraštus)“ yra 2 skirtingi reikalavimai prieštaraujantys vienas kitam ir tarp jų negali būti „arba“. Plokštelėje esantys įkarpymai leidžia plokštei geriau prisitaikyti prie paciento kūno formų ir judesių t.y. didina jos paslankumą, o reikalavimas „plokštelė storesnė prie stomos ir palaipsniui plonėjanti į kraštus“ reiškia, jog plokštelė yra išgaubta (su „kalniuku“) ties viduriu ir skirta įdubusioms stomoms. Darome prielaidą, kad pagal šioje dalyje esančius kitus reikalavimus Jūsų įstaiga planuoja įsigyti plataus naudojimo stomos rinktuvus su lygia plokštele.

2. Prašome patikslinti reikalavimą „ant plokštelės apsauginės plėvelės turi būti milimetrais pažymėtos plokštelės kirpimo vietos, galimybė iškirpti skylę iki 80 mm“ į „ant plokštelės apsauginės plėvelės turi būti milimetrais pažymėtos plokštelės kirpimo vietos, galimybė iškirpti skylę iki 85 mm ± 5 mm“. Praktikoje pasitaiko suformuotų didesnės apimties stomų, todėl siūlome plokštelės kirpimo diapozono ribose nurodyti vienu centimetru didesnę reikšmę iki 90 mm, nes tai padidintų produkto tinkamumą ir platesnis hidrokoloidinis stomos plokštelės kraštas suteikia daugiau stabilumo ir geresnę fiksaciją, todėl nebereikia naudoti papildomų fiksacijos priemonių.

3. Prašome pakeisti teiginį „išmatų surinktuvo maišelis permatomas arba matinis“ į „išmatų rinktuvo maišelis skaidrus arba matinis su langeliu“. Kadangi stomos rinktuvai bus naudojami pooperacinėje priežiūroje, tai skaidrūs maišeliai su langeliu suteiktų galimybę rezidentams, chirurgams bei slaugos specialistams tinkamai įvertinti stomos būklę, pastebėti galimus komplikacijų požymius.

4. Prašome panaikinti reikalavimą „dydis: 55-57mm“ – nes tai prieštarauja kitam plokštelės reikalavimui „galimybė iškirpti skylę iki 80 mm“ ir nenusako nei plokštelės skersmens, nei tinkamumo potencialiems stomų formų ir dydžių atvejams.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – komisija) išnagrinėjusi tiekėjo pateiktus siūlymus pirkimo daliai Nr. 18 „Išmatų surinktuvai vienos dalies atviri, 55-57mm“ ir peržiūrėjusi įstaigos poreikius, sprendžia tikslinti techninės specifikacijos reikalavimus iš „plokštelė su įkarpymais, kurie leidžia stomos plokštei geriau prisitaikyti prie individualių kūno formų, kontūrų ir judesių arba plokštelė plonėjančiais kraštais (storesnė prie stomos ir palaipsniui plonėjanti į

kraštus)“ į reikalavimą „plokštelė plonėjančiais kraštais (storesnė prie stomos ir palaipsniui plonėjanti į kraštus), t.y. plokštelė išgaubta“; reikalavimą iš „ant plokštelės apsauginės plėvelės turi būti milimetrais pažymėtos plokštelės kirpimo vietos, galimybė iškirpti skylę iki 80 mm“ į reikalavimą „ant plokštelės apsauginės plėvelės turi būti milimetrais pažymėtos plokštelės kirpimo vietos, galimybė iškirpti skylę iki 55-57 mm“; reikalavimą iš „išmatų surinktuvo maišelis permatomas arba matinis“ į reikalavimą „išmatų surinktuvo maišelis permatomas arba matinis su langeliu“.

Techninę specifikaciją skaityti taip:

18. Išmatų surinktuvai vienos dalies atviri, 55-57mm:

- plokštelės lipnioji dalis - hidrokolidinė;
- plokštelė plonėjančiais kraštais (storesnė prie stomos ir palaipsniui plonėjanti į kraštus), t.y. plokštelė išgaubta;
- plokštelės storis – 0,7 –0,3 mm;
- ant plokštelės apsauginės plėvelės turi būti milimetrais pažymėtos plokštelės kirpimo vietos, galimybė iškirpti skylę iki 55-57 mm;
- išmatų surinktuvo maišelis permatomas arba matinis su langeliu;
- maišelio kraštas užlydytas dviguba siūle;
- 3 sluoksniai: 2 plėvelės sluoksniai ir 1 prie odos besiliečiantis neaustinės medžiagos sluoksnis;
- išmatų surinktuvo maišelio ištuštinimo galimybės: daugkartinis gnybtas, vienkartiniai spaustukai arba lipnus užsegimas.
- dydis: 55-57mm.

Orientacinis poreikis: 12 000 vnt.

Tiekėjas prašo patikslinti pirkimo dalies Nr. 31 „Popierius tinkantis kardiografui Hawlet – Packard M1911A (neperforuotas)“ reikalavimus:

-punkte „diametras 9x15 cm“. Jeigu knygutė, tai negali būti diametras ir turėtų būti tokie išmatavimai - 150 mm x100 mm x150 vnt;

- punkte „įpakavimas ne mažiau kaip po 20 vnt.“ papildyti (pakuotė 1 vnt.).

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktus siūlymus pirkimo daliai Nr. 31 „Popierius tinkantis kardiografui Hawlet – Packard M1911A (neperforuotas)“ ir peržiūrėjusi įstaigos poreikius, sprendžia tikslinti techninės specifikacijos reikalavimus

Techninę specifikaciją skaityti taip:

31. Popierius tinkantis kardiografui Hawlet – Packard M1911A (neperforuotas):

- tinkantis kardiografui HP M1911A;
- lankstinukas knygutės formos, langeliais;
- išmatavimai 150 mm x100 mm x150;

Orientacinis poreikis: 2 400 vnt.

Tiekėjas prašo patikslinti pirkimo dalies Nr. 44 „Rinktuvai išmatų (vienos dalies) naujagimiams ir kūdikiams“ reikalavimus:

1. Patikslinti reikalavimą „kirpimui paruošta anga iki 40 ± 2 mm“ pakeičiant į vieną (plokštelės tinkamumo stomai) apibendrinantį teiginį „plokštelės kirpimo anga nuo 8 iki 40 ± 2 mm“ ir panaikinti „stomos rinktuvo plokštelėje turi būt minimali pradinė anga 10 mm“ nes tai prieštarautų kitam teiginiui. Suteikus 2 mm paklaidą, praktikoje tai nedarytų reikšmingo poveikio produkto tinkamumo individualioms kūdikių stomoms, tačiau padidintų ir kitų tiekėjų galimybę dalyvauti.

2. Patikslinti reikalavimą „minkšta plokštelė, lipnioji plokštelės dalis yra hidrokoloidinė, pasižyminti hipoalerginėmis savybėmis, saugi jautriai kūdikių odelei“ pridedant saugumo kriterijų patikslinantį ir patvirtinantį reikalavimą „plokštelė su įkarpymais“. Stomos rinktuvai su plokštelėse esančiais įkarpymais padidina paslankumą ir lanksti forma leidžia geriau prisitaikyti prie apvalaus pilvuko ir natūralių kūno linkių, sumažinant pratekėjimo riziką. Minkštesni kraštai mažiau spaudžia kūdikių jautrią peristominę odą ir geriau apsaugo nuo sudirgimų ir pažeidimų.

3. Patikslinti reikalavimą „atviri maišeliai su uždarymo mechanizmu“ į „maišeliai su langeliu, su saugiu lipniu užsegimu ir ištuštinimo galimybe“. Atviri – konkrečiau tai stomos maišeliai su langeliu suteikia galimybę stebėti stomą ir jos turinį, užtikrinant tikslesnę priežiūrą bei mažinant komplikacijų riziką. Tai svarbu pooperaciniu laikotarpiu tiek kūdikiams, tiek tėveliams bei medicinos personalui, nes padeda laiku pastebėti pokyčius ir užtikrinti tinkama stomos priežiūrą.

Komisija išnagrinėjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai Nr. 44 „Rinktuvai išmatų (vienos dalies) naujagimiams ir kūdikiams“ ir pasikeitus įstaigos poreikiams, sprendžia tikslinti techninės specifikacijos reikalavimus.

Techninę specifikaciją skaityti taip:

44.1.-44.2.Rinktuvai išmatų (vienos dalies):

- kūdikiams iki 4 mėn.;

Poz. Nr.	Skirta	Dydis	Papildomi reikalavimai	Orientacinis poreikis (vnt.)
44.1.	Naujagimiams	10 – 40 mm	<ul style="list-style-type: none"> Atviri maišeliai su 10 mm pradine anga. Saugūs kūdikio odelei. 	600
44.2.	Kūdikiams	Kirpimui paruošta anga iki 40 ± 2 mm	<ul style="list-style-type: none"> Stomos rinktuvo plokštelėje turi būti minimali pradine anga. Minkšta plokštelė, lipnioji plokštelės dalis yra hidrokoloidinė, pasižyminti hipoalerginėmis savybėmis, saugi jautriai kūdikių odelei; Atviri maišeliai su uždarymo mechanizmu. 	

VPI 29 straipsnio 4 dalis numato, kad „<...> Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų išgytas perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas <...>“¹ (atitinkama nuostata Pirkimo sąlygų 2.8 punkte).

Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą ir tai, kad:

(i) tikslingos/būtinios pirkimo dalių Nr. 18 „Išmatų surinktuvai vienos dalies atviri, 55-57mm“, Nr. 31 „Popierius tinkantis kardiografui Hawlet – Packard M1911A (neperforuotas)“ ir Nr. 44 „Rinktuvai išmatų (vienos dalies) naujagimiams ir kūdikiams“ techninės specifikacijos reikalavimų korekcijos;

(ii) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnyba yra išaiškinusi, kad „<...> **kai yra keičiamos esminės pirkimo sąlygos (pakeičiami reikalavimai kvalifikacijai ar techninė**

¹ Taip pat žr.: [Kada galima nutraukti pirkimą ir pradėti naują? - Viešųjų pirkimų tarnyba \(vpt.lt\)](http://kada.galima.nutraukti.pirkima.ir.pradeti.nauja? - Viešųjų pirkimų tarnyba (vpt.lt))

specifikacija taip, jog po atliktų pakeitimų daugiau tiekėjų galėtų dalyvauti pirkime, keičiamas sutarties tipas, keičiamas pirkimo objektas) pirkimą reikia nutraukti ir pradėti naują pirkimą <...>²;

(iii) atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, jog **draudžiamu laikomas pirkimo sąlygų keitimas po viešojo pirkimo paskelbimo, jei *inter alia* toks pakeitimas gali pritraukti potencialių (naujų) dalyvių** (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 2 d. nutartis civilinėje byloje, bylos Nr. e3K-3-258-378/2017);

(iv) atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo *Bortos* byloje (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2017 m. balandžio 6 d. sprendimas byloje *Borta*, bylos Nr. C-298/15ETT) suformuotą precedentą, jog toks pirkimo sąlygų keitimas suponuoja poreikį skelbti viešąjį pirkimą iš naujo;

(v) susiklosčiusi padėtis, kurios negalima ištaisyti kitaip, kaip tik nutraukiant Pirkimą ir inicijuojant naują, pašalinus neigiamas priežastis ir jų padarinius, nes šiame etape šiuo atveju nėra kito būdo, kaip, nenutraukiant Pirkimo procedūrų, būtų galima užtikrinti, kad viešųjų pirkimų principai nebūtų pažeisti;

(vi) nenutraukus Pirkimo, nebūtų užtikrintas viešojo pirkimo tikslas ir perkančioji organizacija neturėtų galimybės įsigyti reikalingų prekių, atitinkančių reikiamus reikalavimus;

(vii) dėl Pirkimo nutraukimo nebus pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti pamatiniai principai,

Komisija Pirkimo sąlygų 2.8 punkto, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio 4 dalies pagrindu sprendžia nutraukti pirkimo *dalių Nr. 18 „Išmatų surinktuvai vienos dalies atviri, 55-57mm“, Nr. 31 „Popierius tinkantis kardiografui Hawlet – Packard M1911A (neperforuotas)“ ir Nr. 44 „Rinktuvai išmatų (vienos dalies) naujagimiams ir kūdikiams“* pirkimo procedūras. Nutraukus Pirkimo procedūras, vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 3 punktu, pirkimą pirkimo *dalims Nr. 18 „Išmatų surinktuvai vienos dalies atviri, 55-57mm“, Nr. 31 „Popierius tinkantis kardiografui Hawlet – Packard M1911A (neperforuotas)“ ir Nr. 44 „Rinktuvai išmatų (vienos dalies) naujagimiams ir kūdikiams“*, laikyti pasibaigusiu.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šių sprendimų priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Nutraukti pirkimo *dalių Nr. 18 „Išmatų surinktuvai vienos dalies atviri, 55-57mm“, Nr. 31 „Popierius tinkantis kardiografui Hawlet – Packard M1911A (neperforuotas)“ ir Nr. 44 „Rinktuvai išmatų (vienos dalies) naujagimiams ir kūdikiams“* pirkimo procedūras.

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatomis, nutraukus Pirkimo procedūras, pirkimą pirkimo *dalims Nr. 18 „Išmatų surinktuvai vienos dalies atviri, 55-57mm“, Nr. 31 „Popierius tinkantis kardiografui Hawlet – Packard M1911A (neperforuotas)“ ir Nr. 44 „Rinktuvai išmatų (vienos dalies) naujagimiams ir kūdikiams“*, laikyti pasibaigusiu.

3. Informuoti tiekėjus apie Komisijos sprendimą.

² <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/pirkimo-dokumentu-keitimas-po-ju-paskelbimo/>