

Dubens specialaus endoprotezo komplekto techninė specifikacija

Eil. Nr.	Pavadinimas, reikalaujamos techninės charakteristikos	Siūlomos prekės pavadinimas, techninės charakteristikos
1.	Dubens specialus endoprotezo komplektas (individualus anatomicinis dubens - klubo sąnario endoprotezas) – 1 kompl.	
1.1.	Endoprotezo komplekto komponentai: a) gūžduobės - dubens klubakaulio skliautas, b) endoprotezo gūžduobinis komponentas, c) endoprotezo komplekto fiksacijai reikalingi priedai, d) dubens ir implanto modelis (-iai), e) plastikinis (arba lygiavertės medžiagos) ant kaulo uždedamas nukreipiklis (pateikiamas esant poreikiui).	
1.2.	Operacijos planavimas ir kaulo pašalinimas: a) pateikiamas bent vienas sterilizuojamas (arba sterilus) plastikinis (arba lygiavertės medžiagos) dubens ir implanto modelis, naudojamas operacijai planuoti; b) esant poreikiui, komplekte su endoprotezu pateikiamas kaulo pjūvių atlikimui skirtas individualiai paciento anatomijai pagamintas sterilizuojamas plastikinis (arba lygiavertės medžiagos) ant kaulo uždedamas nukreipiklis.	
1.3.	Pagal paciento anatominius išmatavimus gaminamo specialaus individualaus gūžduobės - dubens klubakaulio skliauto fiksacija: fiksuojama į likusią sveiką klubakaulio užpakalinę koloną intrameduliariai (į kaulo vidų) specialiu mechaninės fiksacijos poliumi, bent dviem sraigtais į kryžkaulį per visą jo plotį ir papildomai į klubakaulio sparną rakinamais arba nerakinamais sraigtais.	
1.4.	Endoprotezo gūžduobinis komponentas (po planuojamos išplėstinės raumenų ir kaulų rezekcijos, dėl galimo didelio nestabilumo tikėtina didelė endoprotezo komponentų išnirimo rizika, todėl reikalinga operacijos metu panaudoti specialų gūžduobinį endoprotezo komponentą, suderinamą su individualiu gūžduobės – dubens klubakaulio skliautu): a) mechaninės arba cementinės fiksacijos, sukomplektuotas su didelės molekulinės masės polietileno (arba lygiavertės medžiagos) intarpu;	

	<p>b) su galimybe rinktis galvutę užrakinantį įdėklą arba dvigubo mobilumo įdėklą;</p> <p>c) su galimybe keisti gūžduobės pozicionavimą, ją fiksuojant prie dubeninio komponento.</p>	
1.5.	<p>Paviršių medžiaga: visas endoprotezo kontakto su kaulu plotas ir specialus mechaninės fiksacijos polius padengti danga, užtikrinančia gerą suaugimą su kaulu</p>	
1.6.	<p>Endoprotezas žymimas CE ženklu (<i>kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio dokumento, liudijančio endoprotezo žymėjimą CE ženklu, kopiją</i>).</p>	
1.7.	<p>Į endoprotezo kainą įskaičiuotos pristatymo LSMU ligoninei Kauno klinikoms išlaidos.</p>	