

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„PODOLOGINĖ ĮRANGA IR INSTRUMENTAI”
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo pasiūlymus/pastabas 2025-02-18 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **podologinės įrangos ir instrumentų** pirkimo (Nr. **1267931**).

Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas: „Manome sudaryta techninė specifikacija riboja konkurenciją. *Siūlome 1 pirkimo dalį skaidyti į ne mažiau nei 3 atskiras pirkimo dalis. Podologinė kėdė niekaip nesijungia su kita 1 dalyje išvardinta įranga. Tiekėjai, galintys savarankiškai pasiūlyti šlifavimo įrangą, bet negalintys pasiūlyti kėdės neturi galimybių dalyvauti pirkimo konkurse. Taip mažėja dalyvių skaičius, mažesnė konkurencija, galimai didėja kaina.*”

Komisija, įvertinusi tiekėjo pastabas/siūlymus, atsako sekančiai:

Perkančioji organizacija, siekdama užtikrinti podologijos įrangos komplekto visumą ir suderinamumą, 1-oje pirkimo dalyje apjungė tarpusavyje susijusią įrangą, naudojamą vienam technologiniam procesui.

Perkančiajai organizacijai yra aktualu įsigyti pilną, tarpusavyje suderintą įrangos komplektą, skirtą įrengti vieną darbo vietą ir įgalinti Odos ir venerinių ligų klinikos specialistus pradėti teikti paslaugas pacientams, todėl Komisija nesutinka su tiekėjo siūlymu skaidyti 1-mą pirkimo dalį į smulkesnes dalis.

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninės specifikacijos nekeisti.
2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.