



VIEŠOJI ĮSTAIGA PRIENŲ LIGONINĖ

Skelbiamos apklausos dalyviams

2025-02-26 Nr. (4.5)V7- 432

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO, SKELBIAMA APKLAUSA „ODONTOLOGINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTO PIRKIMAS“ NR. 1258827

Viešoji įstaiga Prienu ligoninė, vykdo skelbiamą apklausą „Odontologinės įrangos komplekto pirkimas“ (toliau – Apklausa) Nr. 1258827.

Vadovaudamiesi Apklausoje bendrųjų sąlygų 5 skyriumi, patiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1.8. punkto „Vakuuminis siurblys“ 1.8.4. papunktį, išdėstydami jį taip:

„1.8.4. Vakuumo gylis ne mažiau 1300 mm H₂O“.

Atitinkamai patikslinimas ir Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedo „Pasiūlymo forma“ 5 lentelės 1.8.4 punktas.

Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas yra pratęsiamas **iki 2025 m. kovo 5 d. 9.00 val.**

PRIDEDAMA:

1. Patikslintas Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“;
2. Patikslintas Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“.

Komisijos pirmininkė

Jūratė Milaknienė

Siunčiama CVP IS priemonėmis

G. Rukienė, tel. +370 652 54 530, el. p. info@prienuligonine.lt