

Atsakymas į tiekėjų pastabas, pasiūlymus techninei specifikacijai

DARBOTVARKĖ:

1. dėl 2025-02-13 tiekėjo rinkos konsultacijos;
2. dėl 2025-02-17 tiekėjo rinkos konsultacijos;

SVARSTYTA: 1. dėl 2025-02-13 tiekėjo rinkos konsultacijos

2025-02-13 gautas tiekėjo atsakymas dėl 2025-02-10 Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) skelbtos radiodažnuminio aparato skausmo gydymui pirkimo rinkos konsultacijos (numeris 1109120). Tiekėjas rinkos konsultacijoje nurodo:

„Techninėje specifikacijoje reikalavimai nurodyti aiškiai (išskyrus reikalavimą 1.1.9.), bet kai kurie iš jų neatitiktų ar ne visiškai atitiktų mūsų siūlomo prietaiso techninius parametrus. Šie mūsų prietaiso parametrai yra pakankami terapijai, bet neatitiktų jūsų paskelbtos techninės specifikacijos reikalavimų parametru. Tokie neatitikimai tiesiog ribotų konkurenciją, nors techniškai, prietaisas nėra blogesnis nei kiti tokio tipo prietaisai – šio prietaiso pagalba pacientui suteikiamas kokybiškas gydymas apibūdintas techninės specifikacijos projekto 1.1.1. punkte. Dalyvautumėme būsimame konkurse ir teiktume pasiūlymą, jei pakeistumėte techninės specifikacijos reikalavimus ir sąlygas atsižvelgiant į atsakymus pateiktus žemiau.

Taip pat reiktų patikslinti 1.1.9. reikalavimą, nurodant ar parametro (impulso) keitimo ribos yra nurodytos tik sensorinei stimuliacijai ar taip pat ir motorinei stimuliacijai.

Neturime papildomų reikalavimų, kuriuos mūsų nuomone būtų tikslinga įrašyti techninėje specifikacijoje.

Reikalavimas, kurį mūsų siūlymu būtų tikslinga išbraukti iš techninės specifikacijos būtų:

1.1.15. reikalavimas nuotolinio valdymo pultui. <...> Reikalavimas komplektacijoje turėti nuotolinio valdymo pultą ribotų konkurenciją numatomame konkurse.

Mūsų nuomone, reikalavimai įrašyti techninės specifikacijos projekte ir ribojantys konkurenciją tarp tiekėjų yra šie:

1) 1.1.5. punkto reikalavimas, kad Nuolatinio gydymo režimo parametrai yra keičiami, nes tarp išvardintų parametru yra ir nekeičiamų. <...>. Atsižvelgiant, kad tai gali riboti konkurenciją ar sukelti klaidingų interpretacijų, siūlome ištrinti žodį „keičiami“.

Skaitant toliau, šio punkto reikalavimas, kad signalo dažnis turi būti intervale 470-500 kHz. <...>. Atsižvelgiant į tai siūlome praplėsti šio parametro reikšmių intervalą.

Dėl temperatūros nustatymo ribų <...> siūlome atitinkamai pakeisti parametro ribas į „nuo 50 °C iki 90 °C“.

Dėl laikmačio nustatymo ribų <...> Atitinkamai siūlome pakeisti šio parametro ribas į „nuo 1 s iki 600 s“.

2) 1.1.6. punkto reikalavimas, kad Pulsinio gydymo režimo parametrai yra keičiami, nes tarp išvardintų parametru yra ir nekeičiamų. <...>. Atsižvelgiant, kad tai gali riboti konkurenciją ar sukelti klaidingų interpretacijų, siūlome ištrinti žodį „keičiami“. Šiame reikalavime, kaip ir pasiūlyme dėl 1.1.5., siūlome praplėsti signalo dažnio intervalą, nes dabartinis 470-500 kHz ribotų konkurenciją <...>.

Dėl pulso pločio keitimo ribų <...>. Atitinkamai šiuo atveju siūlome pakeisti parametro ribas į „nuo 5 ms iki 50 ms“.

Temperatūros nustatymo ribos <...> Atitinkamai šiuo atveju siūlome keisti šio parametro ribas į „nuo 42 °C iki 49 °C“.

3) 1.1.7. punkto reikalavimas, kad Motorinės stimuliacijos dažnio ribos turi būti 1-30 Hz. <...>

Atitinkamai siūlome keisti šio parametro ribas į „2-5 Hz“.

4) 1.1.9. punkto reikalavimas, kad impulso keitimo ribos turi būti nuo 0,1 iki 3 ms. <...> Atitinkamai siūlome keisti šio reikalavimo parametro ribas į „0,1-1 ms“. Taip pat patikslinti ar parametro ribos yra tik sensorinei stimuliacijai ar kartu ir motorinei.

5) 1.1.15. punkto reikalavimas, kad prietaisas komplektacijoje turi nuotolinį valdymo pultą. <...> siūlome pašalinti reikalavimą “1. Nuotolinio valdymo pultas”.

6) 1.2.2. punkto reikalavimas, kad aktyvaus paviršiaus plotas $\geq 120 \text{ cm}^2$. Įvairių gamintojų, tame tarpe ir mūsų atstovaujamo, neutralūs paviršiniai elektrodai skirti naudojimui su radiodažnuminiu generatoriumi yra ir mažesni. Atitinkamai siūlome keisti šį reikalavimą į „Aktyvaus paviršiaus plotas $\geq 85 \text{ cm}^2$ “ <...>.

Viešojo pirkimo Komisija (toliau – Komisija) apsvarstė tiekėjo paklausimą ir atsako sekančiai:

Dėl techninės specifikacijos reikalavimo „Signalų dažnis intervale 470-500 kHz“ - radiodažnuminio skausmo gydymo procedūrose skirtingais atvejais yra naudojamas skirtingas signalo dažnis, pvz.: jautriems nervams naudojamas žemesnis dažnis (470 kHz), o gydant nugaros dalies įvairius skausmus arba taikant denervaciją didesnėms struktūroms naudojamas aukštesnis dažnis (iki 500 kHz skirtingais atvejais), todėl signalo dažnis skirtingame intervale yra būtinas parametras. Atsižvelgiant į išdėstytą, techninės specifikacijos reikalavimas nebus keičiamas.

Dėl techninės specifikacijos reikalavimo „Laikmačio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo 30 s - 30 min.“ - esant skirtingiems klinikiniams atvejams, reikalingas ir skirtingas terapijos laikas. Pavyzdžiui, Tiekėjo prašyme nurodytas koreguotas parametras „1-600 s“, net tris kartus trumpesnis laikas nei nustatytas reikalavimas, tai yra ženklus skirtumas, kadangi klinikinėje praktikoje pasitaiko dažni atvejai kai gydant didesnius nervus, didesnių sąnarių skausmus reikalingas ilgesnis laikas nei 10 min. Atsižvelgiant į išdėstytą, techninės specifikacijos reikalavimas nebus keičiamas.

Komisija, įvertinusi kitus Tiekėjo pateiktus siūlymus koreguoti techninę specifikaciją, atkreipė dėmesį, jog Tiekėjo siūlomas prietaisas yra ženkliai žemesnių techninių charakteristikų, kurios tiesiogiai siejasi su paslaugos teikimo kokybe. Komisija pažymi, kad vien aplinkybė, kad Tiekėjas gali pasiūlyti prekę su žemesnėmis techninėmis savybėmis, bet negali pateikti perkančiajai organizacijai reikalingo daikto, negali būti pagrindas įpareigoti perkančiąją organizaciją formuluoti pirkimo sąlygas taip, kad tiekėjas įgytų galimybę dalyvauti konkurse.

NUTARTA:

1. Nekeisti techninės specifikacijos reikalavimų;
2. Informuoti tiekėjus apie Komisijos priimtą sprendimą.

SVARSTYTA: 2. dėl 2025-02-17 tiekėjo rinkos konsultacijos

2025-02-17 gautas tiekėjo atsakymas dėl 2025-02-10 Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) skelbtos radiodažnuminio aparato skausmo gydymui pirkimo rinkos konsultacijos (numeris 1109120). Tiekėjas rinkos konsultacijoje nurodo:

„<...> Tikslinimai techninės specifikacijos punktams:

1.1.2. Spalvotas ekranas, valdomas ekrane arba papildomais valdymo elementais; - neturėtų būti vienintelis būdas, kaip aparatas yra valdomas.

1.1.5. ir 1.1.6. Temperatūros nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo 40°C iki 90 °C....; - nustatyti ribinę darbo zonos temperatūrą žemiau paciento kūno temperatūros yra nelogiškas ir perteklinis reikalavimas.

1.1.7. Motorinės stimuliacijos dažnio ribos (ne siauresnės už nurodytas) 1-10 Hz; - motorinė stimuliacija yra atliekama žemų dažnių signalų zonoje. “

Viešojo pirkimo Komisija (toliau – Komisija) apsvarstė tiekėjo paklausimą ir priėmė sprendimą patikslinti techninės specifikacijos 1.1.2. p., 1.1.5. p., 1.1.6. p., 1.1.7. p. taip:

„1.1.2. p. Spalvotas ekranas;

1.1.5. p. Nuolatinio gydymo režimo keičiami parametrai: 1. Signalo dažnis intervale 470-500 kHz; 2. Temperatūros nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo 40°C iki 90 °C; 3. Laikmačio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo 30 s - 30 min.;

1.1.6. p. Pulsinio gydymo režimo keičiami parametrai: 1. Signalo dažnis intervale 470-500 kHz; 2. Signalo pulsacijų dažnio keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo 1 iki 10 Hz; 3. Pulso pločio keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo 3 iki 40 ms; 4. Temperatūros nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo 40°C iki 90 °C; 5. Laikmačio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas): Nuo 30 s - 30 min;

1.1.7. p. Motorinės stimuliacijos dažnio ribos (ne siauresnės už nurodytas) 1-10 Hz“.

NUTARTA:

1. Patikslinti techninės specifikacijos 1.1.2. p., 1.1.5. p., 1.1.6. p., 1.1.7. p.;
2. Informuoti tiekėjus apie Komisijos priimtą sprendimą.