

IŠRAŠAS IŠ VIEŠOJO PIRKIMO
„TRANSKRANIJINIS DOPLERIS”
KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO

DARBOTVARKĖ: Dėl tiekėjo pateiktų pastabų/pasiūlymų.

SVARSTYTA: Tiekėjo pateiktos pastabos/pasiūlymai.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo tiekėjo pasiūlymus/pastabas 2025-02-18 CVP IS skelbtai rinkos konsultacijai dėl **transkranijinio doplerio** pirkimo (Nr. 1267466).

Tiekėjas teikia šiuos siūlymus/pastabas techninės specifikacijos projektui:

15.4. Jungtys ≥ 1 HDMI signalo jungtis

Keisti į:

15.4. Jungtys ≥ 1 HDMI signalo jungtis arba galimybė prijungti HDMI įrenginį naudojant adapterį (adapteris komplektuojamas kartu su įrenginiu.)

*Toku būdu tiekėjai galės siūlyti ir įrenginius su VGA jungtimi bei pridėti VGA–HDMI adapterį

Komisija, įvertinusi tiekėjo pastabas/siūlymus, sprendžia patikslinti techninės specifikacijos 15.4 punkto reikalavimą kaip nurodyta žemiau:

15.	Jungtys	1. ≥ 1 tinklo jungtis; 2. ≥ 3 USB jungtys; 3. ≥ 1 analoginė įėjimo/išėjimo jungtis; 4. ≥ 1 HDMI signalo jungtis arba VGA jungtis su galimybe prijungti HDMI įrenginį naudojant adapterį (adapteris komplektuojamas kartu su įrenginiu)
-----	---------	--

Komisija taip pat sprendžia patikslinti/pakoreguoti techninės specifikacijos 24 punkto reikalavimą kaip nurodyta žemiau:

24.	Garantinis terminas	1. Įrangai suteikiama ≥ 24 mėnesių garantija; 2. Robotizuotam jutikliui suteikiama ≥ 12 mėnesių garantija.
-----	---------------------	---

Visi Komisijos nariai atviro vardinio balsavimo metu už šio sprendimo priėmimą balsavo vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Techninę specifikaciją patikslinti kaip nurodyta aukščiau. Tvirtinti aktualią techninės specifikacijos redakciją.

2. Apie Komisijos sprendimą informuoti pastabas/pasiūlymus pateikusį tiekėją ir suinteresuotus kandidatus.