

**SPRENDIMAS DĖL GAUTOS PRETENZIJOS  
(CVP IS PRANEŠIMO ID 81467)**

VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (toliau – perkančioji organizacija) atviro tarptautinio konkurso būdu vykdo viešąjį pirkimą „Automatinės švirkštinės pompos (Nr. 10147-1)“ (skelbimas apie pirkimą skelbtas 2025-02-10 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 1080062), (toliau – pirkimas).

Perkančioji organizacija 2025-02-19 22:35 val. CVP IS priemonėmis gavo tiekėjo pretenziją dėl pirkimo sąlygų (CVP IS pranešimas ID 81467). Tiekėjas reikalauja:

1. Keisti ekonominio naudingumo balų skyrimo kriterijus (Eil. Nr. 1 ir 3) taip:

Eil. Nr.	Techninis privalumas, už kurį skiriama balų, kai tenkinamas minimalus reikalavimas	Reikšmė	Techninių privalumų kriterijaus reikšmė (išraiška balais)
1	Švirkštinės pompos ekrano technologija: talpinio jutiklinio ekrano (capacitive touch screen)	Taip	T1 = 10
		Ne	T1 = 0
2	Švirkštinės pompos ekrano technologija: talpinio jutiklinio ekrano (capacitive touch screen) Infuzinės švirkštinės pompos ar jas integruojantis/laikantis įrenginys yra sukonfigūruotas taip, kad atsiradus poreikiui įranga būtų pasiruošusi perduoti duomenis į informacinę sistemą.	Taip	T2 = 7
		Ne	T2 = 0
3	Menu valdymo kalba - lietuvių	Taip	T3 = 3
		Ne	T4 = 0

2. Panaikinti 1, 2 ir 3 pirkimo dalių techninės specifikacijos punktą Nr. 2.21 (reikalavimas švirkštinei pompai turėti Wi-Fi sąsają) ir vietoje jo įtraukti bendrą reikalavimą visam sprendimui: “Integruota Wi-Fi sąsaja švirkštinėse pompose arba infuzinius prietaisus integruojančiam/laikančiam įrenginiui“.

Pretenzija pateikta nepraleidus Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 102 straipsnio 1 dalyje nustatytų pretenzijos pateikimo terminų, todėl išnagrinėta VPI nustatyta tvarka.

Informuojame, kad išnagrinėjusi pateiktą pretenziją, perkančioji organizacija priėmė sprendimą jos netenkinti ir atmesti kaip nepagrįstą dėl toliau nurodytų priežasčių:

1. Pirkimo dalyse 1, 2 ir 3 pateiktų pasiūlymų vertinimui perkančioji organizacija nustatė techninių privalumų kriterijus T1, T2 ir T3:

Eil. Nr.	Techninis privalumas, už kurį skiriama balų, kai tenkinamas minimalus reikalavimas	Reikšmė	Techninių privalumų kriterijaus reikšmė (išraiška balais)
1	Stotelė (infuzinius prietaisus integruojantis/laikantis įrenginys turi ne mažesnę nei IP44 klasės (arba lygiavertės) apsaugą nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų (žr. techninės specifikacijos 1, 2, 3 pirkimo dalies 1.5 punktą)	Taip	T1 = 5
		Ne	T1 = 0
2	Švirkštinė pompa turi menu lietuvių kalba (žr. techninės specifikacijos 1, 2, 3 pirkimo dalies 2.19 punktą)	Taip	T2 = 10
		Ne	T2 = 0
3	Švirkštinė pompa turi ne mažesnę nei IP44 klasės (arba lygiavertės) apsaugą nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų (žr. techninės specifikacijos 1, 2, 3 pirkimo dalies 2.23 punktą)	Taip	T3 = 5
		Ne	T3 = 0

Techninių privalumų kriterijus perkančioji organizacija nustatė atsižvelgdama į savo poreikius. Techniniais privalumais įvardinti ketinamų įsigyti prekių parametrai, kurie suteikia didesnę naudą perkančiajai organizacijai.

Pagal pirkimo dokumentuose nustatytą tvarką techniniams privalumams T1 ir T3 skiriami balai jei siekiama įsigyti įranga (stotelės – T1, švirkštinės pompos – T3) turi ne mažesnę nei IP44 klasės apsaugą nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų, t. y. yra aukštesnės atsparumo klasės. Šie privalumai yra aktualūs rengiantis skubios pagalbos skyriaus darbui ekstremaliomis sąlygomis, kai aktualu, kad įranga turėtų didesnius atsparumo kriterijus ją naudojant tam galimai nepritaikytose patalpose, kuriose būtų ženkliai didesnis drėgmės, dulkių kiekis, įprastu atveju nepilnai tinkamos valymo sąlygos.

Už švirkštinės pompos meniu lietuvių kalba (T2) suteikiami papildomi balai užtikrina įrangos panaudojimą gimtąja kalba Lietuvoje dirbančiam personalui.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pirkimo dokumentuose nustatyti techninių privalumų kriterijai ir jų vertinimo tvarka nekeičiami.

2. Pirkimo dalyse 1, 2 ir 3 techninės specifikacijos reikalavimas švirkštinei pompai turėti Wi-Fi sąsają „2.21. Saugumo standartai: Wi-Fi Protected Access (WPA), IEEE 802.11i (WPA2)“ yra nustatytas siekiant įsigyti kuo universalesnes pompas su visais priedais, kad vėliau nereikėtų papildomų išlaidų pompas prijungiant prie ligoninės informacinės ar kitos sistemos, t. y. siekiant racionaliai naudoti viešojo sektoriaus lėšas. Kadangi pompos bus naudojamos ir be stotelės, Wi-Fi opcija pompoje yra būtina. Be to, perkančiajai organizacijai yra žinoma, kad pretenzijos teikėjo atstovaujamas gamintojas gali pasiūlyti tokį reikalavimą atitinkančias pompas. Todėl techninė specifikacija dėl šio reikalavimo nekeičiama.

Šiuo pranešimu apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą išnagrinėjus pretenziją, vadovaujantis VPI 103 straipsnio 3 dalimi, informuojamas pretenziją pateikęs tiekėjas.

Pagarbiai  
Viešųjų pirkimų komisija