

Vienkartinių priemonių skirtų darbui su neuromonitoringo sistema techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos parametru reikšmės | Siūlomos parametru reikšmės |
|--------------------|--|---|-----------------------------|
| 1. | Adatiniai elektrodai | | |
| 1.1. | Adatinis elektrodas (orientacinis kiekis 48 vnt) | 1. Vienkartinis, sterilus, sraigtinis; 2. Elektrodo dydis: standartinis; 3. Laido ilgis 150 ±5 cm. 4. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm, vyriška; (Firmos „Spes Medica“ elektrodas, kataloginis kodas MNCS0615DS arba lygiavertis) | |
| 1.2. | Adatinis elektrodas (orientacinis kiekis 48 vnt) | 1. Vienkartinis, sterilus, sraigtinis; 2. Elektrodo dydis: standartinis; 3. Laido ilgis 250 ±5 cm. 4. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm, vyriška; (Firmos „Spes Medica“ elektrodas, kataloginis kodas MNCS0625DS arba lygiavertis) | |
| 1.3. | Poodinis elektrodas (orientacinis kiekis 20 vnt) | 1. Vienkartinis, sterilus, porinis; 1. Elektrodo dydis: adatos ilgis 13 ±1 mm, atstumas tarp adatų 2,5 ±0,1 mm. 2. Laido ilgis 150 ±5 cm. 3. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm, vyriška; (Firmos „Spes Medica“ elektrodas, kataloginis kodas TFDN351301 arba lygiavertis) | |
| 2. | Stimuliavimo elektrodai-zondai | | |
| 2.1. | Stimuliatorius (orientacinis kiekis 10 vnt) | 1. Vienkartinis bipoliarinis stimulatorius apvaliomis galvutėmis – kalbos zonų stimuliacijai; 2. Elektrodo dydis: diametras 2 mm, stimulatorius tiesus, ilgis 30 ±1 mm; 3. Laido ilgis 250 ±5 cm 4. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm. (Firmos „Spes Medica“ elektrodas, kataloginis kodas SI2B0030S2526D arba lygiavertis) | |
| 2.2. | Stimuliatorių rinkinys (orientacinis kiekis 10 porų) | 1. Vienkartinis, sterilus, monopolarinis stimuliatorių rinkinys skirtas rizotomijai; 2. Elektrodo dydis: galiuko ilgis 3 ±0,1 mm ir 5 ±0,1 mm. Stimuliatoriaus ilgis 100 ±1 mm 3. Laido ilgis 250 ±5 cm 4. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm | |

| | | | |
|-----------|--|--|--|
| | | (Firmos „Spes Medica“ elektrodas, kataloginis kodas SIIIR100S2526D arba lygiavertis) | |
| 3. | Kiti elektrodai | | |
| 3.1. | Žievinis elektrodas (orientacinis kiekis 2 vnt) | 1. Vienkartinis, sterilus; 2. Keturių kontaktų; 3. Kontakto diametras 4 mm. 4. Laido ilgis 250 ±5 cm. 5. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm. (Firmos „Spes Medica“ elektrodas, kataloginis kodas IEP0006 arba lygiavertis) | |
| 3.2. | Epidurinis spinalinis elektrodas (orientacinis kiekis 2 vnt) | 1. Vienkartinis, sterilus; 1. Kontakto diametras 2x3 mm. 2. Laido ilgis 250 ±5 cm. 3. Jungtis Touch Proof, diametras 1,5 mm. (Firmos „Spes Medica“ elektrodas, kataloginis kodas IEP01856 arba lygiavertis) | |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomi nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiavertės, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.
2. Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su siūlomų prekių iliustracijomis/aprašymais.
3. Būtina nurodyti siūlomų prekių gamintojus, kataloginius numerius.
4. Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu (*kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją*).
5. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
6. Siūlomi elektrodai turi būti techniškai suderinami su ligoninėje naudojama multimodaline intraoperacinio neuromonitoringo sistema ISIS Xpert PLUS, gamyklinis Nr. 24F0868 (*būtinai atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas*).