

**KAIŠIADORIŲ BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ TARNYBA**

Biudžetinė įstaiga, Gedimino g. 118, LT-56166 Kaišiadorys, mob. +370 649 64640,  
el. p. [info@kaišiadorysbft.lt](mailto:info@kaišiadorysbft.lt). Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 306139700

CVP IS Pirkimo ID 1311731  
Tiekėjams

2025-02- Nr. SD-

**DĖL ATSAKYMŲ PATEIKIMO Į PIRKIMO DALYVIO KLAUSIMĄ**

Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnyba yra savivaldybės centrinė perkančioji organizacija (toliau – SCPO) vykdydama CVP IS priemonėmis viešąjį pirkimą ID 1311731 VšĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centro (toliau – Perkančioji organizacija) „Laboratoriniai reagentai ir priemonės tyrimams su tiekėjo panaudai suteikiamais analizatoriais VšĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centrui“, 2025-02-25 gavo CVP IS pranešimą ID 89305, kuriame pateiktas pirkimo dalyvio raštas dėl pirkimo sąlygų.

Komisija, išnagrinėjusi gautą raštą teikia atsakymą į jį.

**Klausimas** (kalba netaisyta): „*Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų pridėtame, dokumente „Supaprastinto atviro konkurso specialiosios sąlygos su priedais“, pirmoje pirkimo dalyje „Laboratoriniai reagentai ir papildomos priemonės WBC-3 DALIŲ BENDRO KRAUJO analizatoriui panaudai” lentelėje pažymėtoje nr. 1.2 “lentelė. Techniniai reikalavimai AHMATOLOGINIŲ WBC-3 DALIŲ BENDRO KRAUJO TYRIMŲ analizatoriui, įsigyjamam panaudos būdu – 5 VNT.” 7 punktas, reikalauja, kad “Analizatoriuje integruota vakuuminio mėgintuvėlio kamštelio pradūrimo funkcija”. Prašome punktą nr. 7, pašalinti iš techninės specifikacijos reikalavimų, kadangi manome, kad punktas pažymėtas nr. 7 yra perteklinis ir dirbtinai riboja konkurenciją. Atsisakius šio reikalavimo įsigytas analizatorius nesumažins įsigyjamos įrangos kokybės ir tiekėjai galės pasiūlyti ekonomiškai naudingesnius pasiūlymus.“.*

**Atsakymas:** Perkančioji organizacija išnagrinėjo Tiekėjo reikalavimą ir nutarė netenkinti šio prašymo „<...> Prašome punktą nr. 7, pašalinti iš techninės specifikacijos reikalavimų, kadangi manome, kad punktas pažymėtas nr. 7 yra perteklinis ir dirbtinai riboja konkurenciją.“ Perkančioji organizacija paaiškina, kad minėtas reikalavimas yra tiesiogiai susijęs su personalo saugumu. Kadangi didžioji dalis mėginių bus veninis kraujas, todėl toks reikalavimas nėra atsitiktinis ar perteklinis. Automatinė kamštelio pradūrimo funkcija užtikrina mėginio paėmimą neatkėmšant vakuuminio mėgintuvėlio kamštelio, o tai apsaugo laboratorijos darbuotojus nuo aerolinio efekto ar kraujo išsiliejimo bei aptaškymo. Ši funkcija hematologiniuose analizatoriuose diegiama jau seniai ir ją, savo prietaisų komplektacijoje, siūlo didžioji dauguma pasaulinės rinkos gamintojų.

Komisijos pirmininkas

Česlovas Neviera

Aistė Bagdonaitė-Čėsniienė, mob. +37063799813, el. p. [aiste.bagdonaitesnesniene@kaišiadorysbft.lt](mailto:aiste.bagdonaitesnesniene@kaišiadorysbft.lt)

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	BĮ Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnyba
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL ATSAKYMO PATEIKIMO Į PIRKIMO DALYVIO KLAUSIMĄ
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-02-28 Nr. SD-476
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Kiti
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Česlovas Neviera Direktorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-02-28 08:46
<b>Parašo formatas</b>	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2024-09-11 14:45 - 2029-09-10 23:59
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250226.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-28)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-02-28 nuorašą suformavo Aistė Bagdonaitė Čėsniienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-