

ATVIRO KONKURSO  
**„MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS“**  
 VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

**DARBOTVARKĖ:** dėl Tiekėjo siūlomų pastabų rinkos konsultacijoje.

**SVARSTYTA:** Tiekėjo siūlomos pastabos rinkos konsultacijoje.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) apsvaustė tiekėjų siūlymus pateiktus 2025-01-29 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtos rinkos konsultacijos metu dėl medicinos pagalbos priemonių pirkimo (pirkimo numeris 960987).

*Siūlymai pirkimo daliai Nr. 13 „Vienkartinė sidabro nitrato 75 proc. lazdelė“*

*13 p.d. prašome panaikinti reikalavimą „sterili“, kadangi šios rūšies pagaliukai yra nesterilūs.*

Komisija išnagrinęjusi tiekėjo pateiktą siūlymą pirkimo daliai Nr. 13 „Vienkartinė sidabro nitrato 75 proc. lazdelė“ sutinka naikinti techninės specifikacijos reikalavimą „sterili (simbolis ant pakuotės)“.

**Techninę specifikaciją skaityti taip:**

**13.1.-13.2. Vienkartinė sidabro nitrato 75 proc. lazdelė:**

- sidabro nitrato – kalio nitrato pagaliukai;
- vienkartinė (simbolis ant pakuotės);
- lazdelės, skirtos: ginekologijai, stomų priežiūrai, karpų ir nuospaudų šalinimui, kapiliarų prideginimui, po biopsijų ir kt.;
- turi turėti antibakterinį, sutraukiantį, koaguliacinį poveikį;
- dėl nedidelio galvutės dydžio, lazdeles patogu aplikuoti į konkrečią vietą;
- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
- ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas mėnesiais.

Poz. Nr.	Lazdelės ilgis (cm)	Lazdelės struktūros savybė	Orientacinis poreikis (vnt.)
13.1.	20 ± 1	Kieta	17 000
13.2.	11,5 ± 1	Elastinga	2000

**NUTARTA:**

1. Tikslinti techninės specifikacijos reikalavimą pirkimo daliai Nr. 13.1. – 13.2.
2. Apie Komisijos priimtą sprendimą informuoti rinkos dalyvių.