

RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA

Pirkimo objekto pavadinimas	Rinkos dalyvių konsultacija dėl planuojamo pirkimo „Lubinės konsolės RITS“		
RDK paskelbimo data ir numeris	2025-02-12 Nr. 1163238		
RDK vykdymo laikotarpis	nuo 2025-02-12 iki 2024-02-17 12:00 val.		
RDK vykdyta šiuo būdu	CVP IS		
INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS			
Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius	1		
TIEKĖJŲ SIŪLOMI PAKEITIMAI IR PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PRIIMTI SPRENDIMAI DĖL PATEIKTŲ SIŪLYMŲ IR REKOMENDACIJŲ			
Tiekėjo siūlomi pakeitimai	Perkančiosios organizacijos sprendimas		
-	-		
Tiekėjų pastabos ir siūlomi pakeitimai Techninės specifikacijos projektui			
Techniniai parametrai	Parametro reikšmė	Tiekėjo siūlomas pakeitimas	Perkančiosios organizacijos sprendimas
1. Reikalavimai lubinėms konsolėms			
6.4.1. Deguonies tiekimas (5 bar)	≥ 2 jungtis	Keisti reikalavimą į: „Deguonies tiekimas (4,5±0,5 bar)“	Reikalavimas nekeičiamas <i>Ligoninėje įrengtos 5 bar deguonies ir medicininio suspausto oro tiekimo sistemos, todėl reikalavimas įvesti paklaidą - 4,5±0,5 bar – netenkinamas.</i>
6.4.2. Medicininio suspausto oro tiekimas (5 bar)	≥ 2 jungtis	Keisti reikalavimą į: „Medicininio suspausto oro tiekimas (4,5±0,5 bar)“	Reikalavimas nekeičiamas <i>Ligoninėje įrengtos 5 bar deguonies ir medicininio suspausto oro tiekimo sistemos, todėl reikalavimas įvesti paklaidą - 4,5±0,5 bar – netenkinamas.</i>
7. Įrangos tvirtinimo vežimėlis su vertikaliu stovu arba vertikalia kolona – 1 vnt.	1. Stovo arba vertikali kolonos ilgis ≥ 1000 mm.	Keisti reikalavimą į: „Jeigu siūlomas įrangos tvirtinimo vežimėlis su vertikalia kolona, tai ji	Atsižvelgiant į pateiktus pasiūlymus Perkančioji organizacija nusprendė

	<p>2. Prie stovo arba vertikalios kolonos tvirtinama dviejų stalčių sistema.</p> <p>3. Jeigu siūlomas įrangos tvirtinimo vežimėlis su vertikalia kolona, tai ji turi atitikti 6.3-6.4, 6.8, 6.10 ir 6.12 papunkčiuose nurodytus reikalavimus.</p>	<p>turi atitikti 6.3-6.4, 6.8 ir 6.10 papunkčiuose nurodytus reikalavimus.“</p> <p>Tiekėjams, kurie gali pasiūlyti tik vežimėlius su vertikalia kolona 7.3 reikalavimo 6.12 papunkčio nurodytas reikalavimas papildomai iškelia kainą, todėl tiekėjai, kurie siūlo paprastesnį sprendimą su vertikaliu stovu, turės nepagrįstą kainos pranašumą.</p>	<p>patikslinti 7 punkto reikalavimą ir jį išdėstyti taip:</p> <p>1. Stovo arba vertikalios kolonos ilgis ≥ 1000 mm.</p> <p>2. Prie stovo arba vertikalios kolonos tvirtinama dviejų stalčių sistema.</p> <p>3. Jeigu siūlomas įrangos tvirtinimo vežimėlis su vertikalia kolona, tai ji turi atitikti 6.3-6.4, 6.8 ir 6.10 papunkčiuose nurodytus reikalavimus.</p>
<p>7.3 Medicininių dujų ir elektros įvadai.</p>	<p>Įvadai montuojami konsolės horizontaliame balkyje virš įrangos tvirtinimo vežimėlio su stovu arba vertikalioje kolonoje, jeigu siūlomas įrangos vežimėlis su vertikalia kolona:</p> <p>Deguonies tiekimas (5 bar) ≥ 2 jungtis.</p> <p>Medicininio suspausto oro tiekimas (5 bar) ≥ 1 jungtis.</p> <p>Vakuumas ≥ 1 jungtis.</p> <p>Vienfazės elektros rozetės su įtampos indikatoriais ≥ 6 vnt. (230 V \pm 10%)</p> <p>Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai ≥ 3 vnt.</p> <p>Jungtis kompiuteriniam tinklui RJ45 (tinklo jungties kategorija CAT6) ≥ 4 vnt.</p>	<p>Keisti reikalavimą į:</p> <p>Deguonies tiekimas (4.5\pm0.5 bar) ≥ 2 jungtis.</p> <p>Medicininio suspausto oro tiekimas (4.5\pm0.5 bar) ≥ 1 jungtis.</p>	<p>Reikalavimas nekeičiami</p> <p>Ligoninėje įrengtos 5 bar deguonies ir medicininio suspausto oro tiekimo sistemos, todėl reikalavimas įvesti paklaidą - 4,5\pm0,5 bar - netenkinamas</p>

APIBENDRINIMAI, IŠVADOS IR SIŪLYMAI

Rinkos dalyvių konsultacijoje dalyvavo 1 tiekėjas, kuris turėjo pastabų ir siūlymų techninės specifikacijos projektui. Perkančioji organizacija išnagrinėjo pastabas ir jas įvertino bei pakoregavo techninę specifikaciją kaip aukščiau nurodyta.